

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 29. marca 2018

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom Rádiologické zariadenia

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia** uverejnenej dňa 14.3.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 051-112490.

Otázka č. 1:

Kúpna zmluva (časť 1, časť 2 a časť 3 predmetu zákazky)

V článku 2 bode 2.1 Kúpnej zmluvy sa uvádza:

„Predávajúci sa zaväzuje, že jeho ponuka bude platná osemnásť(18) mesiacov od podpisu zmluvy. Vzhľadom na skutočnosť, že vývoj prístrojov je veľmi dynamicky a každoročne pribúdajú nové prístroje, staršie sa inovujú a neustále aktualizujú, máme za to, že 18 mesiacov je veľmi dlhá doba na to, aby bolo možné garantovať výrobu prístrojov rovnakých parametrov a názvov s identickými konfiguráciami. Ponuka prístrojov so stanovenými parametrami nemusí byť 100% realizovateľná aj o 18 mesiacov. Taktiež môže dôjsť k situácii, kedy je prístroj vyradený z portfólia, prípadne sa daný typ produktu už nebude vyrábať alebo ponúkať.

- *Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či by bolo možné dodať prístroj ekvivalentnej alebo lepšej kvality s akceptovaním ekvivalentných alebo lepších parametrov v prípade, že dodávateľ nebude daný model prístroja v zmysle konfigurácie obsiahnutej v súťažných podkladoch vyrábať? Bude v takom prípade verejný obstarávateľ akceptovať dodanie aj iného produktu s ekvivalentnými alebo lepšími parametrami?*

Odpoveď (vo vzťahu k všetkým častiam predmetu zákazky):

Verejný obstarávateľ v Článku 2, bode 2.1 Kúpnej zmluvy odôvodňuje viazanosť ponuky zo strany predávajúceho v lehote 18 mesiacov od podpisu Kúpnej zmluvy nevyhnutnosťou vykonania a ukončenia stavebných úprav v mieste inštalácie tovaru. Verejný obstarávateľ nedokáže v okamihu podpisu Kúpnej zmluvy presne uviesť, kedy budú stavebné úpravy ukončené. Verejný obstarávateľ má záujem o čo najskoršie dodanie a spustenie zariadení do prevádzky.

Verejný obstarávateľ rozumie obavám hospodárskych subjektov a preto pre odstránenie akýchkoľvek pochybností a nejasností dopĺňa do Článku 2 nový bod 2.13 (vo vzťahu ku všetkým častiam predmetu zákazky) v znení:

„2.13 Predávajúci sa zaväzuje akékoľvek zmeny týkajúce sa dodávky tovaru (a to najmä, nie však výlučne ukončenie výroby tovaru) oznámiť kupujúcemu najneskôr do piatich (5) pracovných dní, od kedy sa o tejto skutočnosti preukázateľne dozvedel, a to e-mailom s následným písomným doručením oznámenia kupujúcemu. V prípade, ak predávajúci oznámi kupujúcemu ukončenie výroby tovaru, súčasťou oznámenia

bude písomné potvrdenie výrobcu tovaru o ukončení výroby tovaru. V takomto prípade sa kupujúci zaväzuje vystaviť objednávku na dodávku tovaru bezodkladne po doručení písomného oznámenia predávajúceho v zmysle tohto bodu.“

Vzhľadom na túto úpravu zmluvy verejný obstarávateľ nebude akceptovať dodanie iného produktu s ekvivalentnými alebo lepšími parametrami. Verejný obstarávateľ upozornil v úvodnom článku kúpnej zmluvy na spolufinancovanie prístrojov / tovarov prostredníctvom nenávratného finančného príspevku. Poskytnutie príspevku sa riadi určitými pravidlami a z tohto dôvodu nie je možná zmena / nahradenia ponúknutého alebo zazmluvneného prístroja / tovaru.

Verejný obstarávateľ uverejní do 2 pracovných dní upravené kúpne zmluvy pre všetky časti predmetu zákazky.

- *Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či bude súhlasiť s upustením od sankcii prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu nemožnosti dodať predmet zákazky s tou istou špecifikáciou avšak popri zachovaní minimálnych požadovaných parametrov pri prístroji ekvivalentnej alebo lepšej kvality?*

Odpoveď (vo vzťahu k všetkým častiam predmetu zákazky):

Verejný obstarávateľ doplnením nového bodu 2.13 do Článku 2 Kúpnej zmluvy (pre všetky časti predmetu zákazky) jednoznačným spôsobom upresnil podmienky dodania tovaru v prípade, ak predávajúci preukázateľne preukáže, že dôjde k ukončeniu výroby tovaru. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nebude súhlasiť s upustením od uplatňovania sankcií v prípade, ak predávajúci nedodá tovar spĺňajúci požadované parametre.

Otázka č. 2:

„Rád by som Vás poprosil o zaslanie návrhov kúpnych zmlúv v editovateľnom formáte .doc.“

Odpoveď (vo vzťahu k všetkým častiam predmetu zákazky):

Verejný obstarávateľ nespístupní editovateľné návrhy kúpnych zmlúv vo formáte doc. z dôvodu zabránenia ich prípadnej úprave. Verejný obstarávateľ do 2 pracovných dní zverejní pdf verzie kúpnych zmlúv, ktoré budú v potrebných miestach editovateľné – tam kde je to potrebné sa bude nachádzať editovacie pole umožňujúce vpísať text v príslušnom programe (napr. Adobe Acrobat Reader).

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj kúpne zmluvy vyplnené rukou písaným textom.

Otázka č. 3:

„... poprosím o upresnenie k tendru časť 3 USG prístroje - K TEE sonde pre USG prístroj požadujete dodať pračku na sondu? Je pračka súčasťou uvedenej ceny zákazky v sume 70 843,33 €/bez DPH ?

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ požaduje dodať práčku na TEE sondu a práčka je súčasťou uvedenej predpokladanej hodnoty zákazky.

Otázka č. 4:

... môžeme Vás požiadať o editovateľnú a formu dokumentov Opisov predmetov zákazky a aj Kúpnych zmlúv?

Odpoveď (vo vzťahu k všetkým častiam predmetu zákazky):

Uvedomujúc si cieľ, ktorý je otázkou sledovaný (a to jednoduchšie vyplňanie formuláru) verejný obstarávateľ sprístupní editovateľnú formu dokumentu Opis predmetu zákazky (a to vo vzťahu ku každej časti predmetu zákazky). Verejný obstarávateľ upozorňuje hospodárske subjekty, že nie je prípustná zmena požadovaných parametrov, funkcionalít alebo rozsahov apod. V prípade akéhokoľvek rozporu je rozhodujúca informácia uvedená vo zverejnenej pdf verzii dokumentu.

Verejný obstarávateľ nespístupní kúpne zmluvy vo formáte doc. z dôvodov uvedených vyššie (viď otázka č. 2). Verejný obstarávateľ prijal primerané opatrenia pre zjednodušenie vyplňania kúpnych zmlúv.

S úctou

Osoba poverená realizáciou procesu VO