

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 17. apríla 2018

VEC

Zverejnenie doplňujúcich dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia** uverejnenej dňa 14.3.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 051-112490 týkajúce sa podmienok dodania / transportu zariadení v rámci nemocnice.

Pre Časť 1 predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ zverejnil pôdorysy / nákresy súvisiace s navrhovanými variantami transportných trás.

Transportná trasa – variant 1

Verejný obstarávateľ pripraví transportnú trasu budúcemu dodávateľovi tak, aby úlohou dodávateľa bolo v súlade s Kúpnu zmluvou a odbornou starostlivosťou naviesť zariadenie ľubovoľným spôsobom (napr. transportnou plošinou, žeriavom a pod.) z vonkajších priestorov k pripravenému otvoru v obvodovej stene budovy na 4. NP novej budovy nemocnice v Michalovciach a následne určenou transportnou trasou dopraviť zariadenie na určené miesto. Zariadenie bude umiestnené a nainštalované do priestorov na 4. NP novej budovy nemocnice v Michalovciach, podľa pôdorysu v miestnosti č. 4.308.

Transportná trasa – variant 2

Verejný obstarávateľ pripraví transportnú trasu budúcemu dodávateľovi tak, aby úlohou dodávateľa bolo v súlade s Kúpnu zmluvou a odbornou starostlivosťou naviesť zariadenie ľubovoľným spôsobom (napr. transportnou plošinou, žeriavom a pod.) z vonkajších priestorov určenou transportnou trasou na 4. NP novej budovy nemocnice v Michalovciach a následne určenou transportnou trasou dopraviť zariadenie na určené miesto. Zariadenie bude umiestnené a nainštalované do priestorov na 4. NP novej budovy nemocnice v Michalovciach. V rámci tejto alternatívy je potrebné využiť zdvíhaciu plošinu (rozmer 3,0x1,5m, nosnosť 2 000kg) na 1.PP a výťah (rozmer vstupné dvere š=1200x2100mm, rozmer kabíny š=1500x2650x2100mm ,nosnosť 2 000kg).

Pre časť 2 predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ zverejnil pôdorysy / nákres súvisiaci s lokalizáciou príslušného oddelenia / miestnosti.

Verejný obstarávateľ pripraví transportnú trasu budúcemu dodávateľovi tak, aby úlohou dodávateľa bolo v súlade s Kúpnu zmluvou a odbornou starostlivosťou naviesť zariadenie ľubovoľným spôsobom (napr. transportnou plošinou, žeriavom a pod.) z vonkajších priestorov k pripravenému otvoru v obvodovej stene budovy a následne určenou transportnou trasou dopraviť zariadenie na určené miesto. Priestor bude umiestnený a nainštalovaný do zrekonštruovaných priestorov suterénu Onkologického pavilónu. Pracovisko spect CT, ako miesto dodania predmetu zákazky pre NsP MI, sa nachádza na -1.NP v onkologickom pavilóne (viď dokument Situácia) . "

Verejný obstarávateľ považuje toto doplnenie podkladov za podstatné z hľadiska vypracovania ponuky a preto **primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk**. Príslušné oznámenie o predĺžení lehoty bude v priebehu najbližších dní zverejnené vo vestníkoch verejného obstarávania.

S úctou

Osoba poverená realizáciou procesu VO