

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 4. mája 2018

VEC

Zverejnenie úpravy a vysvetlenia požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky – časť 1 Angiografické zariadenie zariadenia

 Verejný obstarávateľ týmto k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia** uverejnenej dňa 14.3.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 051-112490 **upravuje a vysvetľuje** požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky **časť 1 Angiografický systém.**
Úprava parametrov z dôvodu podpory hospodárskej súťaže:

Zohľadňujúc účel zakupovaného prístroja je prvoradým záujmom verejného obstarávateľa zakúpiť kvalitatívne vhodný prístroj za primeranú cenu. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ starostlivo zvážil jednotlivé požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky a rozhodol sa upraviť požiadavku na Angiografické zariadenie nasledovne:

5	Hĺbka C-ramena min. 89 cm		áno	áno/nie
15	Motoricky meniteľná vzdialenosť zdroja žiarenia a detektora min. (95 - 119) cm		áno	áno/nie
35	Vysokofrekvenčný generátor s frekvenciou min. 15 kHz		áno	áno/nie
50	Tepelná kapacita RTG žiariča min. 2890 kHU		áno	áno/nie
85	Digitálna radiografia s požadovanou frekvenciou min. (1 - 6) obrazov/ sec.		áno	áno/nie
137	Intravaskulárny ultrazvukový prístroj najmä pre kardiologické použitie, vrátane min. 1 ks katéter s miniatúrnou ultrazvukovou sondou umožňujúcou vyšetrenie veľkých ciev a 1 ks katéter s miniatúrnou ultrazvukovou sondou umožňujúcou vyšetrenie ciev s menším diametrom lumen. USG prístroj umožňuje pripojenie k angiografickému zariadeniu a umožňuje zobrazenie USG obrazu na veľkom monitore, kde je zobrazený angiografický obraz.		áno	áno/nie

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.

Doplňujúce vysvetlenie položky č. 137: Verejný obstarávateľ zvažil účel a rozsah vykonávaných úkonov prostredníctvom intravaskulárneho ultrazvukového prístroja. Výsledkom prehodnotenia je upravená špecifikácia tohto prístroja.

Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby bol intravaskulárny ultrazvukový prístroj integrovaný s angiografickým zariadením.

Súčasťou predloženej ponuky a ponúkutej ceny bude aj tento intravaskulárny ultrazvukový prístroj (je to súčasť dodania angiografického systému).

Vysvetlenie k položke č. 138:

138	Ultrazvukový prístroj pre vaskulárne použitie v súlade s podrobnou špecifikáciou uvedenou v bodoch 198 až 229.		áno	áno/nie
-----	---	--	-----	---------

Verejný obstarávateľ zvažil účel a rozsah vykonávaných úkonov prostredníctvom ultrazvukového prístroja pre vaskulárne použitie. Kvalitatívne parametre tohto prístroja sú definované v položkách č. 198 až 229. Pre odstránenie nejasností verejný obstarávateľ doplnil textáciu položky.

Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby bol ultrazvukový prístroj pre vaskulárne použitie integrovaný s angiografickým zariadením.

Súčasťou predloženej ponuky a ponúkutej ceny bude aj tento intravaskulárny ultrazvukový prístroj (je to súčasť dodania angiografického systému).

Položka č. 186 bola mäťuca, preto ju verejný obstarávateľ nahradil novou požiadavkou:

186	Minimálne 2 ks protiradiačné ochranné okuliare s ekvivalentom olova min. 0,75 mm		áno	áno/nie
-----	---	--	-----	---------

Pre odstránenie pochybností verejný obstarávateľ upravil znenie požiadavky č. 198:

198	Prenosný plne digitálny USG prístroj, ktorý umožňuje pripojenie k angiografickému zariadeniu a umožňuje zobrazenie USG obrazu na veľkom monitore, kde je zobrazený angiografický obraz.		áno	áno/nie
-----	--	--	-----	---------

Verejný obstarávateľ uvedené zmeny a vysvetlenia považuje za podstatné a s ohľadom na podporu čestnej hospodárskej súťaže a vytvorenie dostatočného časového priestoru posúva lehotu na predkladanie ponúk – a to do 21.5.2018.

Verejný obstarávateľ zabezpečí uverejnenie príslušného oznámenia vo vestníkoch verejného obstarávania.

S úctou

v.r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO