

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 17. mája 2018

VEC

Úprava zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Rádiologické zariadenia** uverejnenej dňa 14.3.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 051-112492

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručení otázku týkajúcu sa opisu predmetu zákazky pre **časť 3 RTG prístroje – Mobilný RTG prístroj s C - ramenom**:

Otázka:

“Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre mobilný RTG prístroj s C-ramenom počet segmentov irisovej clony minimálne 6 ks? Počet segmentov irisovej clony nemá vplyv na funkciu orezania žiarenia vyšetrovaného poľa. Či orezané pole bude v tvare osemuholníka alebo šesťuholníka je z medicínskeho hľadiska nepodstatné. V praxi sa táto funkcia žiaľ využíva minimálnym spôsobom a spravidla každý lekár pracujúci s týmto typom prístroja si ponecháva otvorené clony na maximum.”

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ starostlivo zvážil návrh pre zníženie segmentov vo vzťahu k účelu používania zariadenia a zmenám špecifikácie, ktoré v priebehu lehoty na predkladanie ponúk vykonal.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať akceptovať pre mobilný RTG prístroj s C-ramenom počet segmentov irisovej clony **minimálne 6 ks**.

22	počet segmentov irisovej clony min. 6 ks		áno
----	--	--	-----

V kontexte realizovaných zmien verejný obstarávateľ predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO