

Otázka č. 1:

Časť č. 7 Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky

1.

Verejný obstarávateľ v technických vlastnostiach požaduje:

Rozmer - šírka maximum 500 mm

Vysvetlenie:

Pri nasledujúcom rozmere - hĺbka je požadovaná hodnota maximum 600 mm.

Nami ponúkaný produkt má oba rozmery zosúladené na maximálnu hodnotu 600 mm.

Otázka č.1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať ponúknutú hodnotu Rozmer - šírka maximum 600mm?

Odpoveď č. 1:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať maximálny rozmer šírky prístroja 600 mm.

Otázka č. 2:

Verejný obstarávateľ v technických vlastnostiach požaduje:

Kapacita umývania urinálnych džbánov minimum 3 ks

Vysvetlenie:

Pre stanovenie kapacity je potrebné poznať aké konkrétne príslušenstvo užívateľ používa.

Každý výrobca príslušenstva môže mať rozdielne veľkosti a teda nie je možné stanoviť kapacitu bez predloženia vzorky.

Otázka č. 2

Bude verejný obstarávateľ akceptovať uchádzačom ponúknutý parameter v znení:

Kapacita umývania urinálnych džbánov - množstvo podľa predloženej používanej vzorky?

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke minimálnej kapacity 3ks urinálnych džbánov.

Predpokladom je objem džbánov 1 000 ml.

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku na zariadenie s kompatibilnými džbánmi s ponúkaným zariadením v počte minimálne 30 ks, pri zachovaní kapacity 3 ks urinálnych džbánov na proces.

Otázka č. 3:

Verejný obstarávateľ v technických vlastnostiach požaduje:

Kapacita umývania ľadvinových misiek minimum 6 ks

Vysvetlenie:

Pre stanovenie kapacity je potrebné poznať aké konkrétne príslušenstvo užívateľ používa.

Každý výrobca príslušenstva môže mať rozdielne veľkosti a teda nie je možné stanoviť kapacitu bez predloženia vzorky.

Otázka č. 3

Bude verejný obstarávateľ akceptovať uchádzačom ponúknutý parameter v znení:

Kapacita umývania Kapacita umývania ľadvinových misiek - množstvo podľa predloženej používanej vzorky?

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke minimálnej kapacity 6ks ľadvinových misiek.

Predpokladom je miska s objemom 1000 ml.

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ponuku s kompatibilnými miskami v počte minimálne 30 ks, pri zachovaní kapacity 6 ks ľadvinových misiek na 1 proces.

Otázka č. 4:

Verejný obstarávateľ v technických vlastnostiach požaduje:

Hlučnosť maximum 70 dB

Vysvetlenie:

Dezinfekčné zariadenia sú umiestňované v samostatných miestnostiach kde prípadná vyššia hlučnosť nemá zásadný vplyv

na komfort obsluhujúceho personálu a kvalitu procesu dezinfekcie.

Otázka č. 4

Bude verejný obstarávateľ akceptovať uchádzačom ponúknutý parameter:

Hlučnosť maximum 75 dB?

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ trvá na požiadavke 70 dB. Hlučnosť v dB nie je lineárna funkcia ale exponenciálna. Nárast o 5 dB výrazne zvyšuje diskofort personálu, najmä v spojení s ostatným hlukom z okolia.