

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, ktorá bola podaná podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o nápravu v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) ZVO

Smerujúca proti verejnému obstarávaniu zverejnenému vo Vestníku publikačného úradu Európskej únie č. 2023/S 065-189756 zo dňa 31.03.2023 a vo vestníku ÚVO 68/2023 spis. zn. 13084 – MST zo dňa 03.04.2023 (ďalej len „oznámenie“), pod názvom: „Sterilizačná technika”

Označenie skutočností, proti ktorým žiadosť o nápravu smeruje

podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO, konkrétne proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom.

Žiadosť o nápravu sa týka tejto časti súťažných podkladov: Príloha č. 7 – Technická špecifikácia časť 2, Príloha č. 7 – Technická špecifikácia časť 3, Príloha č. 7 – Technická špecifikácia časť 4, Príloha č. 7 – Technická špecifikácia časť 7, Príloha č. 7 – Technická špecifikácia časť 8

Opis rozhodujúcich skutočností

Na základe nižšie uvedených rozhodujúcich skutočností a označených dôkazov má žiadateľ za to, že:

1. Časť č. 2 - Stolový autokláv

Požadované:


Hmotnosť bez vody: Max. 55 kg

Žiadosť o zmenu:

Hmotnosť bez vody: Max. 70 kg

Prosíme o navýšenie max. hmotnosti zariadenia na 70kg z pôvodných 55kg. Pre užívateľa nemá tento parameter žiaden význam a je to iba zbytočne obmedzujúca hodnota. Koncového užívateľa táto hodnota nijak neovplyvní ani nijak nezníži zamýšľaný účel a funkčnosť zariadenia. V prípade ak obstarávateľ trvá na pôvodnom parametri, žiadame o uvedenie záťažových parametrov, pre ktoré by navrhovaný parameter nemohol byť akceptovaný. Taktiež žiadame odstrániť požiadavku doba cyklu max. 40min. nakoľko tieto požiadavky na dĺžku cyklu sú uvedené duplicitne aj pri jednotlivých sterilizačných teplotách.

2. Časť č. 3 – Plazmový sterilizátor



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Požadované: Dodávaný v bezpečnostnej kazete – uzatvorený systém – jednorazové kazety pre viac cyklov

Žiadosť o zmenu: Akceptácia ekvivalentného riešenia (bezpečnostná nádoba s indikátorom voči poškodeniu a voči pretečeniu), nakoľko na trhu existuje jediný výrobca, ktorý daný parameter spĺňa. Tento bod preto neumožňuje dodržanie zásad v zmysle § 10 bod 2 Zákona o verejnom obstarávaní. Navyiac naše riešenie je cenovo výhodnejšie čo umožňuje verejnemu obstarávateľovi do budúcnosti šetriť prevádzkové náklady

Požadované: Automatická bezdotyková manipulácia a likvidácia použitých kaziet do nádoby na likvidáciu kaziet

Žiadosť o zmenu: Nakoľko máme pochybnosti, že sa jedná o špecifikáciu na konkrétne zariadenie tak opätovne žiadame o možnosť ekvivalentného riešenia prípadne úplné vypustenie daného bodu z technickej špecifikácie. Vami navrhované riešenie je z dôvodu, že zariadenie, ktoré požadujete zanecháva zvyšky peroxidu vodíka v kazetách. S tohto dôvodu je nutná bezdotyková manipulácia. Naše zariadenie však zanechá použitú nádobu úplne prázdnu vzhľadom na indikátor voči poškodeniu a pretečeniu, čo vedie k tomu že nádoba je bezpečná na manipuláciu v obyčajných sterilných rukaviciach o čom je personál upovedomený pri školení.

Požadované: Vybavený krátkym cyklom na balené nástroje bez dutín, maximálna dĺžka cyklu 29 min.

Žiadosť o zmenu: Vybavený krátkym cyklom na balené nástroje bez dutín, maximálna dĺžka cyklu 35 min.

Máme za to, že časové rozptie nehrá v tomto prípade veľkú rolu a dĺžka cyklu 29 minút je typická len pre jedného výrobcu konkrétneho zariadenia.


Požadované: Ovládanie cez prehľadný dotykový displej so slovenským alebo českým menu s uhlopriečkou min. 12" na nesterilnej aj sterilnej strane s informáciou o priebehu cyklu a označením priebehu cyklu – vyhovujúci / nevyhovujúci

Žiadosť o zmenu: Ovládanie cez prehľadný dotykový displej so slovenským alebo českým menu s uhlopriečkou min. 7" na nesterilnej aj sterilnej strane s informáciou o priebehu cyklu a označením priebehu cyklu – vyhovujúci / nevyhovujúci

Parameter nemá žiaden vplyv na kvalitu sterilizovaného materiálu a tiež je rozmer možné splniť len jedným typom zariadenia.

Požadované: Sterilizačná komora obdĺžnikového prierezu vyrobená s hliníka

Žiadosť o zmenu: Sterilizačná komora obdĺžnikového prierezu vyrobená s hliníka alebo chirurgickej ocele



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Požiadavka na jeden typ komory je z nášho pohľadu diskriminačná. Zariadenie je počas prevádzky predhrievané, čo vedie k tomu, že Vami požadovaný parameter je potrebné brať ako obmedzujúci hospodársku súťaž a transparentné zaobchádzanie s potencionálnymi uchádzačmi.

Požadované: Minimálny rozmer sterilizačnej komory/mm 400 x 500 x 700 mm

Žiadosť o zmenu: Minimálny rozmer sterilizačnej komory/mm 400 x 500 x 700 mm s toleranciou + / - 20% Zmena parametru umožní prihlásenie väčšiemu množstvu uchádzačov, čo povedie k transparentnejšej súťaži a tým pádom aj tlaku na lepšiu obstarávaciu cenu pre obstarávateľa. Navrhovaná zmena neovplyvní sterilizáciu doposiaľ ziadneho známeho zariadenia sterilizovaného zamýšľanou technológiou a dokonca ani požadované DaVinci komponenty, preto je tento parameter nepodstatný a zbytočne obmedzujúci.

Domnievame sa, že Vami zadaná špecifikácia je šita na mieru konkrétnemu modelu zariadenia (Sterrad 100NX). Vyplýva to z Vami požadovaných parametrov a hodnôt.

3. Časť č. 4 - Umývací automat na zdravotnícke pomôcky

Požadované: Vonkajší rozmer prístroja - výška - max. 850mm

Žiadosť o zmenu: Vonkajší rozmer prístroja - výška - max. 1850mm

Prosím o opravu číselnej hodnoty pre požiadavku na celkovú výšku zariadenia z pôvodných max. 850mm na správne uvedenú reálnu hodnotu a to max. 1850mm. Na trhu neexistuje zariadenie, ktorého komora o výške min. 600mm a objeme min. 220l vrátane koniesok a základnej konštrukcie by malo celkovú výšku 850mm. Po odpočítaní veľkosti komory, koliesok by už ostalo len cca. 100mm na displej, vnútorné vybavenie, miesto na čistiace detergenty a pod. čo je konštrukčný nezmysel.


Požadované: Vonkajší rozmer prístroja - hĺbka - max. 600mm

Žiadosť o zmenu: Vonkajší rozmer prístroja - hĺbka - max. 700mm

Prosíme o opravu hodnoty pre celkovú hĺbku zariadenia z pôvodných 600mm na max. 700mm. Pre užívateľa nemá tento parameter žiaden význam a je to iba zbytočne obmedzujúca hodnota. Koncového užívateľa táto hodnota nijak neovplyvní ani nijak nezníži zamýšľaný účel a funkčnosť zariadenia.

V prípade ak obstarávateľ trvá na pôvodnom parametri, žiadame o uvedenie priestorových parametrov, pre ktoré by navrhovaný parameter nemohol byť akceptovaný a navrhovaný rozdiel 100mm by predstavoval neprekonateľný alebo prevádzku ovplyvňujúci problém.

4. Časť č. 7 – Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Požadované: Teplota parná dezinfekcia °C 90

Žiadosť o zmenu: Na vytvorenie pary o teplote 90° C potrebuje verejný obstarávateľ v zariadení aj vyvýjač pary, čím sa so zariadením stane zariadenie s tlakovou nádobou. Toto ale vyžaduje splnenie viacerých ďalších podmienok. Máme preto za to, že daný bod nie je v opise predmetu zákazky potrebný a žiadame o akceptáciu aj riešenia, ktoré parnú dezinfekciu neposkytujú. Poskytujú ale ohrev vody na teploty vyššie ako 90° C čo z hygienického hľadiska postačuje na dosiahnutie cieľa s ktorým verejný obstarávateľ argumentuje a z akého dôvodu dané zariadenie obstaráva.

Požadované: Rozmer – výška 1695 mm
Rozmer – šírka 500 mm

Žiadosť o zmenu: Rozmer – výška 1695 mm
Rozmer – šírka 500 mm
Tolerancia rozmeru +/- 20%

5. Časť č. 8 – Dekontaminátor nebezpečného zdravotníckeho odpadu

Požadované: Rozmer – výška – 1000 mm, Rozmer – šírka – 1000 mm, Rozmer – hĺbka 800 mm

Žiadosť o zmenu: Rozmer – výška – 1000 mm, Rozmer – šírka – 1000 mm, Rozmer – hĺbka 800 mm
S toleranciou + / - 20 %


Požadované: Hmotnosť maximálne 200 kg

Žiadosť o zmenu: Hmotnosť maximálne 300 kg Zariadenie na kolieskach. Preto požadovaná váha z nášho pohľadu nemôže byť obmedzujúcim parametrom. Navyše vyššia váha dodá zariadeniu väčšiu stabilitu a ani pri hmotnosti maximálne 200 kg nie je predpoklad pravidelnej manipulácie obsluhou, ale len umiestnenie na pracovisku a výkon požadovanej činnosti.

Požadované: Čas cyklu max. 10 min

Žiadosť o zmenu: Čas cyklu max. 20 min

Nami ponúkané zariadenie má väčší časový rozptil, ale je potrebné brať v úvahu fakt, že zariadenie nielen odpad dekontaminuje ale aj mechanicky spracuje (pomelie), čo má za následok zníženie množstva odpadu o 80%. Týmto môže verejný obstarávateľ efektívnejšie nakladať s odpadom nakoľko uskladní väčšie množstvo odpadu a môže odpad vyvážať vo väčších časových intervaloch a šetriť svoje prevádzkové náklady.



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Navrhujeme upraviť parametre v zmysle vyššie uvedeného.

Označenie porušenia postupu: §164 ods. 1 písm. b)

Odpoveď verejného obstarávateľa na Žiadosť o nápravu:

Verejný obstarávateľ Vašej Žiadosti o nápravu

čiastočne vyhovuje

Odvôdnenie:

K skutočnosti 1

Časť č. 2 - Stolový autokláv

Požadované:

Hmotnosť bez vody: Max. 55 kg

Žiadosť o zmenu:

Hmotnosť bez vody: Max. 70 kg


Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a trvá na uvedenej požiadavke, nakoľko požadovaná hmotnosť 70 kg je až o tretinu viac ako u porovnateľných zariadení.

K skutočnosti 2

Časť č. 3 – Plazmový sterilizátor

Požadované: Dodávaný v bezpečnostnej kazete – uzatvorený systém – jednorazové kazety pre viac cyklov

Žiadosť o zmenu: Akceptácia ekvivalentného riešenia (bezpečnostná nádoba s indikátorom voči poškodeniu a voči pretečeniu), nakoľko na trhu existuje jediný výrobca, ktorý daný parameter spĺňa. Tento bod preto neumožňuje dodržanie zásad v zmysle § 10 bod 2 Zákona o verejnom obstarávaní. Navyše naše riešenie je cenovo výhodnejšie čo umožňuje verejnemu obstarávateľovi do budúcnosti šetriť prevádzkové náklady



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu, ktorý bude spĺňať požiadavku: bezpečnostnej kazety s indikátorom voči poškodeniu.

Požadované: Automatická bezdotyková manipulácia a likvidácia použitých kaziet do nádoby na likvidáciu kaziet

Žiadosť o zmenu: Nakoľko máme pochybnosti, že sa jedná o špecifikáciu na konkrétne zariadenie tak opätovne žiadame o možnosť ekvivalentného riešenie prípadne úplné vypustenie daného bodu z technickej špecifikácie. Vami navrhované riešenie je z dôvodu, že zariadenie, ktoré požadujete zanecháva zvyšky peroxidu vodíka v kazetách. S tohto dôvodu je nutná bezdotyková manipulácia. Naše zariadenie však zanechá použitú nádobu úplne prázdnu vzhľadom na indikátor voči poškodeniu a pretečeniu, čo vedie k tomu že nádoba je bezpečná na manipuláciu v obyčajných sterilných rukaviciach o čom je personál upovedomení pri školení.

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu, ktorý bude spĺňať požiadavku: Bezpečná likvidácia kontajnerov so sterilantom s manuálnym odobratím z prístroja. Verejný obstarávateľ upravuje technickú špecifikáciu.

Požadované: Vybavený krátkym cyklom na balené nástroje bez dutín, maximálna dĺžka cyklu 29 min.


Žiadosť o zmenu: Vybavený krátkym cyklom na balené nástroje bez dutín, maximálna dĺžka cyklu 35 min.

Máme za to, že časové rozptie nehrá v tomto prípade veľkú rolu a dĺžka cyklu 29 minút je typická len pre jedného výrobcu konkrétneho zariadenia.

Verejný obstarávateľ upravuje technickú špecifikáciu na: s krátkym cyklom max. do 31 minút . Nakoľko na trhu existujú viacerí výrobcovia plniaci túto požiadavku.

Požadované: Ovládanie cez prehľadný dotykový displej so slovenským alebo českým menu s uhlopriečkou min. 12" na nesterinej aj sterilnej strane s informáciou o priebehu cyklu a označením priebehu cyklu – vyhovujúci / nevyhovujúci

Žiadosť o zmenu: Ovládanie cez prehľadný dotykový displej so slovenským alebo českým menu s uhlopriečkou min. 7" na nesterinej aj sterilnej strane s informáciou o priebehu cyklu a označením priebehu cyklu – vyhovujúci / nevyhovujúci



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Parameter nemá žiaden vplyv na kvalitu sterilizovaného materiálu a tiež je rozmer možné splniť len jedným typom zariadenia.

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie riešenia cez dotykový prehľadný 7“ displej na sterilnej a s indikátorom ukončenia cyklu na nesterilnej strane.

Požadované: Sterilizačná komora obdĺžnikového prierezu vyrobená s hliníka

Žiadosť o zmenu: Sterilizačná komora obdĺžnikového prierezu vyrobená s hliníka alebo chirurgickej ocele

Požiadavka na jeden typ komory je z nášho pohľadu diskriminačná. Zariadenie je počas prevádzky predhrievané, čo vedie k tomu, že Vami požadovaný parameter je potrebné brať ako obmedzujúci hospodársku súťaž a transparentné zaobchádzanie s potencionálnymi uchádzačmi.


Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie prístroja so sterilizačnou komorou z hliníka alebo chirurgickej ocele.

Požadované: Minimálny rozmer sterilizačnej komory/mm 400 x 500 x 700 mm

Žiadosť o zmenu: Minimálny rozmer sterilizačnej komory/mm 400 x 500 x 700 mm s toleranciou + / - 20% Zmena parametru umožní prihlásenie väčšiemu množstvu uchádzačov, čo povedie k transparentnejšej súťaži a tým pádom aj tlaku na lepšiu obstarávaciu cenu pre obstarávateľa. Navrhovaná zmena neovplyvní sterilizáciu doposiaľ ziadneho známeho zariadenia sterilizovaného zamýšľanou technológiou a dokonca ani požadované DaVinci komponenty, preto je tento parameter nepodstatný a zbytočne obmedzujúci.

Domnievame sa, že Vami zadaná špecifikácia je šita na mieru konkrétnemu modelu zariadenia (Sterrad 100NX). Vyplýva to z Vami požadovaných parametrov a hodnôt.

Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a trvá na uvedenej požiadavke minimálnej veľkosti komory.



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

K skutočnosti 3

Časť č. 4 - Umývací automat na zdravotníckej pomôcky

Požadované: Vonkajší rozmer prístroja - výška - max. 850mm

Žiadosť o zmenu: Vonkajší rozmer prístroja - výška - max. 1850mm

Prosím o opravu číselnej hodnoty pre požiadavku na celkovú výšku zariadenia z pôvodných max. 850mm na správne uvedenú reálnu hodnotu a to max. 1850mm. Na trhu neexistuje zariadenie, ktorého komora o výške min. 600mm a objeme min. 220l vrátane koniesok a základnej konštrukcie by malo celkovú výšku 850mm. Po odpočítaní veľkosti komory, koliesok by už ostalo len cca. 100mm na displej, vnútorné vybavenie, miesto na čistiace detergenty a pod. čo je konštrukčný nezmysel.

Požadované: Vonkajší rozmer prístroja - hĺbka - max. 600mm

Žiadosť o zmenu: Vonkajší rozmer prístroja - hĺbka - max. 700mm


Prosíme o opravu hodnoty pre celkovú hĺbku zariadenia z pôvodných 600mm na max. 700mm. Pre užívateľa nemá tento parameter žiaden význam a je to iba zbytočne obmedzujúca hodnota. Koncového užívateľa táto hodnota nijak neovplyvní ani nijak neznižuje zamýšľaný účel a funkčnosť zariadenia.

V prípade ak obstarávateľ trvá na pôvodnom parametri, žiadame o uvedenie priestorových parametrov, pre ktoré by navrhovaný parameter nemohol byť akceptovaný a navrhovaný rozdiel 100mm by predstavoval neprekonateľný alebo prevádzku ovplyvňujúci problém.

Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a trvá na uvedenej požiadavke maximálnej výšky a hĺbky prístroja, a to z dôvodu, že ide o zariadenia pod stolovou dosku – pracovnú plochu.

K skutočnosti 4

Časť č. 7 – Dezinfekčné zariadenie pre nádoby na ľudské výlučky



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Požadované: Teplota parná dezinfekcia °C 90

Žiadosť o zmenu: Na vytvorenie pary o teplote 90° C potrebuje verejný obstarávateľ v zariadení aj vyvýjač pary, čím sa so zariadením stane zariadenie s tlakovou nádobou. Toto ale vyžaduje splnenie viacerých ďalších podmienok. Máme preto za to, že daný bod nie je v opise predmetu zákazky potrebný a žiadame o akceptáciu aj riešenia, ktoré parnú dezinfekciu neposkytujú. Poskytujú ale ohrev vody na teploty vyššie ako 90° C čo z hygienického hľadiska postačuje na dosiahnutie cieľa s ktorým verejný obstarávateľ argumentuje a z akého dôvodu dané zariadenie obstaráva.

Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a trvá na uvedenej požiadavke teplota parná dezinfekcia °C 90, nakoľko je to štandardný proces dezinfekcie, ktorý poskytujú viacerí výrobcovia, vyššia teplota by mohla deformovať vložené pomôcky.

Požadované: Rozmer – výška 1695 mm
Rozmer – šírka 500 mm

Žiadosť o zmenu: Rozmer – výška 1695 mm
Rozmer – šírka 500 mm
Tolerancia rozmeru +/- 20%

Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a trvá na uvedenej požiadavke rozmery prístroja, z priestorových dôvodov. Uvedené požiadavky spĺňa viacerí výrobcovia.


K skutočnosti 5

Časť č. 8 – Dekontaminátor nebezpečného zdravotníckeho odpadu

Požadované: Rozmer – výška – 1000 mm, Rozmer – šírka – 1000 mm, Rozmer – hĺbka 800 mm

Žiadosť o zmenu: Rozmer – výška – 1000 mm, Rozmer – šírka – 1000 mm, Rozmer – hĺbka 800 mm
S toleranciou +/- 20 %

Požadované: Hmotnosť maximálne 200 kg



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Žiadosť o zmenu: Hmotnosť maximálne 300 kg Zariadenie na kolieskach. Preto požadovaná váha z nášho pohľadu nemôže byť obmedzujúcim parametrom. Navyše vyššia váha dodá zariadeniu väčšiu stabilitu a ani pri hmotnosti maximálne 200 kg nie je predpoklad pravidelnej manipulácie obsluhou, ale len umiestnenie na pracovisku a výkon požadovanej činnosti.

Požadované: Čas cyklu max. 10 min

Žiadosť o zmenu: Čas cyklu max. 20 min

Nami ponúkané zariadenie má väčší časový rozptil, ale je potrebné brať v úvahu fakt, že zariadenie nielen odpad dekontaminuje ale aj mechanicky spracuje (pomelie), čo má za následok zníženie množstva odpadu o 80%. Týmto môže verejný obstarávateľ efektívnejšie nakladať s odpadom nakoľko uskladní väčšie množstvo odpadu a môže odpad vyvážať vo väčších časových intervaloch a šetriť svoje prevádzkové náklady.

Verejný obstarávateľ nevyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a trvá na uvedenej požiadavke rozmerov prístroja, hmotnosť prístroja a čas cyklu.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že lehotu na predkladanie ponúk predlžuje do 10.05.2023 do 10,00 hod.