

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, ktorá bola podaná podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadosť o nápravu v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) ZVO

Smerujúca proti verejnému obstarávaniu zverejnenému vo Vestníku publikačného úradu Európskej únie č. 2023/S 065-189756 zo dňa 31.03.2023 a vo vestníku ÚVO 68/2023 spis. zn. 13084 – MST zo dňa 03.04.2023 (ďalej len „oznámenie“), pod názvom: „Sterilizačná technika“

Označenie skutočností, proti ktorým žiadosť o nápravu smeruje

podľa § 164 ods. 1 písm. b) ZVO, konkrétne proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých verejným obstarávateľom.

Žiadosť o nápravu sa týka tejto časti súťažných podkladov: Časť č. 6 – Automatický dezinfektor endoskopov

Opis rozhodujúcich skutočností

Technická špecifikácia, STERILIZAČNÁ TECHNIKA, Časť č. 6 – Automatický dezinfektor endoskopov
Technická špecifikácia prístroja :
Položka č. 1 - Automatický dezinfektor pre jeden endoskop (16 ks)“


požaduje:

Rozmer - výška maximálne 1500 mm
Rozmer - šírka maximálne 700 mm
Rozmer - hĺbka maximálne 650 mm

Všetky dezinfektory pracujúce s Vami požadovanou dezinfekciou abázekyseliny peroctovej (PA) alebo glutaraldehydu (GTA), si dezinfekčný roztok miešajú priamo v dezinfektore a z uvedeného dôvodu potrebujú priestor na uloženie, v prípade kyseliny peroctovej (PA), umiestniť v dezinfektore tri bandasky. Jednu bandasku s neriedeným detergentom a dve bandasky s nezarobeným dezinfektantom.

Z uvedeného dôvodu rozmery dezinfektora sú limitované umiestnením týchto troch bandasiek. Vami dané rozmery prístroja zaberajú objem $15 \times 7 \times 6,5 \text{ dm} = 682,5 \text{ dm}^3$

Naša otázka:



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Nami ponúkaný dezinfektor má iste inak rozmiestnené uvedené bandasky a na základe uvedeného má iné rozmery dezinfektora a to:

Rozmer - výška maximálne 1090 mm

Rozmer - šírka maximálne 490 mm

Rozmer - hĺbka maximálne 820 mm

Nami ponúkané rozmery prístroja zaberajú objem $10,9 \times 4,9 \times 8,2 \text{ dm} = 438 \text{ dm}^3$, čo je o mnoho menší objem ako vy požadujete.

Zároveň ponúkajú i lepší pôdorys, lebo hĺbka 820mm je na úrovni umývadla alebo pracovného stola a šírka dezinfektora je značne užšia ako požadujete.

Návrh odstránenia diskriminácie:

Na základe uvedených dôvodov vás prosíme či by sme mohli ponúknuť prístroj s uvedenými rozmermi Rozmer - výška 1090 mm

Rozmer - šírka 490 mm

Rozmer - hĺbka 820 mm

Alebo či by ste nezmenili požiadavku na: Rozmer - hĺbka maximálne 820 mm.

Požadovaná zmena nemá žiadny vplyv na funkčnosť dezinfektora a uvedený pôdorys lepšie využíva priestory pre dezinfekciu endoskopov. Uvedenou zmenou by sa iste zúčastnilo výberové konania viac uchádzačov.

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

Navrhujeme upraviť parametre v zmysle vyššie uvedeného.


Označenie porušenia postupu: §164 ods. 1 písm. b)

Odpoveď verejného obstarávateľa na Žiadosť o nápravu:

Verejný obstarávateľ Vašej Žiadosti o nápravu

čiastočne vyhovuje

Odvôdnenie:



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

K skutočnosti 1

Technická špecifikácia, STERILIZAČNÁ TECHNIKA, Časť č. 6 –
Automatický dezinfektor endoskopov
Technická špecifikácia prístroja :
Položka č. 1 - Automatický dezinfektor pre jeden endoskop (16 ks)“

Požadované:

Rozmer - výška maximálne 1500 mm

Rozmer - šírka maximálne 700 mm

Rozmer - hĺbka maximálne 650 mm

Žiadosť o zmenu:

Rozmer - hĺbka maximálne 820 mm.

Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje požiadavke v zmysle žiadosti o nápravu a upravuje technickú špecifikáciu Položka č. 1 - Automatický dezinfektor pre jeden endoskop (16 ks) na:

Rozmer - výška maximálne 1500 mm

Pôdorysný rozmer – šírka/hĺbka maximálne 700/650 mm, alebo 550/830 mm