



- **všetkým záujemcom**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
R1-9 / 212-20 / 2019

Vybavuje/linka
Ing. Ján Mlynarčík
02/48234088
jan.mlynarcik@unb.sk

Bratislava
18. 07. 2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov 12

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 212-03 / 2019 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2019/S 121-296043 z 26.06.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 128/2019 z 27.06.2019 pod zn. 15168-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**PRÍSTROJE PRE UMELÚ PLŮČNU VENTILÁCIU (VENTILÁTORY)**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.



VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Na základe zverejnenia **vysvetlenia súťažných podkladov 11**, zo dňa 18.7.2019, kde bolo uvedené:

Otázka: pre kategóriu I. aj pre kategóriu II.

V prípade merania kapnometrie požaduje sa, aby externý kapnometer komunikoval s ventilátorom minimálne v rozsahu zobrazenia nameraných hodnôt na ventilátore? Odpoveď: Áno, je nutné zabezpečiť zobrazenie nameraných hodnôt na obrazovke ventilátora.

Odpoveď: *Áno, je nutné zabezpečiť zobrazenie nameraných hodnôt na obrazovke ventilátora.*

a na základe **vysvetlenia súťažných podkladov 5**, zo dňa 8.07.2019, kde bolo uvedené

Otázka č. 1:

Otázka pre kategóriu I. a aj pre kategóriu II.

A) V požiadavkách na technické špecifikácie ventilátora I. a II. kategórie nie je uvedená požiadavka monitorovania kapnometrie. Vzhľadom k tomu, že považujeme túto funkciu za absolútne štandardnú v tejto kategórii, pýtame sa: Požaduje obstarávateľ v I. aj v II. kategórii monitorovanie kapnometrie aspoň meraním metódou sidestream?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 11.7. (Príloha c. 1 casti B. Opis predmetu zakazky_specifikacia UNB_10.7.2019.xlsx) povinnosť doplnenia parametra pre I. a II. kategóriu „Monitorovanie kapnometrie“ bez definovania metódy, preto sidestream vyhovuje.

B) Ak je odpoveď na otázku A) áno, má byť toto meranie kapnometrie súčasťou ventilátora kategórie I. a II. alebo môže byť dodané ako samostatné externé vyhodnocovacie a zobrazovacie zariadenie?

Odpoveď: Verejný obstarávateľ zverejnil dňa 11.7. (Príloha c. 1 casti B. Opis predmetu zakazky_specifikacia UNB_10.7.2019.xlsx) **povinnosť doplnenia parametra pre I. a II. kategóriu „Monitorovanie kapnometrie“ bez definovania spôsobu integrácie, preto môže byť zariadenie aj externé, aj keď integrované zariadenie by bolo určite vhodnejšie. Dôležité je poskytnúť lekárom pri nastavovaní prístroja potrebné a spoľahlivé údaje včas, bez robenia dodatočných úkonov a čakania.**

Odpoveď:

Nejedná sa o otázku, len zhrnutie predchádzajúcich otázok a odpovedí.

Otázka č. 2:

Otázka pre kategóriu III. Z požiadaviek na meranie kapnometrie v kategórii III. nie je zrejmé či požadované meranie kapnometrie má byť súčasťou ventilátora alebo môže byť dodané ako samostatné externé a vyhodnocovacie zariadenie. Preto sa pýtame, či meranie kapnometrie má byť v kategórii III. integrovanou súčasťou ventilátora alebo môže byť zabezpečené aj externým samostatným zariadením, ktoré predmetné údaje samostatne meria a zobrazuje?

Odpoveď: *Na rozdiel od nižšej kategórie, v prípade najvyššej triedy ventilátora požadujeme zariadenie na meranie kapnometrie integrované do prístroja.*

Otázka: Je teda možné pre kategóriu I a II ponúknuť aj externý monitor pre monitorovanie kapnometrie, ktorý bude mať svoj vlastný displej, ktorý bude priamo v úrovni pri obrazovke prístroja tak, aby jeho hodnotu mal užívateľ/lekár priamo dostupnú ?

Odôvodnenie: Externé monitorovanie kapnometrie sa bežne používa napríklad aj v monitoroch vitálnych funkcií, ktoré poskytujú lekárom spoľahlivé údaje včas a sú priamo dostupné v jeho zornom poli.

Odpoveď:

Monitorovanie kapnometrie pre kategóriu I. a II. je možné zabezpečiť externým zariadením.

Ako odpoveď na predchádzajúcu otázku jedného z uchádzačov „V prípade merania kapnometrie požaduje sa, aby externý kapnometer komunikoval s ventilátorom minimálne v rozsahu zobrazenia nameraných hodnôt na ventilátore?“ obstarávateľ uviedol odpoveď: „Áno, je nutné zabezpečiť zobrazenie nameraných hodnôt na obrazovke ventilátora.“ Následne bol obstarávateľ upozornený na diskriminačný charakter požiadavky priamej komunikácie externého kapnometrického zariadenia



s ventilátorom, preto dopĺňame stanovisko k spôsobu zobrazenia nameraných hodnôt z externého kapnometra nasledovne:

„Áno, je nutné zabezpečiť zobrazenie nameraných hodnôt na obrazovke ventilátora, prípadne ponúknuť aj externý monitor pre monitorovanie kapnometrie, ktorý bude mať svoj vlastný displej, ktorý bude umiestnený priamo pri displeji ventilátora, t. j. v zornom poli lekára.“