

Verejný obstarávateľ:

**UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava**

Predmet zákazky:

VENTILÁTORY PRE UMELÚ PLŮČNU VENTILÁCIU
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

(podľa § 66. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“))
(TOVARY)

VEREJNÁ SÚŤAŽ

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

**F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na
hodnotenie ponúk**

V Bratislave jún 2019

F. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

HODNOTIACI FORMULÁR

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk


Časť I. 1. kategória: Ventilátor - Stredná trieda (dlhodobo ventilovaní, JIS)

Názov uchádzača : CHEIRÓN a.s.		
Adresa uchádzača : Praha 6 – Břevnov, 162 00 Ulrychova 2260/13		
IČO : 270 94 987	DIČ : CZ270 94 987	IČ DPH :
Zapísaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8964		
Tel: +420 377 590 444		Fax : +420 377 590 435
e.mail : verejnezakazky@cheiron.eu		www : www.cheiron.eu
Bankové spojenie : ČSOB a.s.		
Č. účtu 279233863/0300		

Predmet zákazky – Časť rozdeleného predmetu zákazky	Počet ks	Cena v EUR bez DPH	
		Cena za 1 ks	Celkom 14 ks
1. kategória: Ventilátor - Stredná trieda (dlhodobo ventilovaní, JIS)	14	14.530,99 EUR	203.433,86 EUR

Poznámka:

Neoddeliteľnou súčasťou „Návrhu uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk“ je vyplnená tabuľka konkrétnej časti rozdeleného predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku, uvedená v prílohe č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov „Časť I. 1. kategória: Ventilátor - stredná trieda (dlhodobo ventilovaní, JIS)“



 Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
 Ing. Jindřich Petřík, MBA
 predseda predstavenstva



CHEIRÓN a.s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6
 Provozovna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
 Telefon: 377 590 411 Fax: 377 590 435
 IČ: 27094987 DIČ: CZ27094987



Časť I. 1. kategória: Ventilátor - stredná trieda (dlhodobé ventilovanie, JIS)

Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 392.000,00 EUR bez DPH

predpokladaný počet 14 ks

Predkladá (dodávateľ):	CHEIRÓN a.s.
Ponúkaný typ (označenie):	SV 300
Výrobca:	Mindray

Časť I. 1. kategória: Ventilátor - Stredná trieda (dlhodobé ventilovanie, JIS)

I. Technické špecifikácie ventilátora		
Základné ventilačné režimy	Podmienka	Nacenenie v EUR bez DPH
Volume control; Volume control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume control	áno, V -A/C, V-SIMV	
Pressure control; Pressure control - Assist control; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation - Volume - Pressure control	áno, P-A/C, P-SIMV	
Continuous positive airway pressure; Pressure support; Continuous positive airway pressure + Pressure support; Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (Volume control, pressure control) + Pressure support	áno, CPAP, CPAP-PS, SIMV (V,P) + PS	
Bilevel Positive Airway Pressure + Pressure support	áno, DuoLevel, Duo Level + PS	
Positive end-expiratory pressure	áno, PEEP nastaviteľný v rozsahu 1 - 45 cmH2O	
Objemová garancia	áno, režim PRVC	
Nastavenie koncentrácie O2	áno	
Invazívne režimy aj neinvazívne režimy	áno	
Monitorovanie kapnometrie	áno, metódou sidestream, príslušenstvo súčasťou dodávky	
Možnosti zvlhčovania dýchacieho plynu a nebulizácia		
Aktívne zvlhčovanie - aspoň manuálne stanovenie parametrov	áno, aktívny zvlhčovač súčasťou dodávky	
Nebulizačná jednotka - pneumatická alebo ultrazvuková	áno, pneumatická	
Monitorované a vypočítané parametre (zobrazenie číslom, prípadne aj krivkou)		
Tlaky v dýchacích cestách : špičkový; stredný; na konci expíria; plató alebo alveolárny	áno	
Objemy : dychový objem, minútový objem	áno	
Frekvencia dychov celková	áno	
Frekvencia spontánnych dychov alebo ako % z celkovej frekvencie	áno	
Únik v %	áno, MV Leak - monitorovanie reálneho úniku v L/min	
Frakcia kyslíka	áno	
Parametre pľúcnej mechaniky: rezistencia dýchacích ciest, poddajnosť pľúc, časová konštanta	áno	
Vyhotovenie prístroja - možnosti		
Sklopná farebná obrazovka	áno	
Prístroj na mobilnom podvozku s antistatickými brzdenými kolieskami	áno	
Rameno pre dýchacie hadice s kĺbmi	áno	

Prevádzka na batériu min. 1 hod.	áno, 120 minút na 1 batériu, 240 minút pri použití 2 batérii	203.433,86 EUR zarátané v cene prístroja
Sledovanie nameraných trendov za ostatných min. 24 hod.	áno, tabuľkové + grafické, 72 hodín	
USB rozhranie pre stiahnutie trendov, záznamov, konfigurácie a pod.	áno	
Uhlopriečka monitora min. 12"	áno, 12, 1 palcov, dotyková	
Maximálne 3 úrovne ponúk pre výber akejkoľvek aj špecifickej funkcie	áno	
Integrovaný základný prietokový snímač	áno, integrované, autoklávovateľné snímače prietoku nespotrebného charakteru pre inspiračnú aj expiračnú vetvu	
Speciálne funkcie a vlastnosti		
Podržanie inspiria	áno	
Funkcia odsávania	áno	
Funkcia preoxygenácie pred odsávaním	áno	
Automatický test pri zapnutí prístroja s textovou nápo vedou	áno	
Prístroj s prednastavením ventilačných parametrov - voľba kategórie pacienta, typu ventilácie	áno, podľa pohlavia, veku a hmotnosti pacienta	
Alarm delený do priorit podľa dôležitosti s farebným aj akustickým rozlíšením	áno	
Integrovaný kyslíkový snímač	áno	
Možnosť nastavenia max úniku v % pre NIV	áno, automatická kompenzácia netesnosti	
II. Záručný a pozáručný servis		
Záručná doba	Podmienka	
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pravidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profilaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatie opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostno technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.	áno	

V Praze

dňa: 22-07-2019

Ing. Jindřich Petřík, MBA
předseda představenstva


CHEIRON a.s., Uřetřova 2260/13, 162 00 Praha 6
 Provězo vna: Republikánská 1102/45, 312 00 Plzeň
 Telefón: 377 590 411 Fax: 377 590 435
 IČ: 27084987 DIČ: CZ27094987

pečiatka a podpis predkladateľa