

FORMULÁR PRE PODANIE NÁMIETOK

v zmysle § 170 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

1. Identifikačné údaje navrhovateľa (§ 170 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní)

Názov:	CHIRANA Medical a.s.		
Adresa:	Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá		
IČO:	36322300		
Osoba oprávnená konať za navrhovateľa / funkcia:	Kontaktné údaje navrhovateľa kontaktná osoba: Ing. Ján Brkal , generálny riaditeľ a predseda predstavenstva telefón: +421 0905 478 020 e-mail: jbrkal@chirana.eu Bankové informácie (pre vrátenie kaucie) IBAN: SK4902000000002576290353 SWIFT: SUBASKBX názov banky: VÚB, a.s. Iné		

Postavenie navrhovateľa:	<i>Uchádzač</i>
--------------------------	-----------------

2. Identifikačné údaje kontrolovaného (§ 170 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)

Názov:	UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Adresa:	Pažítková 4, 821 01 Bratislava
IČO ¹⁾ :	31 813 861
Ostatné ¹⁾ :	

¹⁾Nepovinný údaj

3. Označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú (§ 170 ods. 5 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)

Názov predmetu zákazky: PRÍSTROJE PRE UMELÚ PLÚCNU VENTILÁCIU (VENTILÁTORY)
--

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo /značka ²⁾ : Vestník verejného obstarávania zo dňa 27.06.2019 č. 128/2019 15168-MST, číslo spisu VO R1-9/212/2019

Zákazka zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie číslo / značka ²⁾ : 2019/S 121-296043
--

²⁾Vyplňte aspoň jeden z označených údajov, ak bola zákazka zverejnená

Zákazka zadávaná postupom:	Verejná súťaž
----------------------------	---------------

Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti:	<i>Nie</i>
Štádium verejného obstarávania:	<i>Ponuky nie sú rozdelené na časti označené ako "Ostatné" a "Kritériá"</i>

4. Označenie skutočností, proti ktorým námietky smerujú ³⁾(§ 170 ods. 5 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní)

Námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) ZVO proti „podmienkam v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk“	☐
Námietky podľa § 170 ods. 3 písm. b) ZVO proti „podmienkam v súťažných podkladoch“	☐
Námietky podľa § 170 ods. 3 písm. c) ZVO proti „výberu záujemcov“	☐
Námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO proti vylúčeniu	☒
Námietky podľa § 170 ods. 3 písm. e) ZVO proti nezaradeniu do DNS alebo KS	☐
Námietky podľa § 170 ods. 3 písm. f) ZVO proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov	☐
Námietky podľa § 170 ods. 3 písm. g) ZVO proti „inému úkonu“	☐

³⁾Kliknutím do štvorčeka označte vyhovujúce

5. Opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov(§ 170 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)

Opis rozhodujúcich skutočností⁴⁾:

Na úvod je potrebné uviesť, že verejný obstarávateľ úmyselne konal tak, aby v plnom rozsahu zmiatol nás ako uchádzača v procese verejného obstarávania, pretože nám bola prostredníctvom elektronickej komunikácie systémom „Josephine“ doručená písomnosť s názvom: „**Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk**“. Tento dokument však nie je výsledkom vyhodnotenia ponúk, ale je len informáciou o procese hodnotenia ponúk, a to v etape pred elektronickou aukciou. Do tejto písomnosti bola pre nás nepochopiteľne zaradená časť, v ktorej nám verejný obstarávateľ oznamuje vylúčenie našej ponuky pre Časť III.3. Kategória: Ventilátor – Najvyššia trieda. Žiaľ nerozumieme takémuto postupu a ani snahe nás ako uchádzača v predmetnom procese zmiať a dosiahnuť, aby sme ako uchádzač prehliadli skutočný obsah predmetnej písomnosti, a to **vylúčenie našej spoločnosti ako uchádzača pre Časť III.3. Kategória: Ventilátor – Najvyššia trieda**, čím by nám bol znemožnený postup na ochranu našich práv v podobe podania námietky (ako Dôkaz č.1 predkladáme písomnosť s názvom : „Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk“).

V zákone 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v § 55 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, jasne definovaná povinnosť verejného obstarávateľa: „oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, **výsledok vyhodnotenia ponúk**, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť **informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk....**“ Z vyššie uvedených skutočností je zrejмый nezákonný postup a taktiež snaha o zmätočné konanie s cieľom poškodiť naše práva ako uchádzača v procese verejného obstarávania. Okrem toho stojí za povšimnutie i skutočnosť, že predmetná písomnosť bola podpísaná dňa 17.09.2019, ale nám bola prostredníctvom systému Josephine doručená až 02.10.2019.

Vo vlastnom merite veci a to vylúčenia našej ponuky pre Časť III. 3. Kategória : Ventilátor – Najvyššia trieda, ktoré touto cestou namietame ako nedôvodné, uvádzame nasledovné skutočnosti:

Dôvodom vylúčenia našej ponuky je podľa verejného obstarávateľa neplnenie verejným obstarávateľom požadovaného parametra prístroja „**Neinvazívna metóda pre lepšiu synchronizáciu pacient- ventilátor, pri okamžitom úsilí pacienta o nádyh a s prepnutím na požadovaný výdych v reálnom čase**“

Naše neplnenie uvedenej požiadavky verejný obstarávateľ odôvodnil spisovateľským abstraktným popisom („o viac ako štandardnom riešení“), ktoré však priamo nevyplýva z definície daného parametra tak ako bol definovaný v súťažných podmienkach. Citujeme odôvodnenie verejného obstarávateľa, ktoré má byť argumentačnou rovinou pre vylúčenie našej ponuky, keďže nami ponúkaný prístroj údajne neplní: „Požadované lepšie (viac ako štandardné) riešenie poskytuje nadštandardné riešenie pre oba typy trigrov v tom, že užívateľ nemusí hľadať optimálnu úroveň trigra a tú manuálne na ventilátore nastavovať. Ventilátor spustí automatický proces sledovania a analýzy pacientovej dychovej krivky, kde na základe priebehu predchádzajúcich dychov pacienta ventilátor prispôsobuje synchronizáciu skutočným potrebám pacienta pri nádychu aj výdychu a to okamžite. Na rozdiel od štandardného riešenia sa tak deje bez časového, tlakového a prietokového oneskorenia.“

Už samotné odôvodnenie vyznieva veľmi rozporuplne a nelogicky, keď sa v ňom uvádza „okamžite“ pritom súčasne je uvedené, že spúšťačom má byť „na základe priebehu predchádzajúcich dychov pacienta“, pričom je zrejmé, že samotné dychy pacienta, ich zosnímanie prietokovým snímačom, ich vyhodnotenie softwarom ventilátora a uskutočnenie zmeny nastavení ventilátora a ventilácie zaiste netrujú nulový čas. Odôvodnenie verejného obstarávateľa nekompatibilné so samotnou definíciou predmetného parametra tak ako bol definovaný v súťažných podmienkach. Parameter tak ako bol definovaný v súťažných podkladoch, požadoval iba splnenie **lepšej synchronizácie** pacienta a ventilátora, pri okamžitom úsilí pacienta o nádych, a to neinvazívnou metódou bez nutnosti doplnkových zariadení a snímačov, ktoré by boli aplikované invazívnou formou.

Dýchací prístroj Chirana Aura V, ktorý je predmetom našej ponuky v rámci predmetného verejného obstarávania pre Časť III.3. Kategória: Ventilátor – Najvyššia trieda, nielenže daný parameter lepšej synchronizácie pacient- ventilátor, pri okamžitom úsilí pacienta o nádych a s prepnutím na požadovaný výdych v reálnom čase, neinvazívnou metódou absolútne spĺňa, ale túto funkcionality ďaleko prevyšuje, keďže ponúkaný prístroj dokáže okrem optimálneho riadenia prechodu medzi nádychom a výdychom synchronizovať s pacientom, optimalizovať a automatizovane riadiť oveľa širšie spektrum parametrov ako len samotný „trigger“, a to na základe ON-LINE zberu a vyhodnocovania oveľa širšieho spektra dát pacienta ako len v odôvodnení verejným obstarávateľom popísané sledovanie priebehu predchádzajúcich dychov pacienta.

Samotná koncepcia a architektúra prístroja Chirana Aura V je postavená na princípe čo najlepšej synchronizácie s pacientom s cieľom poskytovania čo najoptimálnejšej netraumatizujúcej ventilácie, ktorá kopíruje potreby pacienta v reálnom čase. Bližšie viď i pre základnú orientáciu už i úvodné strany návodu na obsluhu 10-11 Účel a použitie prístroja, z ktorých citujeme:

- APMV... autoadaptívny regulačný systém
- UVM ... počítačom asistovaný systém ... s poloautomatickým nastavovaním parametrov...
- Modul (Opti a AutoOpti)... riešenia optimalizácie ventilácie s cieľom.. znížiť traumatizáciu pľúc
- prevedenie režimu PCV, ktorý.. je vybavený automatickou identifikáciou spontánneho dychového úsilia, čo ventilátor identifikuje ako „chcenie dýchať“ a aby to pacientovi umožnil, prepne sa režim do módu...
- je k dispozícii aj PS – tlaková podpora pre napomáhanie spontánnemu dýchaniu na hladine PEEP, ktorej veľkosť je voliteľná.
- Prístroj tak v podstate automaticky vychádza v ústrety potrebám pacienta, čo je nespornou výhodou napomáhajúcou lekárovi..
- APMV®–MV... riešenie inteligentného riadenia všetkých ventilačných režimov.. zabezpečuje protektívnosť ventilácie.. aj pri pacientovej spontánnej ventilácii... je k dispozícii aj automatická adaptácia Flow... Pressure.. frekvencie.. Automatická kompenzácia..
- PMLV... vedie k zlepšenej distribúcii plynov v pľúcach postihnutých patológiou.. Algoritmus riadenia ventilácie vychádza z analýzy pľúcnej mechaniky
- prístroj vyhodnocuje parametre ventilátora, ale hlavne diagnostiku dýchacích orgánov a ponúka lekárovi počítačom spracované údaje.. mnohé automatické prvky pre optimálne nastavenie ventilátora, ktorý za pacienta dýcha...prehľad o stave a spôsobe liečby pacienta..
- Bias flow (nastaviteľný), umožňuje zlepšenie reaktivity triggra a zmenšenie spontánneho dychového úsilia..

Žiadna z uvedených metód, ktoré ponúkaný prístroj Chirana Aura V ponúka nie je rozhodne štandardným riešením, pričom každá z nich prispieva k lepšej synchronizácii pacient- ventilátor, a to pri okamžitom úsilí pacienta o nádych ale i bez neho!

Nie je pravdou, že ventilátor nie je vybavený „lepšou synchronizáciou“, pričom na str. 57, 64 a 80 návodu je opísaná funkcia a nastavenie „podporného prietoku“ resp. „dynamickej zásoby plynov“, t.j. bias flow, ktorý výrazne zlepšuje inspiračný aj expiračný trigger. Pneumatické sledovanie prietoku plynu do a z ET kanyly snímačom a jeho augmentácia vychádza z fyzikálneho princípu „bias flow“ a to v inspiriu aj expíriu. Fyzikálne princípy pneumatiky nie je možné vyhlásiť za neexistujúce. Okrem toho je prítomných niekoľko kontrolných mechanizmov a to napríklad P0,1 a F0,1, ktorých hodnota nepriamo ukazuje na chybné nastavenie triggra (okrem iných parametrov umelej ventilácie pľúc).

Na Strane 57 návodu sa uvádza: Pre zlepšenie rýchlosti aktivácie asistora a ďalších pozitívnych účinkov sa doporučuje aktivovať **bias flow** podľa nižšie uvedených pokynov.

Stlačením tlačidla „Fbias“ sa umožní editácia „podporného prietoku“ tvoriaceho dynamickú zásobu plynov v rozsahu OFF, 1 až 30 l.min-1 po 1 l.min-1, default nastavenie podľa detekovaného prietokového senzora:

Adult 10 l.min-1

Pedi 5 l.min-1

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že v ponúkanom prístroji **existuje metóda lepšej synchronizácie** ako len štandardné riešenie synchronizácie pacienta s ventilátorom, zabezpečené prostredníctvom tlakového alebo prietokového spúšťača (trigra), nastavovaním jeho citlivosti.

Na Strane 80 návodu sa uvádza: *Funkcia F01 – inspiračný drajv*

Hodnotenie dynamického prietoku plynov ventilačným systémom počas prvých 100 ms dýchacieho cyklu (F 0.1) predstavuje nový spôsob kontinuálneho monitorovania.

Z pohľadu nastavenia ventilátora môže upozorniť na chybné nastavenie citlivosti triggra (asistora), zlé nastavenie „rampy“, „bias flow“ a hodnotu ventilačnej podpory. (Malá citlivosť triggra, nízky bias flow, plytká rampa, nízky tlak ventilačnej podpory).

Za technické riešenie „lepšej synchronizácie“ nemôže verejný obstarávateľ požadovať len jedno konkrétne riešenie, pretože existuje viacero technických riešení a musia byť pripustené všetky spôsoby realizácie tzv. „lepšej synchronizácie“, keďže v súťažných podkladoch nebolo požadované a ani špecifikované len jedno konkrétne riešenie tak ako sa ho snaží verejný obstarávateľ opísať v odôvodnení vylúčenia našej ponuky.

Na Strane 20 návodu sa uvádza:

Okrem vyššie uvedeného je ventilátor AURA vybavený tzv. Optimalizačným softvérom „AutoOpti“, ktorý nastavuje frekvenciu ventilácie na hodnotu blízku potrebe pacienta a tým zlepšuje a zrýchľuje funkciu triggra v inspiriu aj expíriu.

Konštatujeme, že okrem monitorovania nastavenia triggra sú tu okrem štandardných nastavovacích prvkov aj všetky prvky „lepšej synchronizácie“ a to minimálne na dvoch úrovniach.

V prístroji Chirana AURA V vyhodnocovanie triggera prietokového i tlakového vychádza kombinovane z tlakovej i prietokovej krivky. Každá krivka je analyzovaná priebežne sústavou viacerých filtrov a automaticky sa detekuje fáza zopnutia (inspíria alebo expíria). Algoritmus je nezávislý od šumu, zákmitov, driftu a funguje automatizovane. Bod prechodu je daný nadstavenou úrovňou triggra inspiračného alebo expiračného. Pri inspiračnom sa tým vyžaduje minimálne úsilie pacienta na vyvolanie ďalšieho cyklu a môže (nemusí) byť upravené na základe požiadavky lekára. Expiračným triggrum sa tvaruje krivka. Bod prechodu sa tiež môže modifikovať lekárom. To znamená, že synchronizácia je zabezpečená automaticky. Pre najväčší komfort pacienta zodpovedajúci jeho skutočným potrebám stačí ponechať default biasflow, alebo ho upraviť, zvýšením: „bias flow“ čím sa zvyšuje citlivosť triggra.

Funkcia „Autoadaptívneho expíria“ (str. 77 návodu), ktorú verejný obstarávateľ označil za nepodstatnú, resp. štandardnú nefunguje vôbec tak ako verejný obstarávateľ prezentoval v odôvodnení. V štandardných riešeniach zväčša ventilátory vypustia tlak do atmosféry a „uzemnia“ okruh, čím sa ale nastavený PEEP=0 a u poškodených pľúc žiaľ dochádza ku kolapsu alveol (derecruitment). Riešenie integrované v prístroji Chirana AURA V je oveľa vyspelejšie, pričom v situáciách, keď dôjde k prekročeniu limitného tlaku v okruhu, ventilátor po vyhodnotení situácie inteligentným algoritmom vypustí prebytok tlaku tak, že **PEEP zostane po celý čas trvania procedúry zachovaný**, čím nedôjde ku kolapsu alveol a nie je potrebné znovu

realizovať recruitment. Táto metodika implementovaná v prístroji tak tiež významne napomáha **k lepšej synchronizácii pacienta s ventilátorom**, keďže pri vzostupe tlaku nad tlak limitný (napr. kašeľ, dráždenie pacienta) ventilátor zabráni na jednej strane rizikovému vzostupu tlaku v okruhu, ale na druhej strane zabráňuje „strate PEEP“, čo je veľmi podstatná veličina, ktorej „strata“ ako je uvedené vedie ku kolapsu pľúc a nevyhnutnej potrebe opakovaného recruitmentu so všetkými rizikami s tým spojenými.

Pravdivosť našich tvrdení a skutočnosť, že nami ponúkaný prístroj **spĺňa verejným obstarávateľom požadovanú funkcionality tzv. „lepšej synchronizácie“** preukazuje tiež dôkaz č.3 - Stanovisko k plneniu požadovaného parametra prístrojom Chirana Aura V konkrétnym **užívateľom NsP Myjava**, citujeme: „...ventilátor CHIRANA AURA V je vybavený „lepšou synchronizáciou neinvazívnou metódou“, pričom prístroj je schopný automatizovane vďaka nastaveniu bias flow až do 30l/min. výrazne zlepšiť inspiračný aj expiračný trigger. Je to konštantný, ale nastaviteľný prietok plynov tečúci dýchacím okruhom ventilátora počas expiračnej fázy dychového cyklu, ktorý vytvára dynamickú zásobu plynov v okruhu. Čím je vyšší prietok, tým väčšia je dynamická zásoba plynov a tým väčšia je augmentácia trigeru. Najvyššia augmentácia je pri prietoku 30 l/min. Táto „dynamická zásoba“ je využiteľná pacientom v iniciálnej inspiračnej fáze spontánneho dychového cyklu, ako objem plynov, ktorý môže OKAMŽITE vdýchnuť ešte pred aktiváciou asistora (trigra). Až po aktivácii asistora začína vlastné arteficiálne inšpirium – aktívna insuflácia plynu ventilátorom teda vlastná inspiračná fáza dychového cyklu ventilátora. Na druhej strane voľný prietok plynov v iniciálnej fáze inšpiria umožňuje takmer bezodporovú aktiváciu prietokového asistora. Bias flow vytvára pneumatický automatický „sledovač dychovej aktivity pacienta“ a vylepšuje vlastnosti ako inspiračnej tak expiračnej fázy samotného trigra...“, a rovnako aj dôkaz č.4 - Stanovisko k plneniu požadovaného parametra prístrojom Chirana Aura V konkrétnym **užívateľom VÚSCH Košice**, citujeme: „U štandardných riešení sa zvykne nastavovať citlivosť spúšťača – prietokom alebo tlakom. Hlavným cieľom je samozrejme také nastavenie, aby spúšťač – trigger vyžadoval minimálne úsilie pacienta a aby sa zjednodušene povedané prístroj s pacientom „nepobil“ ale práve naopak čo najlepšie prispôbil jeho potrebám. Ventilátor Chirana Aura V má v prípade okamžitého úsilia pacienta o nádych oproti iným konkurenčným riešeniam k dispozícii navyše funkciu Bias flow ako prvok augmentácie inspiračného aj expiračného spúšťača s možnosťou nastavenia jeho citlivosti (t.j. prístroj spĺňa podmienku tzv. „lepšej synchronizácie“)...

...Ako vyplýva z uvedeného, ventilátor má tak k dispozícii zásobný prietok plynov pre okamžité plnenie potrieb pacienta pri jeho úsilí o nádych, t.j. pacient je uspokojovaný pri už minimálnom úsilí o nádych a to ešte skôr ako zareaguje prístroj a jeho spúšťač – trigger bez ohľadu na nastavenú citlivosť.

Ventilátor Chirana Aura V dovoľuje nastavenie Bias-Flow do 30 l/min, čo zo samotného pneumatického princípu spúšťača – trigerra výrazne zlepšuje citlivosť aj reakčný čas pri úsilí pacienta o nádych i s prepnutím na požadovaný výdych. Navyše v prístroji Chirana Aura V zabudovaná funkcia autoadaptívneho expíria bráni potenciálnemu vzniku barotraumy pri kašli alebo desynchronizácii, ako aj strate PEEP, čo je v praxi veľmi nebezpečné, pretože dochádza ku kolapsu pľúc s nevyhnutnosťou recruitmentu. Ventilátor tak nelimituje pacienta pri jeho aktivite ani vrámci inšpiria a ani vrámci expíria a jeho spontánne potreby (úsilie o nádych, kašeľ a pod.) rieši a uspokojuje v podstate okamžite, ešte skôr ako môže danú situáciu identifikovať snímač ventilátora a na ňu zareagovať samotný software ventilátora...“.

Označenie dôkazov⁴⁾:

Dôkaz č.1 – **Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk**, vydané verejným obstarávateľom UNIVERZITNÁ NEMONOCNICA Bratislava zo dňa 17.09.2019 – dokazuje porušenie postupu pri vylúčení ponuky na časť III. 3. Kategória: Ventilátor – Najvyššia trieda

Dôkaz č.2 – **Návod ponúkaného prístroja Chirana Aura V** - uvedené v texte v predchádzajúcej časti s názvom : „Opis rozhodujúcich skutočností“, v ktorej je priamo v kontexte konkrétnej argumentácie uvedené dôkazné preukázanie splnenia predmetného parametru

Dôkaz č.3 – **Doklad vydaný NsP Myjava** s uvedením veci „Odpoveď na otázku ohľadne praktického plnenia požiadavky „Neinvazívnej metódy pre lepšiu synchronizáciu pacient-ventilátor, pri okamžitom úsilí pacienta o nádych a s prepnutím na požadovaný výdych v reálnom čase prístrojom CHIRANA AURA V“ zo dňa 9.10.2019 – v ktorom je komplexný dôkaz plnenia požadovaného parametru preukázaného klinickou praxou a potvrdený MUDr. Pavlom Halašom MPH., primár oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny. Predmetný doklad predstavuje absolútne relevantný dôkaz o plnení

požadovaného parametra, pričom podrobné zdôvodnenie v celom kontexte je uvedené v predchádzajúcej stati v názvom „Opis rozhodujúcich skutočností“.

Dôkaz č.4 – **Stanovisko k plneniu požadovaného parametra prístrojom Chirana Aura V konkrétnym užívateľom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s, Košice zo dňa 8.10.2019** – Tento doklad je dôkazom, že prístroj Chirana AURA V, ktorý je predmetom ponuky na časť III. 3. Kategória : Ventilátor – najvyššia trieda plní v celom rozsahu požadovaný parameter a tento dôkaz je podpísaný špecialistom z klinickej praxe a vedeckým pracovníkom doc. MUDr. Pavlom Törökom, CSc. Podrobné zdôvodnenie v celom kontexte je uvedené v predchádzajúcej stati v názvom „Opis rozhodujúcich skutočností“. Tento dôkaz ma neotrasiteľnú silu a nie je ho možné vyvrátiť žiadnym pseudo-výkladovým teoretickým stanoviskom bez potrebného rozsahu klinickej a vedeckej praxe v predmete zákazky.

Identifikácia práv alebo právom chránených záujmov, ktoré boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného⁴⁾⁵⁾:

Verejný obstarávateľ vylúčil ponuku v procese verejného obstarávania s názvom : „PRÍSTROJE PRE UMELÚ PLÚČNU VENTILÁCIU“ pre Časť III. 3. Kategória: Ventilátor – Najvyššia trieda. Ako uchádzač, ktorý splnil všetky podmienky účasti a taktiež nami ponúkaný výrobok splnil požiadavku na predmet zákazky v celom rozsahu, žiadame o zrušenie rozhodnutia o vylúčení a vrátenie ponuky do procesu vyhodnocovania ponúk. Verejný obstarávateľ vylúčil ponuku, a to napriek tomu, že neexistovali žiadne relevantné dôvody na takýto postup verejného obstarávateľa. Tento postup verejného obstarávateľa porušil naše práva zakotvené priamo v § 10 ods. (2) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a taktiež sa domnievame, že dochádza i k porušeniu princípu hospodárnosti a efektívnosti v dôsledku toho, že nami predložená ponuka na predmetnú časť zákazky ako výrobcu by bola aj po elektronickej aukcii najvýhodnejšia pre verejného obstarávateľa a to v súlade s kritériami hodnotenia.

⁴⁾ Rozsah textu je neobmedzený

⁵⁾ Pozrite § 170 ods. 7 ZVO. Vyplní iba osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného.

6. Návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 175 ods. 1 alebo ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (§ 170 ods. 5 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

Navrhovateľ navrhuje, aby Úrad pre verejné obstarávanie rozhodol **podľa § 175 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a rozhodnutím nariadil zrušenie vylúčenia našej ponuky pre Časť III. 3. Kategória: Ventilátor – Najvyššia trieda a vrátil ponuku do procesu vyhodnocovania ponúk.**

7. Zoznam povinných príloh námietok (§ 170 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní)

Ak ide o námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní⁶⁾

písomné oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. a) ZVO, ☐

písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b) ZVO alebo ☐

doklad o doručení žiadosti o nápravu, ak ju kontrolovaný v zákonnej lehote nevybavil ☐

Doklad preukazujúci oprávnenie podpisovať námietky podľa § 170 ods. 5 písm. g) ZVO v origináli alebo jeho úradne overená fotokópia, ak nebol predložený kontrolovanému alebo ak osoba alebo osoby, ktoré podpísali námietky, nie sú podľa údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov oprávnené podpisovať námietky podľa odseku 5 písm. g) (§ 170 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní) ☐

⁶⁾ Kliknutím do štvorčka označte vyhovujúce

8. Zoznam iných príloh námietok

Označenie príloh:

1. Doklad o úhrade kaucie podľa § 172 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk – vydané verejným obstarávateľom UNIVERZITNÁ NEMONOCNICA Bratislava zo dňa 17.09.2019
3. Návod na použitie predmetu ponuky (Chirana Aura V)
4. Doklad vydaný NsP Myjava s uvedením veci „Odpoveď na otázku ohľadne praktického plnenia požiadavky „Neinvazívnej metódy pre lepšiu synchronizáciu pacient-ventilátor, pri okamžitom úsilí pacienta o nádych a s prepnutím na požadovaný výdych v reálnom čase“ prístrojom CHIRANA AURA V“ zo dňa 9.10.2019
5. Doklad - Stanovisko k plneniu požadovaného parametra prístrojom Chirana Aura V konkrétnym užívateľom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s, Košice zo dňa 8.10.2019

9. Podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa (§ 170 ods. 5 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní)

titul, meno, priezvisko:


Ing. Ján Brkal
GR, predseda predstavenstva

Ing. Mirko Němý
člen predstavenstva

miesto a dátum:

V Starej Turej, dňa 9.10.2019

Podpis



Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194
P. O. Box 57
916 01 Stará Turej
IČO: 36322300