

Názov predmetu zákazky:

Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom			
1.	Špeciálny zdravotnícky materiál s príslušenstvom pre kardiochirurgiu kompatibilný so systémom mechanickej podpory CARDIOHELP, určený pre pacientov indikovaných na krátkodobú až strednodobú podporu alebo náhradu obehových funkcií a dýchania, ktorí potrebujú V – A ECMO alebo V - V ECMO, použiteľný aj v ECMO režime k zabezpečeniu kardiopulmonálnej podpory, v obidvoch režimoch až po dobu 30 dní.		
2.	Sada musí umožňovať perkutánne aj centrálné zavedenie.		
3.	Pomôcky musia byť sterilné a jednorazové, použiteľná operačnej aj katetrizačnej sále, JIS, ARO, možnosťou transportu v rámci nemocnice a aj mimo nej.		
4.	Sada musí obsahovať ECMO modul s hadicovým setom:		
4.1	integrované senzory (3x tlak, 2x teplota, bubliny, prietok, saturácia O2, hemoglobín, hematokrit) a integrované centrifugálne čerpadlo;		
4.2	dve verzie ECMO modulu (prietok krvi do 5 l/min. a do 7 l/min.);		
4.3	biokompatibilné heparínové potiahnutie pre kompletný set, u pacientov s HIT špeciálny potáh bez heparínu;		
4.4	bezpečnostné odvzdušňovacie funkcie.		
Položka č. 2 - Arteriálna kanyla			
1.	Zavádzacie dĺžky:		
1.1	15 cm (13 - 23 Fr)		
1.2	23 cm (15 - 23 Fr)		
2.	Ukončenie kanyly spojkou 3/8 s konektorom		
3.	S vodičom		
Položka č. 3 - Sada zavádzacia perkutánna			
1.	Dĺžka drôtu 100 cm		
2.	Sada musí obsahovať min.:		
2.1	dilatátor		
2.2	punkčná ihla		
2.3	skalpel		
2.4	striekačka		
Položka č. 4 - Venózna kanyla			
1.	Zavádzacie dĺžky:		
1.1	38 cm (19 - 25 Fr)		
1.2	55 cm (21 - 29 Fr)		
2.	Ukončenie kanyly spojkou 3/8 bez konektora		
3.	S vodičom		

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Položka č. 5 - Sada zavádzacia perkutánna	
1.	Dĺžka drôtu 150 cm
2.	Sada musí obsahovať min.:
2.1	dilatátor
2.2	punkčná ihla
2.3	skalpel
2.4	striekačka

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo

IČO:

DIČ:

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a

Pracovné zaradenie:

Telefónn

E-mail:

V:

Dňa:

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: