

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 05-06/2023 prípravne trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Zdravotnícka technika“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK boli oslovení 6 potencionálni dodávateľia. Ponuku predložilo 5 hospodárskych subjektov.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Zdravotnícka technika

1.2 CPV:

33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie

33192120-9 - Nemocničné lôžka

51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadenia

50421000-2 - Opravy a údržba lekárskeho zariadenia

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

2.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti

Zoznam položiek:

Por. č.	Názov predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
časť č. 1	Elektrické akútne lôžko	ks	8

3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty		Uchádzač č. 1	Uchádzač č. 2	Uchádzač č. 3	Uchádzač č. 4	Uchádzač č. 5	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty
		Artspect spol. s r.o. Rybničná 40 Bratislava 831 06	Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58 Bratislava 811 04	VITAMED.SK 1.mája 45 902 01 Pezinok	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	ELMED s.r.o. Neresnícka cesta 13 Zvolen 960 01	
Elektrické akútne lôžko							Elektrické akútne lôžko
1.	Pevná a stabilná konštrukcia lôžka, t.j. konštrukcia sa nemôže pohybovať alebo krútiť ani pri max. zaťažení	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Pevná a stabilná konštrukcia lôžka, t.j. konštrukcia sa nemôže pohybovať alebo krútiť ani pri max. zaťažení
2.	Ložná plocha min. 200x90 cm, umiestnená na 2 alebo viac teleskopických stĺpoch	spĺňa; 200x90 cm, teleskopické stĺpy	nespĺňa, 200x88 cm / nožnicové prevedenie	nespĺňa, ložná plocha 200x90 cm, neumiestnený na 2 alebo viac teleskopických stĺpikoch	nespĺňa, 200x87 cm	nespĺňa, požadujeme zmeniť min. rozmer ložnej plochy 192x86 cm a nožnicový systém zdvihu ložnej plochy, daná zmena nemá vplyv na medicínske ani funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Ložná plocha min. 200x88 cm
3.	Vonkajšie rozmery lôžka max. 225x100 cm, bezpečné pracovné zaťaženie lôžka min. 250 kg	spĺňa; 223x99,5 cm, SWL 250 kg	spĺňa	spĺňa, vonkajšie rozmery lôžka 220x99,5 cm, bezpečné pracovné zaťaženie lôžka 270 kg	spĺňa, 218x99, zaťaženie 250 kg	spĺňa	Vonkajšie rozmery lôžka max. 225x100 cm, bezpečné pracovné zaťaženie lôžka min. 250 kg
4.	Antidekubitná funkcia - súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom (autokontúra)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Antidekubitná funkcia - súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom (autokontúra)
5.	Ložná plocha so systémom eliminácie trecích a strižných síl pri polohovaní pacienta	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ložná plocha so systémom eliminácie trecích a strižných síl pri polohovaní pacienta
6.	Integrované predĺženie ložnej plochy min. 30 cm	spĺňa, 32 cm	spĺňa	spĺňa, 30 cm	spĺňa, 32 cm	nespĺňa, požadujeme zmeniť min. predĺženie ložnej plochy o 28 cm, daná zmena nemá vplyv na medicínske ani funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Integrované predĺženie ložnej plochy min. 28 cm

7.	Elektrické ovládanie chrbtového, stehenného dielu, zdvíhu ložnej plochy v rozsahu min. 40 - 75 cm	spĺňa, 39,5 - 77,5 cm	spĺňa	spĺňa, 40-85 cm	nespĺňa, 39-77 cm	spĺňa	Elektrické ovládanie chrbtového, stehenného dielu, zdvíhu ložnej plochy v rozsahu min. (40 - 77) cm; väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (40-77) cm musí byť zachovaný
8.	Elektrické ovládanie náklonu ložnej plochy Trendelenburg/ Antitrendelenburg, min. 13°	spĺňa, 16°/16°	spĺňa	spĺňa, 16°/16°	spĺňa, 15°/15°	spĺňa	Elektrické ovládanie náklonu ložnej plochy Trendelenburg/ Antitrendelenburg, min. 13°
9.	Ovládanie lýtkového dielu mechanicky	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládanie lýtkového dielu mechanicky
10.	Vyberateľné celoplastové čelá so zámkami proti náhodnému vytiahnutiu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Vyberateľné celoplastové čelá so zámkami proti náhodnému vytiahnutiu
11.	Hlavové čelo s konštantnou výškou, nezávislé na ploche ložnej plochy, pre zabránenie kolízie príslušenstva s okolím lôžka	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavové čelo s konštantnou výškou, nezávislé na ploche ložnej plochy, pre zabránenie kolízie príslušenstva s okolím lôžka
12.	Štyri integrované plastové delené sklopné bočnice pozdĺž celej ložnej plochy, výška min. 40 cm nad ložnou plochou	spĺňa, 4x delené plastové postranice pozdĺž celej ložnej plochy, výška 40 cm nad ložnou plochou	spĺňa	spĺňa, 45 cm	nespĺňa, výška postranic hlavových 40 cm, nožných 39 cm	spĺňa	Štyri integrované plastové delené sklopné bočnice pozdĺž celej ložnej plochy, výška min. 39 cm nad ložnou plochou
13.	Hlavové bočnice s madlami a integrovanými tlačidlami pre zdvih lôžka pre jednoduchú manipuláciu pacienta	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Hlavové bočnice s madlami a integrovanými tlačidlami pre zdvih lôžka pre jednoduchú manipuláciu pacienta
14.	Sesterský ovládací panel s tlačidlom STOP a bezpečnostným tlačidlom pre aktiváciu klávesnice s automatickým návratom k uzamknutiu klávesnice, zámku jednotlivých polôh, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (min. Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR)	spĺňa, STOP tlačidlo, GO tlačidlo, zámku jednotl. Polôh, pamäťové polohy, kardio kreslo, TR, CPR	spĺňa	spĺňa	nespĺňa, sesterský ovládací panel bez tlačítka STOP - v našom riešení tlačítka nepotrebujeme, bezpečnostné tlačítka taktiež nepotrebujeme, klávesnica sa uzamkne sama, pamäťové polohy máme (CPR, Kardio,	nespĺňa, požadujeme vynechať funkciu STOP, každý výrobca v zmysle splnenia bezpečnosti prevádzky lôžka využíva iný systém ochrany pred nechceným polohovaním lôžka, daná zmena nemá vplyv na medicínske ani funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Sesterský ovládací panel s tlačidlom STOP a bezpečnostným tlačidlom pre aktiváciu klávesnice s automatickým návratom k uzamknutiu klávesnice, zámku jednotlivých polôh, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (min. Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR)
15.	Nožné ovládače integrované do podvozku lôžka, s tlačidlami pre nastavenie výšky ložnej plochy, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Nožné ovládače integrované do podvozku lôžka, s tlačidlami pre nastavenie výšky ložnej plochy, s ochranou proti nechcenému polohovaniu
15.	Pacientský ručný ovládač s integrovaným LED svetlom, s tlačidlami polohovania chrbtového, stehenného dielu, autokontúry	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nespĺňa, ovládač bez integrovaného LED svetla, polohovanie chrbtového, stehenného dielu a autokontúry	nespĺňa, požadujeme vynechať funkciu LED svetlo, daná zmena nemá vplyv na medicínske ani funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Pacientský ručný ovládač s tlačidlami polohovania chrbtového, stehenného dielu, autokontúry
16.	4x pojazdné kolieska min. 15 cm s centrálnym ovládaním, min. 1x statické, kryt podvozku pre ľahkú dezinfekciu	spĺňa, kolieska Tente Integral 4x150 mm, 1 s aretáciou do proameho smeru, centrálné ovládanie, zakrytovaný podvozok	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4x pojazdné kolieska min. 15 cm s centrálnym ovládaním, min. 1x statické, kryt podvozku pre ľahkú dezinfekciu
17.	Alarm upozorňujúci na nezabrzdené lôžko pri zapojení do elektrickej siete	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Alarm upozorňujúci na nezabrzdené lôžko pri zapojení do elektrickej siete
18.	Min. 2 kusy držiakov na infúzny stojan v oblasti čiel	spĺňa, 2 ks	spĺňa	spĺňa, 2	spĺňa	spĺňa	Min. 2 kusy držiakov na infúzny stojan v oblasti čiel
19.	Vizuálna indikácia bezpečnej polohy lôžka ľahko rozpoznateľnej pri pohľade z boku lôžka	spĺňa, zmena farby uhlomerov pri lôžku v najnižšej polohe	spĺňa	spĺňa, uhlomer	nespĺňa	nespĺňa, požadujeme vynechať danú funkcionality, obslužný personál by sa nemal spoliehať len na vizuálnu indikáciu najnižšej polohy lôžka pre zachovanie bezpečnosti pacienta, daná zmena nemá vplyv na medicínske ani funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Vizuálna indikácia bezpečnej polohy lôžka ľahko rozpoznateľnej pri pohľade z boku lôžka
20.	Automatické zastavenie chrbtového dielu v uhle 30° pre ľahké a rýchle nastavenie polohy pre pacientov s dýchacími ťažkosťami	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nespĺňa	spĺňa	Automatické zastavenie chrbtového dielu v uhle 30° pre ľahké a rýchle nastavenie polohy pre pacientov s dýchacími ťažkosťami
21.	Držiak na hrazdu v oblasti hlavového dielu / čela	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Držiak na hrazdu v oblasti hlavového dielu / čela

22.	Min. 2 kusy bočných držiakov na drobné príslušenstvo (sáčok na moč, kôš na bažanta,.....)	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 3 háčiky	spĺňa	spĺňa	Min. 2 kusy bočných držiakov na drobné príslušenstvo (sáčok na moč, kôš na bažanta,.....)
23.	Zálohová batéria s indikátorom stavu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nespĺňa, bez indikátora stavu, len indikácia nabíjania	spĺňa	Zálohová batéria s indikátorom stavu
24.	Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania
25.	Páky mechanického CPR odblokovania chrbtového dielu po obidvoch stranách lôžka	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Páky mechanického CPR odblokovania chrbtového dielu po obidvoch stranách lôžka
26.	Lôžko musí byť umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Lôžko musí byť umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve
27.	Konštrukcia lôžka musí byť jednoducho čistiteľná bez ťažko čistiteľných záhybov, otvorených dutín, nekvalitných zvarov,.....)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Konštrukcia lôžka musí byť jednoducho čistiteľná bez ťažko čistiteľných záhybov, otvorených dutín, nekvalitných zvarov,.....)
28.	4 kusy rohových ochranných protinárazových koliesok	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4 kusy rohových ochranných protinárazových koliesok
29.	Príslušenstvo:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa		Príslušenstvo:
29.1	hrazda so samonavijacou rukoväťou	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	hrazda so samonavijacou rukoväťou
29.2	chrómový infúzny stojan výškovo nastaviteľný	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	chrómový infúzny stojan výškovo nastaviteľný
30.	Súlad s normou STN EN 60601-2-52	spĺňa	spĺňa, zdravotnícka pomôcka triedy I., v súlade s nariadením EÚ 2017/745. Zdravotnícka pomôcka v súlade s certifikáciou ISO 90001, ISO 13485 a ISO 14001	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Súlad s normou STN EN 60601-2-52
31.	Aktívny antidekubitný matrac				Uchádzač ponuku nedoplnil o matrace	spĺňa	Aktívny antidekubitný matrac
31.1	Aktívny antidekubitný systém pre riziko vzniku dekubitov a podporu liečby už vzniknutých dekubitov až III. stupňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa, III. stupeň		spĺňa	Aktívny antidekubitný systém pre riziko vzniku dekubitov a podporu liečby už vzniknutých dekubitov až III. stupňa
31.2	Šetrný a účinný dynamický systém zaisťujúci dostatočnú podporu pre pacienta - systém striedania tlaku v celách 2-1 (dvojcelový) alebo vyšší	spĺňa, 2-1	spĺňa	spĺňa, 3 komorový		spĺňa	Šetrný a účinný dynamický systém zaisťujúci dostatočnú podporu pre pacienta - systém striedania tlaku v celách 2-1 (dvojcelový) alebo vyšší
31.3	Pracovné režimy min.	spĺňa	spĺňa			spĺňa	Pracovné režimy min.
31.3.1	dynamický (terapeutický)	spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	dynamický (terapeutický)
31.3.2	statický (pre vyšetrenie, zavedenie katétrov a pod.) s bezpečnostným automatickým návratom do dynamického režimu	spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	statický (pre vyšetrenie, zavedenie katétrov a pod.) s bezpečnostným automatickým návratom do dynamického režimu
31.3.3	režim konštantného tlaku (pri kontraindikácii dynamického režimu, pred presunom na pasívny matrac, pri režime spánku a pod.)	spĺňa	spĺňa	spĺňa		nespĺňa, požadujeme vynechať funkciu. Daná zmena nemá vplyv na medicínske a funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	režim konštantného tlaku (pri kontraindikácii dynamického režimu, pred presunom na pasívny matrac, pri režime spánku a pod.)
31.4	Automatické nastavenie tlaku v závislosti na váhe pacienta, s možnosťou manuálneho prestavenia	spĺňa	spĺňa	spĺňa		nespĺňa, požadujeme vynechať funkciu. Daná zmena nemá vplyv na medicínske a funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Automatické nastavenie tlaku v závislosti na váhe pacienta, s možnosťou manuálneho prestavenia
31.5	Senzor pre automatické zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri posadení pacienta	spĺňa	spĺňa	spĺňa	nespĺňa, požadujeme vynechať funkciu. Daná zmena nemá vplyv na medicínske a funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Senzor pre automatické zvýšenie tlaku v panvovej oblasti pri posadení pacienta	

31.6	Konštrukcia ciel umožňujúca individuálne vypustenie každej cely v oblasti chrbtu až piat (napr. pri existujúcich dekubitoch, pri zvýšenej rizikivosti príslušnej zóny a pod.)	spĺňa	spĺňa	spĺňa, súčasťou matracu je 10 ks silikónových uzáverov. Ktorúkoľvek celu je možné odpojiť, okruh uzavrieť a zbytok matracu pracuje ďalej podľa zvoleného režimu		nespĺňa, požadujeme vynechať funkciu. Daná zmena nemá vplyv na medicínske a funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Konštrukcia ciel umožňujúca individuálne vypustenie každej cely v oblasti chrbtu až piat (napr. pri existujúcich dekubitoch, pri zvýšenej rizikivosti príslušnej zóny a pod.)
31.7	Možnosť individuálneho nastavenia periódy striedania tlaku v 3 časových cykloch alebo viac	spĺňa, 10, 15, 20 a 25 minút	spĺňa	spĺňa, 5/10/15 minút		nespĺňa, požadujeme vynechať funkciu. Daná zmena nemá vplyv na medicínske a funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Možnosť individuálneho nastavenia periódy striedania tlaku v 3 časových cykloch alebo viac
31.8	Možnosť rýchleho vypustenia pre CPR	spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	Možnosť rýchleho vypustenia pre CPR
31.9	Systém ochrany pred nežiadúcou manipuláciou a chybným nastavením	spĺňa	spĺňa	spĺňa, zámok klávesnice		spĺňa	Systém ochrany pred nežiadúcou manipuláciou a chybným nastavením
31.10	Nosnosť min. 160 kg	spĺňa, 160 kg	spĺňa	spĺňa, 200 kg		spĺňa	Nosnosť min. 160 kg
31.11	Alarm v prípade výpadku napájania a zlej funkčnosti	spĺňa	spĺňa	spĺňa, akustický a optický alarm		spĺňa	Alarm v prípade výpadku napájania a zlej funkčnosti
31.12	Lahko odnímateľný poťah - zips dookola 360°, paropriepusný, vodovzdorný, s ochranou pred znečistením jadra	spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	Lahko odnímateľný poťah - zips dookola 360°, paropriepusný, vodovzdorný, s ochranou pred znečistením jadra
31.13	Funkčne a rozmerovo plne kompatibilné s lôžkami, výška min. 15 cm, max. 19 cm	spĺňa, 15 cm	spĺňa	spĺňa, 18 cm		spĺňa	Funkčne a rozmerovo plne kompatibilné s lôžkami, výška min. 15 cm, max. 19 cm
31.14	Transportné úchytky na boku matracu	spĺňa	spĺňa	spĺňa		nespĺňa, transportný pás na spodku Požadujeme vynechať funkciu. Daná zmena nemá vplyv na medicínske a funkčné využitie lôžka a umožní účasť viacerým uchádzačom	Transportné úchytky na boku matracu alebo transportný pás na spodku matracu
31.15	Matrac určený k uloženiu priamo na ložnú plochu (bez nutnosti použitia podložky)	spĺňa	spĺňa	spĺňa		spĺňa	Matrac určený k uloženiu priamo na ložnú plochu (bez nutnosti použitia podložky)

4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky		Uchádzač č. 1	Uchádzač č. 2	Uchádzač č. 3	Uchádzač č. 4	Uchádzač č. 5	Definitívne minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky
		Artspect spol. s r.o. Rybničná 40 Bratislava 831 06	Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58 Bratislava 811 04	VITAMED.SK 1.mája 45 902 01 Pezinok	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	ELMED s.r.o. Neresnícka cesta 13 Zvolen 960 01	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.	Požaduje sa dodanie tovaru:	akceptujem	akceptujem	xx	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa dodanie tovaru:
2.1	do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem, do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy)	akceptujem	neakceptujem, požadujeme do 80 kalendárnych dní	do šesťdesiatich (90) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.

4.	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.
6.	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
10.	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
11.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
11.1	oprava väd a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava väd a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
11.2	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,

11.3	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,
11.4	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
11.5	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplyvajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplyvajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,
11.6	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
12.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem		akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
12.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,	akceptujem	akceptujem	neakceptujem, nástup technika do 48 hodín	akceptujem	neakceptujem, do 48 hodín	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsaťosem (48) hodín,
12.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín
13.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
14.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
15.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
16.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Uchádzač č. 1	Uchádzač č. 2	Uchádzač č. 3	Uchádzač č. 4	Uchádzač č. 5	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:
		Artspect spol. s r.o. Rybničná 40 Bratislava 831 06	Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58 Bratislava 811 04	VITAMED.SK 1.mája 45 902 01 Pezinok	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	ELMED s.r.o. Neresnícka cesta 13 Zvolen 960 01	
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	uchádzač sa k požiadavke nevyjadril	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie

2.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	uchádzač sa k požiadavke nevyjadril	akceptujem	Prospektový materiál
3.	Potvrdenie ŠUKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné	neakceptujem, lôžko Eleganza 2 - ŠUKL; matrac Air2Care 6 - bez ŠUKL; pomôcky I. triedy nespádajú pod povinnosť ŠUKL	akceptujem	neakceptujem, posteľ nemá ŠUKL kód, poskytneme Vyhlásenie o zhode	uchádzač sa k požiadavke nevyjadril	neakceptujem	Parameter sa vypúšťa