

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 05-06/2023 prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Zdravotnícka technika“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK boli oslovení 4 potencionálni dodávateľia. Ponuku predložili 4 hospodárske subjekty.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Zdravotnícka technika

1.2 CPV:

33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie
 33167000-8 - Operačné lampy
 51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadení
 50421000-2 - Opravy a údržba lekárskeho zariadení
 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

2.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti

Zoznam položiek:

Por. č.	Názov predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
časť č. 1	Operačná lampa	ks	1

3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty				Uchádzač č. 1	Uchádzač č. 2	Uchádzač č. 3	Uchádzač č. 4	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty	
				EPION s.r.o. Lomnická 42 949 01 Nitra	Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58 811 04 Bratislava	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	Unique Medical, s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04		
Operačná lampa		MJ	Min.	Max.					Operačná lampa
1.	Počet samostatných ramien operačnej lampy	ks	2		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Počet samostatných ramien operačnej lampy
2.	Stropná inštalácia suspenznej rúry na mieste inštalácie dokomponovanie až štyroch ramien od 2 ks do 4 ks				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Stropná inštalácia suspenznej rúry na mieste inštalácie dokomponovanie až štyroch ramien od 2 ks do 4 ks
3.	Životnosť LED zdrojov	hod.	60 000		spĺňa	spĺňa	spĺňa, 70 000	spĺňa	Životnosť LED zdrojov min. 60 000 hod.
4.	Výkon prvého hlavného svietidla	lux	160 000		spĺňa	spĺňa	spĺňa, 160 000	spĺňa	Výkon prvého hlavného svietidla min. 160 000 lux
5.	Výkon druhého hlavného svietidla	lux	160 000		spĺňa	spĺňa	spĺňa, výrobca vie nakombinovať dve svetlá na 160 000 luxov; nespĺňa každé zo svietidiel má mať výkon 160 000 lux, nie dve spolu	spĺňa	Výkon druhého hlavného svietidla min. 160 000 lux
6.	Výkon svietidiel v režime počas endoskopických výkonov	lux		500	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 0-13 000	spĺňa	Výkon svietidiel v režime počas endoskopických výkonov max. 500 lux
7.	Nastaviteľný priemer svetelného poľa v min. rozsahu	mm	170	280	spĺňa	spĺňa	spĺňa, 180 - 300	spĺňa	Nastaviteľný priemer svetelného poľa v min. rozsahu min. (180-280) mm; väčší rozsah je prípustný, ale min. rozsah (180-280) mm musí byť zachovaný
8.	Intenzita svietidiel s plynulou reguláciou jasov oboch svietidiel v min. rozsahu	%	10	100	spĺňa	spĺňa	10 úrovni jasov, 10% nie je pre operačný výkon dostatočujúci, min. je aspoň 50%	spĺňa	Intenzita svietidiel s plynulou reguláciou jasov oboch svietidiel v rozsahu min.10-100%

9.	Priemer ktorejkoľvek kupoly	mm		700	spĺňa	spĺňa	nepodstatný parameter obmedzujúci hospodársku súťaž	spĺňa	Priemer ktorejkoľvek kupoly max. 700 mm
10.	Hmotnosť ktorejkoľvek kupoly svietidla s ramenom	kg		16	spĺňa	spĺňa	parameter, ktorý zvýhodňuje výrobcov s čistým plastom ako materiálom kupoly	spĺňa	Hmotnosť ktorejkoľvek kupoly svietidla s ramenom max. 16 kg
11.	Nosnosť každého samostatného ramena	kg	20		spĺňa	spĺňa	čoho nosnosť má verejný obstarávateľ na mysli?	spĺňa	Parameter sa vypúšťa
12.	Počet LED zdrojov v jednom LED čipe	ks	36		spĺňa	spĺňa	obstarávateľ požaduje výkon 160 000 luxov. Aký efekt má preto žiadať konkrétne počty LED zdrojov. Nahráva to vopred šitej špecifikácii	spĺňa	Parameter sa vypúšťa
13.	Počet LED zdrojov v hlavnom svietidle	ks	576		spĺňa	spĺňa		spĺňa	Parameter sa vypúšťa
14.	Počet LED zdrojov vo vedľajšom svietidle	ks	432		spĺňa	spĺňa		spĺňa	Parameter sa vypúšťa
15.	Rozsah nastavenia ovládania výkonu a svetelného poľa	°	5		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Rozsah nastavenia ovládania výkonu a svetelného poľa min. 5°
15.	Farebná teplota svietidla v rozsahu min. 3900-4500 Kelvinov				spĺňa	spĺňa	nespĺňa, 3800 - 5500	spĺňa	Farebná teplota svietidla v rozsahu min. 3 800 - 4 500 Kelvinov
16.	Index farebnosti	RA	95		spĺňa	spĺňa	spĺňa, 98	spĺňa	Index farebnosti min. 95 RA
17.	Svetelný kužel L1+L2 pri výkone max. 20%	mm	1 000		spĺňa	spĺňa	k čomu má slúžiť tento parameter?	spĺňa	Parameter sa vypúšťa
18.	Percento UV žiarenia z celkového žiarenia lampy	%	0,01	0,03	spĺňa	spĺňa	5,5 W/m ²	spĺňa	Percento UV žiarenia z celkového žiarenia lampy min. 0,01%, max. 0,03 %
19.	Tepelný výkon/ vyžarovanie tepla (studené svetlo)	mW / ² .lxm		3,5	spĺňa	spĺňa	nespĺňa, 3,55	spĺňa	Tepelný výkon/ vyžarovanie tepla (studené svetlo) max. 3,55 mW / ² .lxm
20.	Rotácia všetkých ramien	°	360		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Rotácia všetkých ramien min. 360°
21.	Spotreba kupoly	VA		90	spĺňa	spĺňa	Myslí obstarávateľ spotrebu elektrickej energie? LED svietidlá sú vo všeobecnosti úsporné oproti klasickej lampe, preto udávať konkrétny parameter je obmedzením hosp. súťaže. Spotreba sa zvykne udávať vo wattoch	spĺňa	Parameter sa vypúšťa
22.	Napájanie operačnej lampy samostatnými zdrojmi pre hlavné a satelitné svietidlo s automatickým prepínačom z hlavného 230Vac na záložný zdroj 24Vdc s maximálnou celkovou spotrebou lampy (hlavné a satelitné) max. 170 VA				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Napájanie operačnej lampy samostatnými zdrojmi pre hlavné a satelitné svietidlo s automatickým prepínačom z hlavného 230Vac na záložný zdroj 24Vdc s maximálnou celkovou spotrebou lampy (hlavné a satelitné) max. 170 VA
23.	Zaťaženie stropu operačnou lampou max. 55 kg, moment max. 730 Nm				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zaťaženie stropu operačnou lampou max. 55 kg, moment max. 730 Nm

24.	Stupeň ochrany kupoly voči prieniku prachu a kvapalín	IP	44		spĺňa	spĺňa	nespĺňa, pri kvapalinách je postačujúce aj krytie IP34 keďže musí spĺňať rovnaké odolnosti ako IP44. IP44 je teleso väčšie ako 1 mm, IP34 je teleso väčšie ako 2,5 mm. Je na zvážení, či je toto parameter hodný obstarávateľa, keďže výrobcovia vedia o mieste určenia a tiež povahe pracoviska	spĺňa	Stupeň ochrany kupoly voči prieniku prachu a kvapalín min. IP 44
25.	Nastavenie intenzity osvetlenia a priemeru svetelného poľa dotykom na operačnom svietidle				spĺňa	spĺňa	spĺňa, štandard	spĺňa	Nastavenie intenzity osvetlenia a priemeru svetelného poľa dotykom na operačnom svietidle
26.	Operačné svietidlo s LED svetelnými zdrojmi, integrovaným uchytením do stropu, s možnosťou zmeny polohy svietidiel kedykoľvek počas prevádzky, s otočnými ramenami v rozsahu viacnásobnej rotácie o 360°				spĺňa	spĺňa	parameter, ktorý nahráva konkrétnemu produktu	spĺňa	Operačné svietidlo s LED svetelnými zdrojmi, integrovaným uchytením do stropu, s možnosťou zmeny polohy svietidiel kedykoľvek počas prevádzky, s otočnými ramenami v rozsahu viacnásobnej rotácie o 360°
27.	Operačná lampa s dvoma svietidlami				spĺňa	spĺňa	je to zrejmé z opisu vyššie	spĺňa	Parameter sa vypúšťa
28.	Svietidlá musia mať dvojkardánové prevedenie pre maximálnu manévrovateľnosť, bez obmedzenia				spĺňa	spĺňa	subjektívny parameter	spĺňa	Svietidlá musia mať dvojkardánové prevedenie pre maximálnu manévrovateľnosť, bez obmedzenia
29.	Ovládanie intenzity osvetlenia a priemeru svetelného poľa dotykom umiestnené na poslednom ramene lampy				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Ovládanie intenzity osvetlenia a priemeru svetelného poľa dotykom umiestnené na poslednom ramene lampy
30.	Operačné lampy bez dvojvýstupovej obvodovej obruče vychádzajúcej z lampy, zvädzajúcej k dotyku nesterilnej časti lampy ako aj komplikáciám pri sanitácii obvodu lampy vzhľadom na úzke miesto				spĺňa	spĺňa	opísanie z nejakého katalógu alebo prospektu iného výrobcu. Každý výrobca vie na aký účel je určené a prispôbuje tomu svoje zariadenia	spĺňa	Operačné lampy bez dvojvýstupovej obvodovej obruče vychádzajúcej z lampy, zvädzajúcej k dotyku nesterilnej časti lampy ako aj komplikáciám pri sanitácii obvodu lampy vzhľadom na úzke miesto
31.	1 hlavné svietidlo so zabudovaným ovládaním na svietidle s max. výkonom	lux	160 000		spĺňa	spĺňa	svietivosť je uvedená na začiatku špecifikácie	spĺňa	1 hlavné svietidlo so zabudovaným ovládaním na svietidle s max. výkonom min. 160 000 lux
32.	2 hlavné svietidlo so zabudovaným ovládaním na svietidle s max. výkonom	lux	160 000		spĺňa	spĺňa	svietivosť je uvedená na začiatku špecifikácie	spĺňa	2 hlavné svietidlo so zabudovaným ovládaním na svietidle s max. výkonom min. 160 000 lux
33.	Funkcia endoskopického svetla so zeleným odtieňom pre použitie počas min. neinvazívnych výkonov s ľahkou adaptáciou pre akúkoľvek procedúru				spĺňa	spĺňa	spĺňa, endo mód	spĺňa	Funkcia endoskopického svetla so zeleným odtieňom pre použitie počas min. neinvazívnych výkonov s ľahkou adaptáciou pre akúkoľvek procedúru
34.	Endoskopické jemné svietenie zabudované v oboch svietidlách (kupolách)				spĺňa	spĺňa	spĺňa, endo mód	spĺňa	Endoskopické jemné svietenie zabudované v oboch svietidlách (kupolách)
35.	LED čip je rozdelený na klastre, ktoré zabezpečujú svietenie čipu aj po vypadnutí jedného klastra				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	LED čip je rozdelený na klastre, ktoré zabezpečujú svietenie čipu aj po vypadnutí jedného klastra
36.	Energetická kvalifikácia v ochrannej triede I				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Energetická kvalifikácia v ochrannej triede I
37.	Vyhotovenie svietidiel aj ramien odolné voči prachu a vlhkosti				spĺňa	spĺňa	duplicitné, vyššie je požiadavka na normu IP 44	spĺňa	Parameter sa vypúšťa
38.	Jednoducho polohovateľné všetky ramená, horizontálne aj vertikálne s nastaviteľnými dorazmi polohovania				spĺňa	spĺňa	duplicitné, keďže je požiadavka na 360° vyššie	spĺňa	Parameter sa vypúšťa
39.	dvojkĺbové prevedenie ramien svietidiel, neobmedzujúce polohovanie				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	dvojkĺbové prevedenie ramien svietidiel, neobmedzujúce polohovanie

40.	LED zdroje svetla produkujúce studené svetlo s homogénnym svetelným poľom, bez tieňové s funkciou automaticky riadeného svetelného výkonu na kontinuálny konštantný svetelný výkon				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	LED zdroje svetla produkujúce studené svetlo s homogénnym svetelným poľom, bez tieňové s funkciou automaticky riadeného svetelného výkonu na kontinuálny konštantný svetelný výkon
41.	Kompaktný a hygienický tvar svietidiel bez výstupkov a viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a dezinfekciu				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Kompaktný a hygienický tvar svietidiel bez výstupkov a viditeľných spojovacích prvkov pre jednoduché čistenie a dezinfekciu
42.	Systém operačnej lampy s integrovanou technológiou pre stabilitu svetla počas celej doby bez farebných tieňov				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Systém operačnej lampy s integrovanou technológiou pre stabilitu svetla počas celej doby bez farebných tieňov
43.	Dokázateľný konštantný tok iluminácie a výkonu každého jedného LED zdroja s prirodzenou farebnosťou a homogénnym objemom svetla s užitočným ekvivalentným lúčom pre hlbšie aj plytšie miesta operácie				spĺňa	spĺňa	parameter, ktorý nahráva konkrétnemu produktu	spĺňa	Parameter sa vypúšťa
44.	Systém operačnej lampy automaticky vyhodnocuje a kompenzuje iluminácie, ktoré nastanú v dôsledku pohybu časti tela operátora v smere toku svetla tak, aby miesto výkonu operácie bolo stabilne osvetlené				spĺňa	spĺňa	parameter, ktorý nahráva konkrétnemu produktu	spĺňa	Systém operačnej lampy automaticky vyhodnocuje a kompenzuje iluminácie, ktoré nastanú v dôsledku pohybu časti tela operátora v smere toku svetla tak, aby miesto výkonu operácie bolo stabilne osvetlené
45.	Manažment osvetlenia pri zmene polohy alebo pohybe operovanej časti slúži na reguláciu osvetlenia operačného poľa aj v prípade zmeny polohy operačného stola alebo zaliatia operačného poľa krvou				spĺňa	spĺňa	parameter, ktorý nahráva konkrétnemu produktu	spĺňa	Manažment osvetlenia pri zmene polohy alebo pohybe operovanej časti slúži na reguláciu osvetlenia operačného poľa aj v prípade zmeny polohy operačného stola alebo zaliatia operačného poľa krvou
46.	Svietidlá operačnej lampy vybavené funkciou automatickej regulácie výkonu jednotlivých LED zdrojov svietidla v prípade zatienenia časti svietidla, pre kontinuálny konštantný svetelný tok na pracovnom poli chirurga, t.j. zabudované senzorické riadenie LED zdrojov				spĺňa	spĺňa	parameter, ktorý nahráva konkrétnemu produktu	spĺňa	Svietidlá operačnej lampy vybavené funkciou automatickej regulácie výkonu jednotlivých LED zdrojov svietidla v prípade zatienenia časti svietidla, pre kontinuálny konštantný svetelný tok na pracovnom poli chirurga, t.j. zabudované senzorické riadenie LED zdrojov
47.	Obe svietidlá operačnej lampy musia byť pripravené pre integráciu FULL HD kamery s bezdrôtovým prenosom signálu s možnosťou jednoduchého premiestnenia kamery medzi svietidlami				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Obe svietidlá operačnej lampy musia byť pripravené pre integráciu FULL HD kamery s bezdrôtovým prenosom signálu s možnosťou jednoduchého premiestnenia kamery medzi svietidlami
48.	Stropný statív s možnosťou dobudovania dodatočných dvoch ramien so zariadeniami ako monitor, samostatná kamera, RTG protektant alebo tretia lampa bez potreby výmeny				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Stropný statív s možnosťou dobudovania dodatočných dvoch ramien so zariadeniami ako monitor, samostatná kamera, RTG protektant alebo tretia lampa bez potreby výmeny
49.	Sterilizovateľné rukoväte v strede operačnej lampy zabezpečujúce fokusáciu a priame nastavenie veľkosti pracovného poľa				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Sterilizovateľné rukoväte v strede operačnej lampy zabezpečujúce fokusáciu a priame nastavenie veľkosti pracovného poľa
50.	Zabudovaný filter pre fluorescenčné zobrazovanie používané pri otvorenej operatíve bez nutnosti zapínať/vypínať chirurgické svetlo				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	Zabudovaný filter pre fluorescenčné zobrazovanie používané pri otvorenej operatíve bez nutnosti zapínať/vypínať chirurgické svetlo

4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

		Uchádzač č. 1	Uchádzač č. 2	Uchádzač č. 3	Uchádzač č. 4	
Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky		EPION s.r.o. Lomnická 42 949 01 Nitra	Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58 811 04 Bratislava	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	Unique Medical s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Definitívne minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.	Požaduje sa dodanie tovaru:	akceptujem			akceptujem	Požaduje sa dodanie tovaru:

2.1	do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.	akceptujem	neakceptujem, predĺženie lehoty do 90 kalendárnych dní	akceptujem	akceptujem	do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4.	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.
6.	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

10.	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
11.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
11.1	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
11.2	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,
11.3	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcu predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcu predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,
11.4	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
11.5	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,
11.6	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
12.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
12.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,
12.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín

13.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
14.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
15.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
16.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

	Uchádzač č.1	Uchádzač č.2	Uchádzač č. 3	Uchádzač č. 4		
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	Fénix Bratislava, spol. s r.o. Hollého 1758 Vrbové 922 03	Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58 811 04 Bratislava	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	Unique Medical s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	spĺňa	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	spĺňa	akceptujem	Prospektový materiál
3.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné	akceptujem	akceptujem	bez vyjadrenia k predmetnej požiadavke	akceptujem	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné