

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE (ďalej len "PTK")

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 06/2023 prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Jednodverový plazmový sterilizátor" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK boli oslovení 5 potencionálni dodávatelia. Ponuku predložili 4 hospodárske subjekty.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Jednodverový plazmový sterilizátor

1.2 CPV:

33191000-5 Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje

51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadenia

50421000-2 - Opravy a údržba lekárskeho zariadenia

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

2.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Zákazka nie je rozdelená na časti

Zoznam položiek:

Por. č.	Názov predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
časť č. 1	Jednodverový plazmový sterilizátor	ks	1

3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

		Ponuka č. 1	Ponuka č. 2	Ponuka č. 3	Ponuka č. 4	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty		Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58 811 04 Bratislava	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	Unique Medical s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3 811 06 Bratislava	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty
Jednodverový plazmový sterilizátor						
1.	Nízkoteplotný plazmový sterilizátor pre potreby sterilizácie pomôcok pri nízkych teplotách - 1 ks	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Nízkoteplotný plazmový sterilizátor pre potreby sterilizácie pomôcok pri nízkych teplotách - 1 ks
2.	Sterilizačné médium : peroxid vodíka H2O2 s predným plnením	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Sterilizačné médium : peroxid vodíka H2O2 s predným plnením
3.	Jednodverové prekladacie prevedenie s automatickými posuvnými dverami, bez nutnosti manuálneho ovládača	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Jednodverové prekladacie prevedenie s automatickými posuvnými dverami, bez nutnosti manuálneho ovládača
4.	Využitelný priestor komory : v/š/h - min. 400 mm x 450 mm x 700 mm	spĺňa	spĺňa, diskriminačný parameter za účelom obmedzenia hosp. súťaže	áno	spĺňa	Využitelný priestor komory : v/š/h - min. 400 mm x 450 mm x 700 mm
5.	Využitelný objem komory- min. 150 l, komora obdĺžnikového prierezu	spĺňa	diskriminačný parameter za účelom obmedzenia hosp. súťaže	áno	spĺňa	Využitelný objem komory- min. 150 l, komora obdĺžnikového prierezu
6.	Vonkajšie rozmery zariadenia vrátane koliesok (v/š/h) - max. 1910 mm x 800 mm x 1100 mm	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Vonkajšie rozmery zariadenia vrátane koliesok - max. 1910 mm x 800 mm x 1100 mm
7.	Max. celková hmotnosť zariadenia (tlak na podlahu) - 420 kg	spĺňa	spĺňa, 300	áno	spĺňa	Max. celková hmotnosť zariadenia (tlak na podlahu) - 420 kg
8.	Min. dve vysúvateľné police v komore sterilizátora. Každá polica s min. hmotnosťou 5 kg	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Min. dve vysúvateľné police v komore sterilizátora. Každá polica s min. hmotnosťou 5 kg

9.	Sterilizačná teplota - max. 55° C	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Sterilizačná teplota - max. 55° C
10.	Minimálne 3 typy sterilizačných procesov:	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Minimálne 3 typy sterilizačných procesov:
10.1	rýchly režim pre povrchovú dezinfekciu s max. časom trvania procesu 35 minút	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	rýchly režim pre povrchovú dezinfekciu s max. časom trvania procesu 35 minút
10.2	štandardný režim s max. časom trvania procesu 50 minút	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	štandardný režim s max. časom trvania procesu 50 minút
10.3	režim pre dutinkové pomôcky s max. časom trvania procesu max. 60 minút	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	režim pre dutinkové pomôcky s max. časom trvania procesu max. 60 minút
11.	Počet realizovateľných sterilizačných procesov na 1 dodanú kazetu so sterilantom, bez nutnosti fyzickej výmeny je min. 20 cyklov	spĺňa	diskriminačný parameter za účelom obmedzenia hosp. súťaže	áno	spĺňa	Počet realizovateľných sterilizačných procesov na 1 dodanú kazetu so sterilantom, bez nutnosti fyzickej výmeny je min. 20 cyklov
12.	Životnosť kazety so sterilantom v neotvorenom stave je min. 6 mesiacov, po otvorení min. 1 mesiac	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Životnosť kazety so sterilantom v neotvorenom stave je min. 6 mesiacov, po otvorení min. 1 mesiac
13.	Veľkosť obrazovky dotykového ovládacieho panelu je min. 15 cm	spĺňa	nespĺňa, 7" pozn. verejného obstarávateľa spĺňa, 7" je 17,78 cm	áno	spĺňa	Veľkosť obrazovky dotykového ovládacieho panelu je min. 15 cm
14.	Výkon vákuovej integrovanej pumpy je min. 2,2 kW	spĺňa	parameter obmedzujúci hosp. súťaž	áno	spĺňa	Výkon vákuovej integrovanej pumpy je min. 2,2 kW
15.	Interný HEPA filter s účinnosťou min. 99,97 % zachytenia častíc o veľkosť od 0,3 µm	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Interný HEPA filter s účinnosťou min. 99,97 % zachytenia častíc o veľkosť od 0,3 µm
16.	Tvorba plazmy priamo v komore sterilizátora pre ideálnu elimináciu H2O2 reziduí	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Tvorba plazmy priamo v komore sterilizátora pre ideálnu elimináciu H2O2 reziduí
17.	Dosiahnutie úrovne sterilizácie SAL 10-6 (podľa EN19437) už v polovici sterilizačného cyklu	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Dosiahnutie úrovne sterilizácie SAL 10-6 (podľa EN19437) už v polovici sterilizačného cyklu
18.	Sterilizácia termolabilných aj termostabilných zdravotníckych pomôcok za min. vlhkosti (plných, dutých, kovových, optických, z plastu aj z gumy)	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Sterilizácia termolabilných aj termostabilných zdravotníckych pomôcok za min. vlhkosti (plných, dutých, kovových, optických, z plastu aj z gumy)
19.	Dodávané sterilizačné médium peroxid vodíka v bezpečnostnej kazete s bezpečnou likvidáciou kaziet	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Dodávané sterilizačné médium peroxid vodíka v bezpečnostnej kazete s bezpečnou likvidáciou kaziet
20.	Vysoko odolná komora sterilizátora vyhotovená z nerezovej ocele 316 L	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Vysoko odolná komora sterilizátora vyhotovená z nerezovej ocele 316 L
21.	Celá komora samostatne izolovaná od konštrukcie sterilizátora	spĺňa	parameter obmedzujúci hosp. súťaž	áno	spĺňa	Celá komora samostatne izolovaná od konštrukcie sterilizátora
22.	Nutné umiestnenie katalyzátora pred vákuovou pumpou pre ochranu a dlhšiu životnosť prístroja / pumpy	spĺňa	parameter obmedzujúci hosp. súťaž	áno	spĺňa	Nutné umiestnenie katalyzátora pred vákuovou pumpou pre ochranu a dlhšiu životnosť prístroja / pumpy
23.	Funkcia nízkotlakového postupného zahrievania na 55°C ešte pred aplikáciou sterilantu pre prípravu inštrumentov, homogénne rozdelenie teploty a elimináciu vlhkosti	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Funkcia nízkotlakového postupného zahrievania na 55°C ešte pred aplikáciou sterilantu pre prípravu inštrumentov, homogénne rozdelenie teploty a elimináciu vlhkosti
24.	Technológia na rozkladanie zvyškového peroxidu	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Technológia na rozkladanie zvyškového peroxidu
25.	Elektrické otváranie dverí komory - sklopné posunom dole. Bez zaberania priestoru s automatickým zámkom a monitoringom tlaku v komore	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Elektrické otváranie dverí komory - sklopné posunom dole. Bez zaberania priestoru s automatickým zámkom a monitoringom tlaku v komore
26.	Jednoduché ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku za pomoci farebného dotykového displeja	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Jednoduché ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku za pomoci farebného dotykového displeja
27.	Vizuálne a akustické alarmy	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Vizuálne a akustické alarmy
28.	Minimálne alarmy:	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Minimálne alarmy:
29.	prekročenie hmotnosti navážky v komore	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	prekročenie hmotnosti navážky v komore
30.	prekročenie vlhkosti	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	prekročenie vlhkosti

31.	detekcia celulózy	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	detekcia celulózy
32.	Automatická kontrola expirácie sterilizačného materiálu	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Automatická kontrola expirácie sterilizačného materiálu
33.	Procesy sterilizácie zahŕňajúce:	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Procesy sterilizácie zahŕňajúce:
34.	elimináciu zostatkovej vlhkosti a homogénnu distribúciu tepla	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	elimináciu zostatkovej vlhkosti a homogénnu distribúciu tepla
35.	rozprášenie sterilantu v komore	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	rozprášenie sterilantu v komore
36.	dvojcyklový proces injekáže strilantu	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	dvojcyklový proces injekáže strilantu
37.	eliminácia sterilantu pomocou plazmy (rozklad H2O2 na vodu a kyslík)	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	eliminácia sterilantu pomocou plazmy (rozklad H2O2 na vodu a kyslík)
38.	proces opätovnej eliminácie vlhkosti a sušenia suchým čistým vzduchom a konečná kontrola zložiek v komore pred ukončením	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	proces opätovnej eliminácie vlhkosti a sušenia suchým čistým vzduchom a konečná kontrola zložiek v komore pred ukončením
39.	Archivácia procesov v pripojenom PC s možnosťou exportu vybraných dát do externých zariadení (čítačka čiarového kódu)	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Archivácia procesov v pripojenom PC s možnosťou exportu vybraných dát do externých zariadení (čítačka čiarového kódu)
40.	Interná tlačiareň pre tlač výstupných hlásení o priebehu procesu s ukladaním tlačových správ po dobu min. 5 rokov	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Interná tlačiareň pre tlač výstupných hlásení o priebehu procesu s ukladaním tlačových správ po dobu min. 5 rokov
41.	Vzdialené servisné pripojenie, pre analýzu chyby bez nutnosti fyzickej prítomnosti technika	spĺňa	diskriminačný parameter obmedzujúci hosp. súťaž, nakoľko v podmienkach nižšie je odstránenie vady do 24 hodín	áno	spĺňa	Vzdialené servisné pripojenie, pre analýzu chyby bez nutnosti fyzickej prítomnosti technika
42.	Procesy sterilizácie zahŕňajúce:	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Interná tlačiareň pre tlač výstupných hlásení o priebehu procesu s ukladaním tlačových správ po dobu min. 5 rokov
42.1	elimináciu zostatkovej vlhkosti a homogénnu distribúciu tepla	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	elimináciu zostatkovej vlhkosti a homogénnu distribúciu tepla
42.2	rozprašovanie sterilantu v komore	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	rozprašovanie sterilantu v komore
43.	Prístroj musí mať interný monitorovací systém pre dokumnetáciu procesu s výstupom do elektronického systému záznamu údajov (KNIS)	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Prístroj musí mať interný monitorovací systém pre dokumnetáciu procesu s výstupom do elektronického systému záznamu údajov (KNIS)
44.	Minimálne uchovávané údaje v zmysle nariadenia EU:	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Minimálne uchovávané údaje v zmysle nariadenia EU:
44.1	teplota komory 1	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	teplota komory 1
44.2	teplota komory 2	spĺňa	nespĺňa, komora je len 1	áno	spĺňa	teplota komory 2
44.3	referenčná teplota roztoku	spĺňa	aký význam majú tieto hodnoty, keď je zariadenie normované na požadovanú normu?	áno	spĺňa	referenčná teplota roztoku
44.4	teplota odparovača	spĺňa		áno	spĺňa	teplota odparovača
44.5	indikátor výkonu plazmy	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	indikátor výkonu plazmy
45.	Proces schválený výrobcom robotického inštrumentára DaVinci pre sterilizáciu robotických nástrojov - doklad pre sterilizáciu robotických nástrojov	spĺňa	UN Martin funguje bez problémov	áno	spĺňa	Proces schválený výrobcom robotického inštrumentára DaVinci pre sterilizáciu robotických nástrojov - doklad pre sterilizáciu robotických nástrojov
46.	Alarmové hlásenia - minimálne:	spĺňa	Z vyššie uvedeného vyplýva, že obstarávateľ má zámer toto zariadenie umiestniť sterilizátor na sterilizáciu robotického inštrumentária DaVinci. Naše zariadenie sa na tento účel využíva v UN Martin. Preto sa pýtame prečo je v TŠ toľko parametrov obmedzujúcich hosp. súťaž	áno	spĺňa	Alarmové hlásenia - minimálne:
46.1	prekročená vlhkosť	spĺňa		áno	spĺňa	prekročená vlhkosť
46.2	prítomnosť materiálov z celulózy	spĺňa		áno	spĺňa	prítomnosť materiálov z celulózy
46.3	príprava sterilantu	spĺňa		áno	spĺňa	príprava sterilantu
46.4	príprava koncentrácie	spĺňa		áno	spĺňa	príprava koncentrácie
46.5	chyba injekáže	spĺňa		áno	spĺňa	chyba injekáže
46.6	chyba tlakovej difúzie	spĺňa		áno	spĺňa	chyba tlakovej difúzie

46.7	alarm teploty sterilizácie	spĺňa		áno	spĺňa	alarm teploty sterilizácie
47.	Napájanie trojfázové /380-400 V (max. 3 400 W)	spĺňa	voliteľné príslušenstvo nakoľko zariadenie je konštruované na 230V sústavu	áno	spĺňa	Napájanie trojfázové /380-400 V (max. 3 400 W)
48.	Bez potreby médií ako voda, odpad, samostatné odvetranie	spĺňa	spĺňa	áno	spĺňa	Bez potreby médií ako voda, odpad, samostatné odvetranie

4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky		Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58 811 04 Bratislava	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	Unique Medical s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3 811 06 Bratislava	Definitívne minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.	Požaduje sa dodanie tovaru:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa dodanie tovaru:
2.1	do šesťdesiatich (60) klendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem, z dôvodu dlhej dodacej doby niektorých zo súčiastok používaných pri kompletizácii plazmového sterilizátora, Vás chceme požiadať o predĺženie lehoty na min. 80 kalendárnych dní	chcem požiadať obstarávateľa o predĺženie termínu dodania na 90 kalendárnych dní a to z dôvodu celosvetového problému s dodávkami špecifických dielov, ktoré sú použité aj v tomto zariadení	do deväťdesiatich (90) klendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4.	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovitovar riadne prevzať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovitovar riadne prevzať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.

6.	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
10.	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
11.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
12.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
12.1	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
12.2	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,

12.3	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,
12.4	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
12.5	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,
12.6	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
13.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
13.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,
13.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do dedemdesiatdva (72) hodín	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do dedemdesiatdva (72) hodín
14.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
15.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
17.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY					
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	Surgitech s.r.o. Pri suchom mlyne 58 811 04 Bratislava	K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303 022 01 Čadca	Unique Medical s.r.o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	CMI spol. s r.o. Na Slavíne 3 811 06 Bratislava	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:

1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	uchádzač sa k uvedenej požiadavke v ponuke nevyjadril	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Prospektový materiál	akceptujem	uchádzač sa k uvedenej požiadavke v ponuke nevyjadril	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál
3.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné	akceptujem	uchádzač sa k uvedenej požiadavke v ponuke nevyjadril	akceptujem	akceptujem	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom