

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE (ďalej len "PTK")

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 06/2023 prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Vybavenie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku" za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK boli oslovení 6 potencionálni dodávateľia. Ponuku predložili 2 hospodárske subjekty.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:
Vybavenie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku

1.2 CPV:
33123230-9 - Kardiografy
33121000-4 - Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie
33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:
tovar

2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka nie je rozdelená na časti

Zoznam položiek:

Por. č.	Názov položky	MJ	Požadovaný počet MJ
č. 1	Centrálna monitorovacia stanica	ks	1
č. 2	CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov a vitálnych funkcií	ks	7
č. 3	CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov	ks	2
č. 4	CTG monitor na monitorovanie jedného plodu	ks	1
č. 5	Bezdrôtový telemetrický systém	ks	3
č. 6	Mobilný vozík pre fetálny monitor - typ 1	ks	8
č. 7	Mobilný vozík pre fetálny monitor - typ 2	ks	2

3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

		Ponuka uchádzača č. 1	Ponuka uchádzača č. 2	
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty		NIMAG, spol. s r.o. Prievozská 4/B Bratislava 821 09	MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81 Nitra - Dražovce 949 01	Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty
Položka č. 1 - Centrálna monitorovacia stanica - 1 ks				Položka č. 1 - Centrálna monitorovacia stanica - 1 ks
1.	PC zostava s tlačiarňou	spĺňa	áno	PC zostava s tlačiarňou
2.	Pripojenie CTG prístrojov k centrále cez WiFi s možnosťou pripojenia cez kábel	spĺňa	áno	Pripojenie CTG prístrojov k centrále cez WiFi s možnosťou pripojenia cez kábel
3.	Zobrazenie min. 16 CTG monitorov na jednom PC monitore	spĺňa, 32	nie, postačujúce 15 s vysokým kontrastným pomerom a veľkým zorným uhlom 170°	Zobrazenie min. 15 CTG monitorov na jednom PC monitore
4.	Nezávislé pripojenie k centrále z viacerých miest súčasne	spĺňa	áno	Nezávislé pripojenie k centrále z viacerých miest súčasne
5.	CTG analýza (ST analýza)	spĺňa	áno	CTG analýza (ST analýza)
6.	Možnosť zobrazenia vitálnych funkcií matky: EKG,HR, NIBP, RESP, SpO2 a teplota	spĺňa	áno	Možnosť zobrazenia vitálnych funkcií matky: EKG,HR, NIBP, RESP, SpO2 a teplota
7.	Pamäť pre 24 hod. záznam pre každý CTG monitor	spĺňa	áno	Pamäť pre 24 hod. záznam pre každý CTG monitor
8.	Export do PDF, JPG a TIF formátu	spĺňa	áno	Export do PDF, JPG a TIF formátu
9.	V rámci jednej siete prevádzkovanie viacerých nezávislých centrál na jednu licenciu	spĺňa	áno	V rámci jednej siete prevádzkovanie viacerých nezávislých centrál na jednu licenciu
10.	Vytvorenie WiFi siete na komunikáciu s CTG prístrojmi na celom oddelení (Wifi sieť je potrebné vopred dodať poverenému pracovníkovi z oddelenia informatiky. Správca siete urobí konfiguráciu dodaných zariadení).	spĺňa	nie, LAN	parameter sa vypúšťa
Položka č. 2 - CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov a vitálnych funkcií rodičky - 7 ks				Položka č. 2 - CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov a vitálnych funkcií rodičky - 7 ks
1.	Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové	spĺňa	áno	Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové
2.	Doppler pulzný 2x1,0 MHz	spĺňa	áno	Doppler pulzný 2x1,0 MHz
3.	Displej: farebný, min. 12", vyklápací	spĺňa, farebný, dotykový	áno	Displej: farebný, min. 12", vyklápací
4.	Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM; MECCG; NIBP; SpO2; TEMP	spĺňa	áno	Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM; MECCG; NIBP; SpO2; TEMP

5.	FHR rozsah: min. (50-240) bpm	spĺňa	áno	FHR rozsah: min. (50-240) bpm
6.	Rozlíšenie: 1 bpm	spĺňa	áno	Rozlíšenie: 1 bpm
7.	Presnosť: ±1 bpm	spĺňa	áno	Presnosť: ±1 bpm
8.	UC Toco: 0-99 jednotiek	spĺňa	áno	UC Toco: 0-99 jednotiek
9.	CTG analýza	spĺňa	áno	CTG analýza
10.	Pamäť: 24 hodinová	spĺňa, 60	áno	Pamäť: min. 24 hodinová
11.	Zabudovaná tlačiareň	spĺňa	áno	Zabudovaná tlačiareň
12.	Držiak na uchytenie sond	spĺňa	áno	Držiak na uchytenie sond
13.	Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné	spĺňa	áno	Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné
14.	Indikátor kvality signálu pre FHR sondy	spĺňa	áno	Indikátor kvality signálu pre FHR sondy
15.	Verifikácia prekrývania kanálov	spĺňa	áno	Verifikácia prekrývania kanálov
15.	Wifi USB adaptér pre každé CTG	spĺňa	nie, LAN	Wifi USB adaptér pre každé CTG
16.	Pamäť pre technické a klinické alarmy	spĺňa	áno	Pamäť pre technické a klinické alarmy
17.	Možnosť rozšírenia o ST analýzu	spĺňa	áno	Možnosť rozšírenia o ST analýzu
18.	Možnosť pracovať na batérie	spĺňa	áno	Možnosť pracovať na batérie
19.	Tlač na 150 a 152 mm široký papier	spĺňa	áno	Tlač na 150 a 152 mm široký papier
Položka č. 3 - CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov - 2 ks				Položka č. 3 - CTG monitor na monitorovanie dvoch plodov - 2 ks
1.	Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové	spĺňa	áno	Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové
2.	Doppler pulzný 2x1,0 MHz	spĺňa	áno	Doppler pulzný 2x1,0 MHz
3.	Displej: farebný, min. 12", vyklápací	spĺňa, farebný, dotykový	áno	Displej: farebný, min. 12", vyklápací
4.	Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM; MECG	spĺňa	áno	Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM; MECG
5.	FHR rozsah: min. (50-240) bpm	spĺňa	áno	FHR rozsah: min. (50-240) bpm
6.	Rozlíšenie: 1 bpm	spĺňa	áno	Rozlíšenie: 1 bpm
7.	Presnosť: ±1 bpm	spĺňa	áno	Presnosť: ±1 bpm
8.	UC Toco: 0-99 jednotiek	spĺňa	áno	UC Toco: 0-99 jednotiek
9.	CTG analýza	spĺňa	áno	CTG analýza
10.	Pamäť: 24 hodinová	spĺňa, 60	áno	Pamäť: 24 hodinová
11.	Zabudovaná tlačiareň	spĺňa	áno	Zabudovaná tlačiareň
12.	Držiak na uchytenie sond	spĺňa	áno	Držiak na uchytenie sond
13.	Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné	spĺňa	áno	Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné
14.	Indikátor kvality signálu pre FHR sondy	spĺňa	áno	Indikátor kvality signálu pre FHR sondy
15.	Verifikácia prekrývania kanálov	spĺňa	áno	Verifikácia prekrývania kanálov
16.	Wifi USB adaptér pre každé CTG	spĺňa	nie, LAN	Wifi USB adaptér pre každé CTG
17.	Pamäť pre technické a klinické alarmy	spĺňa	áno	Pamäť pre technické a klinické alarmy
18.	Možnosť rozšírenia o ST analýzu	spĺňa	áno	Možnosť rozšírenia o ST analýzu
19.	Možnosť pracovať na batérie	spĺňa	áno	Možnosť pracovať na batérie
20.	Tlač na 150 a 152 mm široký papier	spĺňa	áno	Tlač na 150 a 152 mm široký papier
Položka č. 4 - CTG monitor na monitorovanie jedného plodu - 1 ks				Položka č. 4 - CTG monitor na monitorovanie jedného plodu - 1 ks
1.	Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové	spĺňa	áno	Sondy: vodotesné, 12 - kryštálové
2.	Doppler pulzný 2x1,0 MHz	spĺňa	áno	Doppler pulzný 2x1,0 MHz
3.	Displej: farebný, min. 5,6", vyklápací	spĺňa	áno	Displej: farebný, min. 5,6", vyklápací
4.	Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM	spĺňa	áno	Monitorovacie parametre: FHR-Duo; Toco; FM; AFM
5.	FHR rozsah: min. (50-240) bpm	spĺňa	áno	FHR rozsah: min. (50-240) bpm
6.	Rozlíšenie: 1 bpm	spĺňa	áno	Rozlíšenie: 1 bpm
7.	Presnosť: ±2 bpm	spĺňa	áno	Presnosť: ±2 bpm
8.	UC Toco: 0-99 jednotiek	spĺňa	áno	UC Toco: 0-99 jednotiek
9.	CTG analýza	spĺňa	áno	CTG analýza
10.	Pamäť: 24 hodinová	spĺňa, 60	áno	Pamäť: 24 hodinová
11.	Zabudovaná tlačiareň	spĺňa	áno	Zabudovaná tlačiareň
12.	Držiak na uchytenie sond	spĺňa	áno	Držiak na uchytenie sond
13.	Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné	spĺňa	áno	Zobrazenie meraných parametrov: grafické a číselné
14.	Indikátor kvality signálu pre FHR sondy	spĺňa	áno	Indikátor kvality signálu pre FHR sondy
15.	Verifikácia prekrývania kanálov	spĺňa	áno	Verifikácia prekrývania kanálov
16.	Wifi USB adaptér pre každé CTG	spĺňa	nie, LAN	Wifi USB adaptér pre každé CTG

17.	Pamäť pre technické a klinické alarmy	spĺňa	áno	Pamäť pre technické a klinické alarmy
18.	Možnosť rozšírenia o ST analýzu	spĺňa	áno	Možnosť rozšírenia o ST analýzu
19.	Možnosť pracovať na batérie	spĺňa	áno	Možnosť pracovať na batérie
20.	Tlač na 150 a 152 mm široký papier	spĺňa	áno	Tlač na 150 a 152 mm široký papier
Položka č. 5 - Bezkáblový telemetrický systém - 3 ks				Položka č. 5 - Bezkáblový telemetrický systém - 3 ks
1.	Sondy: Vodotesné, 12 – kryštálové	spĺňa	áno	Sondy: Vodotesné, 12 – kryštálové
2.	Monitorovanie: 2xFHR; Uterine activity; TOCO	spĺňa	áno	Monitorovanie: 2xFHR; Uterine activity; TOCO
Položka č. 6 - Mobilný vozík pre fetálny monitor typ 1 - (8 ks)				Položka č. 6 - Mobilný vozík pre fetálny monitor typ 1 - (8 ks)
1.	Vozík pre monitor, výškovo nastaviteľný v rozsahu min. 810 – 910 mm	spĺňa	áno	Vozík pre monitor, výškovo nastaviteľný v rozsahu min. 810 – 910 mm
2.	Materiál konštrukcie: kov	spĺňa	áno	Materiál konštrukcie: kov
3.	Materiál police: tvrdý plast	spĺňa	áno	Materiál police: tvrdý plast
4.	Počet koliesok – 4ks, brzdenie	spĺňa	áno	Počet koliesok – 4ks, brzdenie
5.	Rukoväť na ovládanie, polica, zásuvka	spĺňa	áno	Rukoväť na ovládanie, polica, zásuvka
6.	Rameno na vozík pre telemetrický systém	spĺňa	áno	Rameno na vozík pre telemetrický systém
7.	Vozík umožňuje zmenu náklonu CTG prístroja. CTG prístroj je fixne pripevnený k rámu vozíka a dá sa jednoducho zložiť z vozíka.	spĺňa	áno	parameter sa vypúšťa
Položka č. 7 - Mobilný vozík pre fetálny monitor typ 2 - (2 ks)				Položka č. 7 - Mobilný vozík pre fetálny monitor typ 2 - (2 ks)
1.	Vozík pre monitor, výškovo nastaviteľný v rozsahu min. 810 – 910 mm	spĺňa	áno	Vozík pre monitor, výškovo nastaviteľný v rozsahu min. 810 – 910 mm
2.	Materiál konštrukcie: kov	spĺňa	áno	Materiál konštrukcie: kov
3.	Platforma sklopná, otočná	spĺňa	nie, nemá opodstatnenie	Platforma sklopná, otočná
4.	Počet koliesok – 4ks, brzdenie	spĺňa	áno	Počet koliesok – 4ks, brzdenie
5.	dva košíky na príslušenstvo	spĺňa	áno	dva košíky na príslušenstvo
6.	Vozík umožňuje zmenu náklonu CTG prístroja. CTG prístroj je fixne pripevnený k rámu vozíka a dá sa jednoducho zložiť z vozíka.	spĺňa	nie, nemá opodstatnenie	parameter sa vypúšťa

4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požadované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky		Ponuka uchádzača č. 1	Ponuka uchádzača č. 2	Definitívne minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.	Požaduje sa dodanie tovaru:		akceptujem	Požaduje sa dodanie tovaru:
2.1	do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.	akceptujem	akceptujem	do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,	akceptujem	akceptujem	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem	akceptujem	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
4.	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevzať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	Prevzatie dodaného tovaru je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru, ostáva tovar vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi tovar riadne prevzať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.

5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.	akceptujem	akceptujem	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie tovaru na stanovený účel, a to najmä, no nie výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou tovaru.
6.	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	Súčasťou dodania tovaru a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
8.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
9.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
10.	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	Kúpna cena tovaru zahŕňa aj služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením tovaru do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k tovaru na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
11.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "tovar") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je tovar uvedený do prevádzky. Uvedenie tovaru do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
11.1	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	oprava vád a porúch tovaru, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
11.2	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitých náhradných dielov,
11.3	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne,
11.4	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu,
11.5	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky tovaru, vrátane generálnej opravy,
11.6	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	technická telefonická podpora v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní tovaru prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod., pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
12.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
12.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,	akceptujem	akceptujem	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do dvadsiatichštyri (24) hodín,
12.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín	akceptujem	akceptujem	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatdva (72) hodín

13.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
14.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
15.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby tovaru budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
16.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

		Ponuka uchádzača č. 1	Ponuka uchádzača č. 2	
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		NIMAG, spol. s r.o. Prievozská 4/B Bratislava 821 09	MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81 Nitra - Dražovce 949 01	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode (CE Declaration of conformity) a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	Prospektový materiál
3.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom - ak je to relevantné	akceptujem	akceptujem	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku všetkým ponúkaným produktom