

### **Vysvetlenie SP č. 3 (na žiadosť 4)**

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk dňa 05.07.2023 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

#### **Žiadosť o vysvetlenie č.4**

V čl. II Predmet zmluvy od 2.2 sa uvádza:

*„Súčasťou záväzku predávajúceho dodať predmet zmluvy je zároveň doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vyhotovenie projektu zdravotníckej techniky, vykonanie skúšok skúšobnej prevádzky a uvedenie do prevádzky, preberací protokol o vykonaní merania radiačnej záťaže, prvé zaškolenie obsluhy, poskytovanie záručného servisu.“*

*Otázka č. 1: Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, čo možno rozumieť pod pojmom vyhotovenie projektu zdravotníckej techniky, či mal verejný obstarávateľ na mysli vypracovanie technologického projektu?*

### **Vysvetlenie**

Pod pojmom vyhotovenie projektu zdravotníckej techniky možno rozumieť naprojektovanie inštalačných predpokladov v súlade s platnými právnymi predpismi, normami STN v nadväznosti na prevádzkové požiadavky verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ má za to, že pojmy vypracovanie technologického projektu a vyhotovenie projektu zdravotníckej techniky sú synonymá.

Z dôvodu, že vysvetlenie nemá vplyv na spracovanie ponuky verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk.

V Bojniciach, 06.07.2023