

Vysvetlenie SP č. 1

Verejnému obstarávateľovi bola v lehote na predkladanie ponúk dňa 04.07.2023 doručená žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám poskytujeme nasledovné vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie č.1

Verejný obstarávateľ požaduje v prílohe č. 4.6 - Časť 6 Špecifikácia a kalkulácia Anesteziologické vozíky s vybavením v bode 2 Rozmery vozíka bez príslušenstva (šírka x hĺbka) minimálne 700x580 a maximálne 750x680 mm.

Nami ponúkaný vozík ma šírku bez príslušenstva 662 mm. Máme za to, že príslušenstvo v tomto prípade odpadový kôš, ktorý má objem až 20L, kompenzuje chýbajúcich 3,8 cm a v konečnom dôsledku šírka vozíka vrátane odpadového koša bude 851mm, čo je dôležité z hľadiska priestorového umiestnenia vozíka. Na základe uvedeného si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o úpravu špecifikácie v bode 2 prílohy č. 4.6 - Časť 6 Špecifikácia a kalkulácia Anesteziologické vozíky s vybavením a to nasledovne:

"Rozmery vozíka bez príslušenstva (šírka x hĺbka) minimálne 660x580 a maximálne 750x680 mm", čím sa umožní účasť aj iných dodávateľov a daná zmena nemá vplyv na funkčné ani medicínske využitie vozíka.

Verejný obstarávateľ požaduje v prílohe Príloha č. 4.5 - Časť 5 Špecifikácia a kalkulácia Resuscitačný vozík v bode 2 Rozmery vozíka bez príslušenstva (šírka x hĺbka) minimálne 700x580 a maximálne 750x680 mm.

Nami ponúkaný vozík ma šírku bez príslušenstva 662 mm. Máme za to, že príslušenstvo v tomto prípade odpadový kôš, ktorý má objem až 20L, kompenzuje chýbajúcich 3,8 cm a v konečnom dôsledku šírka vozíka vrátane odpadového koša bude 851mm, čo je dôležité z hľadiska priestorového umiestnenia vozíka. Na základe uvedeného si dovoľujeme požiadať verejného obstarávateľa o úpravu špecifikácie v bode 2 prílohy č. 4.5 - Časť 5 Špecifikácia a kalkulácia Resuscitačný vozík a to nasledovne:

"Rozmery vozíka bez príslušenstva (šírka x hĺbka) minimálne 660x580 a maximálne 750x680 mm", čím sa umožní účasť aj iných dodávateľov a daná zmena nemá vplyv na funkčné ani medicínske využitie vozíka.

Vysvetlenie

Verejný obstarávateľ stanovil minimálne rozmery vozíkov zohľadňujúc požiadavky zdravotníckeho personálu, pričom príliš malé vozíky už neumožňujú prehľadné uloženie zdravotníckych pomôcok a inštrumentov. S prihliadnutím na skutočnosť, že sa jedná o rozdiel 3,8 cm, pre širšiu hospodársku súťaž verejný obstarávateľ akceptuje navrhovanú úpravu špecifikácie..

OZNAM

Verejný obstarávateľ týmto zároveň oznamuje všetkým záujemcom, že vysvetlenie SP zapracoval do príloh 4.5 a 4.6 .

V zmysle uvedeného Vás žiadame aby ste pri spracovaní a predkladaní ponúk použili aktualizované prílohy s označením:

- **Príloha 4.5 Časť 5 resuscitačný vozík (Aktualizácia 06.07.2023)**
- **Príloha 4.6 Časť 6 anesteziologické vozíky s vybavením (Aktualizácia 06.07.2023)**

Predmetným vysvetlením dochádza k zmene podkladov pri spracovaní ponuky a preto verejný obstarávateľ **predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do 19.07.2023 do 08:00 hod** a lehotu na otváranie ponúk určil 19.07.2023 o 10:00 hod

V Bojniciach 06.07.2023