

VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 08/2023 vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Pristroj na kontinuálne meranie krvných parametrov počas mimotelového obehu“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

Vrámcí PTK boli oslovení 3 potencionálni dodávateľia, prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali 1 ďalší dodávateľ. Z týchto dodávateľov 1 predložil svoju ponuku. Oznamenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.josephine.proebiz.com.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Pristroj na kontinuálne meranie krvných parametrov počas mimotelového obehu

1.2 CPV:

38434520-7 Analyzátory krvi
50421000-2 Opravy a údržba lekárskeho zariadenia
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Analyzátor na online monitoring krvných plynov

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- Áno
 Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie
Položka č. 1	Pristroj na kontinuálne meranie krvných parametrov počas mimotelového obehu	ks	1
Položka č. 2	Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)	mesiac	60

3.2 Dostupnosť na trhu:

- Bežná dostupnosť
 Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky
Položka č. 1 - Prístroj na kontinuálne meranie krvných parametrov počas mimotelového obehu		Položka č. 1	Položka č. 1 - Prístroj na kontinuálne meranie krvných parametrov počas mimotelového obehu
1.	Analyzátor na online monitoring krvných plynov - 1 ks	spĺňa	1. Analyzátor na online monitoring krvných plynov - 1 ks
1.1	Rozsah merania PCO2: min. 10 mmHg - max. 100 mmHg	spĺňa	1.1 Rozsah merania PCO2: min. 10 mmHg - max. 100 mmHg
1.2	Rozsah merania PO2: min. 50 mmHg - max. 300 mmHg	spĺňa	1.2 Rozsah merania PO2: min. 50 mmHg - max. 300 mmHg
1.3	Rozsah merania teploty: min. 15 - max. 45 °C	spĺňa	1.3 Rozsah merania teploty: min. 15 - max. 45 °C
1.4	Rozsah merania SO2: min 20 % - max. 100 %	spĺňa	1.4 Rozsah merania SO2: min 20 % - max. 100 %
1.5	Rozsah merania HCT: min. 10 % - max. 45 %	spĺňa	1.5 Rozsah merania HCT: min. 10 % - max. 45 %
1.6	Rozsah merania total HCT: min. 10 % - max. 45 %	spĺňa	1.6 Rozsah merania total HCT: min. 10 % - max. 45 %
1.7	Veľkosť zobrazovacieho monitora: 15 inch	spĺňa	1.7 Veľkosť zobrazovacieho monitora: 15 inch
1.8	Rozsah merania prietoku: min. 0 l/min - max. 7 l/min	spĺňa	1.8 Rozsah merania prietoku: min. 0 l/min - max. 7 l/min
1.9	Spektrofotometrické meranie krvných parametrov: pH, PCO2, PO2, teplota, saturácia kyslíka, HCT, total hemoglobín, spotreba kyslíka, HCO3, prietok krvi Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase	spĺňa	1.9 Spektrofotometrické meranie krvných parametrov: pH, PCO2, PO2, teplota, saturácia kyslíka, HCT, total hemoglobín, spotreba kyslíka, HCO3, prietok krvi Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase
1.10	Cyklus merania pH, PCO2, PO2 každú sekundu Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase	spĺňa	1.10 Cyklus merania pH, PCO2, PO2 každú sekundu Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase
1.11	Cyklus merania K ⁺ každých 6 sekúnd Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase	nesplňa	Bod sa vypúšťa.
1.12	Cyklus merania SO2, Hct, Hgb každých 18 milisekúnd Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase	spĺňa	1.12 Cyklus merania SO2, Hct, Hgb každých 18 milisekúnd Požadujeme: optický kábel - merania v reálnom čase
1.13	Možnosť integrovaného zaznamau v systéme pre potrebu archivácie nameraných údajov Požadujeme: použitie pamätevej karty	spĺňa	1.13 Možnosť integrovaného zaznamau v systéme pre potrebu archivácie nameraných údajov Požadujeme: použitie pamätevej karty
1.14	Možnosť kalibrácie systému pred použitím ako bezpečnostný prvok	spĺňa	1.14 Možnosť kalibrácie systému pred použitím ako bezpečnostný prvok
1.15	Meracie senzory bez použitia spotrebného materiálu	spĺňa	1.15 Meracie senzory bez použitia spotrebného materiálu
1.16	Kombinácia farebne rozlíšených modulov - Arteriálne/Venózne krvné parametre a Hematokrit/Saturácia	spĺňa	1.16 Kombinácia farebne rozlíšených modulov - Arteriálne/Venózne krvné parametre a Hematokrit/Saturácia
1.17	Online aktualizácia meraných parametrov na systémovom displeji v reálnom čase zobrazené na monitore	spĺňa	1.17 Online aktualizácia meraných parametrov na systémovom displeji v reálnom čase zobrazené na monitore
1.18	Stav prístroja - nový, nepoužívaný	spĺňa	1.18 Stav prístroja - nový, nepoužívaný
Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)		Položka č. 2	Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)
1.	Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa	spĺňa	1. Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa
2.	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcou	spĺňa	2. Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcou
3.	Plán údržby a revízií	spĺňa	3. Plán údržby a revízií
4.	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa	spĺňa	4. O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa
5.	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy	spĺňa	5. Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy
6.	Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online	nesplňa / rs.servicepairslovakia@medtronic.com, +421 248214573	Nová hodnota: Služba umožňujúca objednávateľovi zasielať požiadavky online, emailom alebo telefonicky.
7.	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu	nesplňa / cestovné (30 Euro) a náhradné diely nie sú zahrnuté v hodinovej cene za opravu	Plati pôvodná hodnota: Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu
8.	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy	nesplňa / súčasť Sentinel zmluvy	Bod sa vypúšťa.
9.	Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.	spĺňa	9. Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.
10.	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00	spĺňa	10. Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00
11.	Používanie len originálnych náhradných dielov	spĺňa	11. Používanie len originálnych náhradných dielov

5. MINIMÁLNE OSOBNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požaduje sa:	TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Požaduje sa:
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptujem
2.	Požaduje sa dodanie prístroja:	akceptujem
2.1.	do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy (do lehoty sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky).	akceptujem
2.2.	v pracovných dňoch.	akceptujem
2.3.	v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.	akceptujem
2.4.	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu.	akceptujem
2.5.	po predchádzajúcom preukázaní upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní.	akceptujem
2.6.	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t. j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem
3.	Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatíu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.	akceptujem
4.	Prevzatie a dodanie prístroja sú zmluvné strany, resp. ich poverení zástupcovia, povinné písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.	akceptujem
5.	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t. j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím softvéru a licencií, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem
6.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalácia, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.	akceptujem
7.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem
8.	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíše zmluvné strany, resp. ich poverení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemožno byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem
9.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré budú v rámci ceny za prístroj vykonávané Dodávateľom autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis.	akceptujem
9.1.	Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne: oprava vad a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti	akceptujem
9.2.	vzhľadom k jeho technickým parametrom, dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom.	akceptujem
9.3.	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja.	akceptujem
9.4.	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov.	akceptujem
9.5.	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,	akceptujem
9.6.	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,	akceptujem
9.7.	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem
9.8.	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu.	akceptujem
9.9.	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy.	akceptujem
9.10.	technická telefonická podpora v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.	neakceptujem / 8 - 16:30 v pracovné dni
10.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	neakceptujem / Standardný nástup technika v rámci záruky je 48h od nahlásenia, 24h response time je súčasťou Sentinel zmluvy
11.	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 15:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	neakceptujem / Standardný riešenie formou vzdialeného prístupu v rámci záruky je 24h od nahlásenia, 4h response time je súčasťou Sentinel zmluvy
12.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	xxx
12.1.	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín.	akceptujem
12.2.	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 5 pracovných dní, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkonnú opravu je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 5 pracovných dní.	akceptujem
13.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvných podmienok pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	neakceptujem / Pokuty nie sú súčasťou záručných podmienok, aplikovateľné len v prípade zmluvy (Guardian/Sentinel).
13.1.	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	neakceptujem / Pokuty nie sú súčasťou záručných podmienok, aplikovateľné len v prípade zmluvy (Guardian/Sentinel).
13.2.	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	neakceptujem / Pokuty nie sú súčasťou záručných podmienok, aplikovateľné len v prípade zmluvy (Guardian/Sentinel).
14.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem
15.	V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefonnej linky, ktorú tvrdí Objednávateľ, je Dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením Objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefonnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a Dodávateľ túto skutočnosť preukáže Objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podpome nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním e-mailovej správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Dodávateľa.	akceptujem
16.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu, autorizáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem

46.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa.	akceptujem	46.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvy oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe Objednávateľa.
47.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	akceptujem	47.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/

6. MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		TIMED, s.r.o. Trnavská cesta 112 821 01 Bratislava	Definitívne minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	
		Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)		
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
2.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	2.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3.	Prospektový materiál	akceptujem	3.	Prospektový materiál
4.	Rozhodnutie o zaradení zdravotnickej pomôcky v Zozname SZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname SZM	akceptujem	4.	Rozhodnutie o zaradení zdravotnickej pomôcky v Zozname SZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname SZM
5.	Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu (neoverenú kópiu) servisnej organizácie.	akceptujem	5.	Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu (neoverenú kópiu) servisnej organizácie.
6.	Osvedčenie, certifikát alebo iný doklad, ktorým uchádzač preukáže, že servisný technik má oprávnenie vykonávať servis na prístrojoch predmetu zákazky vydané výrobcom prístroja	akceptujem	6.	Osvedčenie, certifikát alebo iný doklad, ktorým uchádzač preukáže, že servisný technik má oprávnenie vykonávať servis na prístrojoch predmetu zákazky vydané výrobcom prístroja
7.	Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby	akceptujem	7.	Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby