

CENOVÁ PONUKA
pre účel
prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")

Účel prípravnej trhovej konzultácie

V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácii nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada. Účelom PTK je stanovenie požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky

Dodávateľ:	
Sídlo:	

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Vybavenie pre Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, časť č. 2 - Stomatologická súprava nesená kreslom

1.2 CPV:

33711790-1 Zubné súpravy
42123400-1 Vzduchový kompresor
51410000-9 Inštalácia lekárskeho zariadenia
50421000-2 Opravy a údržba lekárskeho zariadenia
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

2.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Zákazka je rozdelená 6 samostatných častí

Zoznam položiek:

Por. č.	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
č. 1	Stomatologická súprava nesená kreslom	ks	3
č. 2	Stomatologický kompresor	ks	3

3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)		Vyjadrenie verejného obstarávateľa k navrhovaným riešeniam
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu	
Položka č. 1 - Stomatologická súprava nesená kreslom - 2 ks				
Stolík lekára				
1.1	Možnosť osadenia 5-imi nástrojmi, dolné/spodné vedenie hadíc, pantografické rameno výškovonastaviteľné s pneumatickou brzdou			
1.2	Ovládací panel stolíka lekára s ENDO, IMPLANT funkciami motora, možnosť nastavenia parametrov nástrojov s ovládanie kresiel, plniča pohára a oplachu misy, ohrev vody a svetidla		Odporúčame IMPLANT funkciu vyňať zo stomatologickej súpravy a nahradiť ju externým prístrojom na mobilnom vozíku s ktorým bude možné ošetriť pacientov aj na iných kreslách. Zároveň sa tak ponížia náklady na obstarávanie. Odporúčame doplniť: možnosť dovybaviť stolík lekára integrovaným intraorálnym senzorom na stolíku lekára v navijáku. Vďaka tejto možnosti môžete kedykoľvek dovybaviť zubnú súpravu intraorálnym senzorom	Implant funkciu môžeme vyňať ib v prípade, že by signifikantne znížila cenu súpravy. Intraorálny senzor aktuálne nepotrebuje
1.3	Regulácia chladenia pre každý nástroj osobitne			
1.4	Modul pre striekačku vrátane striekačky pre lekára			
1.5	Modul pre elektrický svetelný bezuhlíkový mikromotor s funkciami vrátane svetelného bezuhlíkového mikromotora s LED svetlom a svetelným násadcom			
1.6	min. 15-funkciový ovládací panel stolíka lekára			
1.7	Odstraňovač zubného kameňa			
1.8	Ľavá opierka ruky			
Stolík asistenta				
2.1	Nástrojový stolík na otočnom ramene			
2.2	Modul pre veľkú odsávačku vrátane veľkej odsávačky so samostatným vstupným filtrom			
2.3	Modul pre odsilňovač vrátane koncovky odsilňovača so samostatným vstupným filtrom			
2.4	Modul pre striekačku vrátane striekačky pre asistenta			
2.5	10-funkciový ovládací panel stolíka asistenta			
Přívadlový blok				

3.1	Otočný plúvadlový blok s mechanickým otáčaním plúvadlovej misy, sklenená odnímateľná misa, ohrev vody pohára, dezinfikovateľná sterilizovateľná fľaša na destilovanú vodu, fľaša na dezinfekciu nástrojov		Požiadavka na ergonomicky situovaný plúvadlový blok umožňuje prácu bez toho aby bolo potrebné plúvadlový blok vyklápať. Výklopný plúvadlový blok mali staré typy stomatologických súprav s veľkým neergonomickým plúvadlovým blokom, ktorý prekážal pri asistencií.	Plúvadlový blok, sklenená odnímateľná misa, ohrev vody pohára, dezinfikovateľná sterilizovateľná fľaša na destilovanú vodu, fľaša na dezinfekciu nástrojov
3.2	LED svetidlo so senzorom, na pantografickom ramene s hlavicou nastaviteľnou v troch smeroch so sterilizovateľnými prvkami			
Kreslová časť				
4.1	Nakláňanie sedáku pri pohybe opierky chrbta, antivyzliekací systém pohybu, hlavová opierka s možnosťou nastavenia, stolička pre lekára		Odporúčame doplniť funkciu opierky hlavy o pneumatickú opierku hlavy s možnosťou natáčania do všetkých strán. Dôvod: Nevyhnutné pre správne polohovanie pacienta a ergonómiu lekára.	Nie je to potrebné, nutné
4.2	3 programovateľné pozície kresla			
4.3	Možnosť inštalovať zubnú súpravu bez potreby kotvenia		Táto požiadavka ovplyvňuje požiadavku číslo 4.4. Odporúčame zubnú súpravu kotviť čím sa dosiahne vyššia stabilita a bezpečnosť pacienta. Pri kotvení zubnej súpravy sa zároveň zvýši nosnosť kresla až na 190kg, Vzhľadom k tomu dokážete ošetriť pacientov s nadváhou bezpečne s dostatočnou rezervou.	Kotvenie do podlahy by bolo samozrejme najvhodnejšie, ale súprava musí ponúkať obe možnosti. Vzhľadom na vek stavby/budovy nevieme, čo nám technický stav budovy umožní.
4.4	Nosnosť kreslovej časti min. 135 kg		Odporúčame zubnú súpravu kotviť čím sa dosiahne vyššia stabilita a bezpečnosť pacienta. Pri kotvení zubnej súpravy sa zároveň zvýši nosnosť kresla až na 190kg, Vzhľadom k tomu dokážete ošetriť pacientov s nadváhou bezpečne s dostatočnou rezervou.	
Nožný ovládač				
5.1	Spoločný multifunkčný ovládač na ovládanie kresla a zubnej súpravy, spojený so súpravou vodičom			
5.2	Nášľapný pohyb snímania, ovládanie spreja, chipblower, ovládanie oplachu misy a plnenia pohára s joystikom na ovládanie smerov pohybu kresla			
Separátor amalgánu				
6.1	Separátor amalgánu dodávaný so stomatologickou súpravou zabudovaný priamo v stomatologickej súprave		akú percentuálnu účinnosť má splňať separátor amalgámu ?	min. 95%;
Separátor odsávania				
7.1	Separátor odsávania pre nepretržité odsávanie			
7.2	Zásobník destilovanej vody			
Odsávanie				
8.1	Ventil miesta s príslušenstvom osadený priamo v stomatologickej súprave		Odporúčame doplniť o požiadavku ovládanie odsávačiek cez nožný spínač pod kreslom. Umožňuje tak zapnúť a vypnúť odsávanie bez nutnosti odloženia kanyl do držiakov. Potrebné pri ošetrovaniach a operáciach. Vyššia ergonómia práce	Nie je to nutné, ide o nadštandard
Položka č. 2 - Stomatologický kompresor kompatibilný so stomatologickými súpravami - 2 ks			Požaduje sa iba kompresor ? Bez odsavacieho agregátu ? Odporúčam 1ks kompresora vrátane odsavacieho agregátu pre 2ks zubných súprav a 1ks kopresora vrátane odsavacieho agregátu pre 1ks zubnej súpravy	Každé kreslo bude umiestnené samostatne, preto musí byť ku každému kreslu samostatne 1ks kompresora a 1 ks odsavacieho agregátu, t.j. 3 kompresory a 3 agregáty