



TATRA TENDER

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 05.11.2019

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Verejný obstarávateľ Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ zo dňa 22.10.2019 pod zn. 2019/S 204-496145 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 214/2019 zo dňa 23.10.2019 pod značkou 28621 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „Oznámenie“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Zdravotnícka prístrojová technika II.“ (ďalej len „Verejná súťaž“).

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o., realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Verejnú súťaž, a na základe poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 31.10.2019 nám bola jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 48 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.

Otázka č. 1 (cit.):

„...uchádzač (...) by sa rád informoval, či pre Časť I.: Sterilizačná technika bude akceptované aj predloženie ekvivalentu k jednotlivým prístrojom s dodržaním technický požiadaviek na funkčnosť, veľkosť a použiteľnosť, nakoľko uvedená technická špecifikácia je vyhovujúca iba jednému výrobcovi a to spoločnosti BMT, s.r.o. čo je v rozpore s § 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Rozdiely v jednotkách centrimetrov nemajú žiadny vplyv na chod sterilizačných jednotiek a vďaka flexibilitie ani na prepravu v rámci inštalácie...”

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ určil požiadavky na predmet zákazky v súlade so Zákonom a zároveň tak, aby v plnej miere zodpovedali jeho potrebám. Verejný obstarávateľ definoval požiadavky na maximálne rozmery zariadení z dôvodu priestorového umiestnenia sterilizačnej techniky (obmedzení), a preto nie je možné akceptovať zariadenia s rozmermi prekračujúcimi určené maximá.

Uchádzač môže ponúknuť akékoľvek zariadenia, ktoré tvoria jednotlivé položky predmetu zákazky, resp. časti predmetu zákazky, ktoré však musia spĺňať všetky minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre, tak ako ich Verejný obstarávateľ stanovil v súťažných podkladoch.

S pozdravom,

Mgr. Lucia Štrbová
Tatra Tender s.r.o.



TATRA TENDER

Tatra Tender s.r.o.
Krčméryho 16
811 04 Bratislava