

Opis predmetu zákazky

NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – OŠK OHZ SE MV SR

Adresa: Košická 47, 812 72 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Kontaktná osoba: mjr. Bc. Daniela Lukačovičová Tomíková

Telefón: 09610/54022, 0907 771 713

E-mail: daniela.tomikova@minv.sk

URL zverejneného prieskumu: <https://josephine.proebiz.com>

Názov zákazky: Kalibrácia a overenie správnej funkčnosti germicídnych žiaričov

Druh zákazky: služba

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 504 3300 0 - 9 - Kalibrácia

Zákazka nie je delená na časti

Miesto dodania tovaru: Ministerstvo vnútra, Sklabinská 1, 812 72 Bratislava

Ministerstvo vnútra, Príboj 560, Slovenská Ľupča

Ministerstvo vnútra, Kuzmányho 8, Košice

Termín plnenia zákazky: na základe objednávky do **30.11.2023**

Opis predmetu zákazky: Kalibrácia a overenie správnej funkčnosti germicídnych žiaričov sa má vykonávať každoročne na základe splnenia požiadaviek normy ISO 17 025, inertných predpisov a na odporúčania výrobcu.

Špecifikácia jednotlivých položiek je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou opisu predmetu zákazky.

Komunikácia pri zisťovaní predpokladanej hodnoty zákazky:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

Spôsob predkladania ponúk PHZ:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky je v elektronickej podobe v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.

Verejný obstarávateľ môže zaslať záväznú objednávku alebo uzatvoriť zmluvu so záujemcom, ktorého cenová ponuka t. j. celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH bude najnižšia (z

ponúk predložených v lehote na predkladanie ponúk), a za predpokladu, že spĺňa/splní všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve na predpokladanú hodnotu zákazky .

Cena v eurách musí byť konečná, stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich so zabezpečením predmetnej služby v zákazke vrátane dopravy, nákladov spojených s výmenou súčiastok, kalibráciou a iných nákladov spojených s dodaním služby. Do cenovej ponuky je potrebné zohľadniť aj náklady na vystavenie protokolov o meraní a revízií zariadení. V prípade nefunkčnosti zariadenia žiadame vystaviť zvlášť protokol o nefunkčnosti. Pri výmene trubíc odvoz nefunkčných trubíc a potvrdenie o ich ekologickej likvidácii (všetko zahrnuté v cene služby).

Záujemca predloží s vyčíslením PHZ aj nasledovné vyplnené tlačivá:

- v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe)
- a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (tlačivo o vyhlásení je v prílohe).

Doplňujúce informácie:

- a) V prieskume predpokladanej hodnoty zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s dodaním služby, vrátane dopravy, manipulácie a iných možných nákladov spojených s dodaním tovaru.
- b) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
- c) Na základe písomne vystavenej objednávky bude vystavená faktúra
- d) Prílohou faktúry musí byť dodací/montážny list potvrdený oprávneným zástupcom verejného obstarávateľa

V Bratislave, dňa 25.07.2023



.....
Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Príloha č.1 k opisu predmetu zákazky pravidelná ročná kalibrácia / overenie správnej funkčnosti germicídnych žiaričov

položka	skúšobné zariadenia	výrobca	počet kusov	pracovisko	servisný plán
1	Germicídny žiarič Prolux G GIP6530WD15W	NEXA	5	BA - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
2	Germicídny žiarič Prolux G GIP6536W/6555W	NEXA	12	BA - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
3	Germicídny žiarič Prolux G K55W	NEXA	4	BA - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
4	UV Crosslinker Bio-LINK BLX - 6 ks trubíc	Bio-LINK	1	BA - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
5	Germicídny žiarič v laminárnom boxe (miestnosť č. 423)	Esco	1	BA - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
6	PCR box (UV žiarenie)	Biosan	3	BA - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
7	Germicídny žiarič Prolux G K55W	NEXA	11	BA - OCHT	ročná revízia, servisná prehliadka
8	Germicídny žiarič Prolux GIP 6530W	NEXA	1	BA - OCHT	ročná revízia, servisná prehliadka
9	Germicídny žiarič Biosan UVR-Mi	Biosan	3	KEÚ BA	ročná revízia, servisná prehliadka
10	Germicídny žiarič UV-C	NEXA	15	KEÚ BA	ročná revízia, servisná prehliadka
11	Germicídny žiarič Prolux G M30WA	NEXA	8	KEÚ BA	ročná revízia, servisná prehliadka
12	Germicídny žiarič Prolux G	NEXA	20	SL' - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
13	Germicídny žiarič mobilný UV-C	NEXA	5	SL' - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
14	Germicídny žiarič GIP6530WD15W	Biosan	4	SL' - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
15	UV Crosslinker Bio-LINK BLX - 6 ks trubíc	Bio-LINK	2	SL' - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
16	Germicídny žiarič UV-C	NEXA	5	KEÚ SL'	ročná revízia, servisná prehliadka
17	Germicídny žiarič Prolux G M30WA	NEXA	2	KEÚ SL'	ročná revízia, servisná prehliadka
18	Germicídny žiarič K36W	NEXA	16	KE - OBaGA	ročná revízia, servisná prehliadka
19	Germicídny žiarič UV-C	NEXA	5	KEÚ KE	ročná revízia, servisná prehliadka
20	Germicídny žiarič Prolux G M30WA	NEXA	2	KEÚ KE	ročná revízia, servisná prehliadka

21	Germicídny žiarič Biosan UVR-Mi	Biosan	1 ✓	KEÚ KE	ročná revízia, servisná prehliadka
22	UV Crosslinker Bio-LINK BLX - 6 ks trubíc	Bio-LINK	1 ✓	KEÚ KE	ročná revízia, servisná prehliadka
		Spolu	127		

Predmetom služby je vykonanie merania a revízie germicídnych žiaričov (overenie funkčnosti, pravidelná údržba, meranie intenzity UVC žiarenia, kontrola vnútorných častí žiariča, prečistenie zdrojov UVC žiarenia) inštalovaných na pracoviskách KEÚ PZ.

Miesto výkonu práce:

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Sklabinská 1, Bratislava

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Príboj 560, Slovenská Ľupča

Kriminalistický a expertízny ústav PZ, Kuzmányho 8, Košice

Do cenovej ponuky zohľadnite aj náklady na dopravu a cenu za najčastejšie používané náhradné diely používané pri servisnej prehliadke (trubice, batérie ovládača, spínacie hodiny a pod.).

Do cenovej ponuky je potrebné zohľadniť aj náklady na vystavenie protokolov o meraní a revízii zariadení. V prípade nefunkčnosti zariadenia žiadame vystaviť zvlášť protokol o nefunkčnosti. Pri výmene trubíc odvoz nefunkčných trubíc a potvrdenie o ich ekologickej likvidácii (všetko zahrnuté v cene služby).