



Všetkým známým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov-1

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Elektrochirurgický prístroj

Dotaz uchádzača:

Vysvetlenie súťažných podkladov sa týka prílohy č. 2 Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností:

II. Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev - 3 ks

III. Elektrochirurgický generátor so simultánnou koaguláciou - 3 ks

Otázka uchádzača -1

V požadovaných technických parametroch je uvedené v riadku 7 možnosť upgradu softvéru prístroja cez internet

Uchádzač žiada o vysvetlenie v rámci požadovaného parametra nakoľko v prípade upgradu softvéru prístroja cez internet by zariadenie muselo byť neustále pripojené na internet a upgrade prístroja by musel vykonávať obsluhujúci personál, na čo podľa nášho názoru nie je odborne spôsobilý a nemôžeme nieť zodpovednosť za jeho konanie. Bude verejný obstarávateľ akceptovať upgrade softvéru prostredníctvom osobnej návštevy odborne zaškoleného servisného technika?

Odpoveď verejného obstarávateľa – 1:

Áno, bude. Zariadenie nie je nutné mať trvale pripojené na internet. Zo strany nemocnice nie je potrebné mať zaškolenú osobu a ani mať zariadenie **trvalo** pripojené na internet.

Otázka uchádzača -2

V požadovaných technických parametroch je uvedené v riadku 15 možnosť pripojenia 2 neutrálnych (pacientskych) elektród

Nakoľko z technického hľadiska nie je nutné využívať dve elektródy ani pri simultánnej koagulácii na jednom pacientovi žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ trvá na takto stanovenej požiadavke.

Bude sa zariadenie využívať pri dvoch operáciach na dvoch rôznych pacientoch?

Odpoveď verejného obstarávateľa – 2:

Áno, trvá. Použitie dvoch patientskych elektród sa neposudzuje z hľadiska „technického“, ale výhradne z hľadiska **bezpečnostného**. Zariadenie **nebude** používané na dvoch sálach a dvoch pacientoch.

Ing. Michal Plesník
zodpovedná osoba verejného obstarávateľa