



Všetkým záujemcom

VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (1)

Dňa 14.08.2023 bola verejnemu obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zadávania nadlimitnej zákazky uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 154-488465 zo dňa 11.08.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 159/2023 zo dňa 14.08.2022, pod označením 27597-MST na predmet zákazky:

„Diagnosticke ultrazvukové prístroje“

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia):

Otázka záujemcu:

„Bude verejný obstarávateľ pri častiach I-IV. akceptovať ponuku s dynamickým rozsahom USG prístroja 300dB?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ trvá na stanovenej podmienke „dynamický rozsah min. 320 dB“ v častiach I. až IV. predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ má za to, že uvedený parameter spĺňa dostatočný počet prístrojov a súčasne na trhu existuje dostatočný počet subjektov, ktoré vedia dodať ultrazvukové prístroje, ktoré daný parameter spĺňajú.

V Košiciach, dňa 14.08.2023