



Všetkým záujemcom

## VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (2)

Dňa 25.08.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zadávania nadlimitnej zákazky uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 154-488465 zo dňa 11.08.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 159/2023 zo dňa 14.08.2022, pod označením 27597-MST na predmet zákazky:

### „Diagnosticke ultrazvukové prístroje“

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia):

#### **Otázka záujemcu č.1:**

„Bude Verejný obstarávateľ pri časti III Zákazky akceptovať ponuku s Uhlopriečkou obrazovky monitora s full HD rozlíšením – 21,5 palcov (") za súčasného umožnenia pracovať vo fullscreen móde? „

#### **Odpoveď verejného obstarávateľa č.1:**

Verejný obstarávateľ posúdil požiadavku záujemcu a rozhodol, že v časti III. predmetu zákazky bude akceptovať ponuku s Uhlopriečkou obrazovky monitora s full HD rozlíšením – min. 21,5 palcov („)

**Nové znenie požiadavky: „Uhlopriečka obrazovky monitora s full HD rozlíšením – min. 21,5 palcov („)“**

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ upraví technickú špecifikáciu v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pre **časť III. Zákazky** (bod **4.4.1 súťažných podkladov**) a s tým spojené **Prílohy č. 7 Špecifikácia predmetu zákazky-časť III.** súťažných podkladov, **Prílohy č.1 Technická špecifikácia** návrhu kúpnej zmluvy pre časť III. predmetu zákazky a zverejní všetky dokumenty, v ktorých vykoná úpravu uvedenej požiadavky.

#### **Otázka záujemcu č.2:**

„Bude Verejný obstarávateľ pri časti III Zákazky akceptovať ponuku s Nastaviteľným pultom obsluhy výškovo – 20,3 cm? „

#### **Odpoveď verejného obstarávateľa č.2:**

Verejný obstarávateľ posúdil požiadavku záujemcu a rozhodol, že v časti III. predmetu zákazky bude akceptovať ponuku s Nastaviteľným pultom obsluhy výškovo – 20,3 cm

**Nové znenie požiadavky: „Nastaviteľný pult obsluhy výškovo – min. 20,3 cm“**

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ upraví technickú špecifikáciu v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pre **časť III. Zákazky** (bod **4.4.1 súťažných podkladov**) a s tým spojené **Prílohy č. 7 Špecifikácia predmetu zákazky-časť III.** súťažných podkladov, **Prílohy č.1 Technická špecifikácia** návrhu kúpnej zmluvy pre časť III. predmetu zákazky a zverejní všetky dokumenty, v ktorých vykoná úpravu uvedenej požiadavky.

#### **Otázka záujemcu č.3:**

„Bude Verejný obstarávateľ pri časti III Zákazky akceptovať ponuku s 2D transezofageálnaechokardiografická sonda s frekvenčným rozsahom vrátane funkcie elektronickej rotácie roviny zobrazenia variabilne po jednotkách stupňov od 0 po 180 stupňov, min. 3-7 MHz, FOV min. 90°? „



**Odpoveď verejného obstarávateľa č.3:**

Verejný obstarávateľ posúdil požiadavku záujemcu a rozhodol, že v časti III. predmetu zákazky bude akceptovať ponuku s *2D transezofageálnaechokardiografická sonda s frekvenčným rozsahom vrátane funkcie elektronickej rotácie roviny zobrazenia variabilne po jednotkách stupňov od 0 po 180 stupňov, min. 3-7 MHz, FOV min. 90°*

**Nové znenie požiadavky: „2D transezofageálnaechokardiografická sonda s frekvenčným rozsahom vrátane funkcie elektronickej rotácie roviny zobrazenia variabilne po jednotkách stupňov od 0 po 180 stupňov, min. 3-7 MHz, FOV min. 90°“**

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ upraví technickú špecifikáciu v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pre **časť III. Zákazky** (bod 4.4.1 súťažných podkladov) a s tým spojené **Prílohy č. 7 Špecifikácia predmetu zákazky-časť III.** súťažných podkladov, **Prílohy č.1 Technická špecifikácia návrhu kúpnej zmluvy** pre časť III. predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje všetkým záujemcom, že zverejnil upravené dokumenty:

- Súťažné podklady – aktualizácia
- Príloha č. 7 Špecifikácia predmetu zákazky – časť III. aktualizácia
- Príloha č. 8 Kúpna zmluva – časť III. – aktualizácia

V Košiciach, dňa 30.08.2023