

Príloha 3E k Zápisnici (2) – požiadavky

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Predmet zákazky: **Diagnostické ultrazvukové prístroje**
časť V. Ultrazvukové prenosné prístroje pre oddelenia a kliniky

Predpokladaná hodnota zákazky: **498 363,73 EUR (bez DPH)**

z toho **časť V.:** **74 361,21 EUR (bez DPH)**

Postup verejného obstarávania: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Vyhlasenie verejného obstarávania: v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 154-488465 zo dňa 11.08.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 159/2023 zo dňa 14.08.2023 pod označením 27597-MST

Posudzovaná ponuka uchádzača: **BLUEMED s.r.o. Nevädzová 17211/6E, 821 01 Bratislava IČO:51835827**

Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzačom: **PHILIPS LUMIFY (USG), PHILIPS LUMIFY L12-4 (lineárna sonda), PHILIPS LUMIFY C5-2 (konvexná sonda)**

Obchodný názov výrobcu ponúkaného tovaru uchádzačom: **PHILIPS LUMIFY**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty časť V. predmetu zákazky (stanovené verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky, bod 4.6.1 súťažných podkladov)					Ponuka uchádzača		Posúdenie požiadavky komisiou				
Prenosný ultrazvukový prístroj					parametre						
					MJ	min.	max.	presne	údaje predložené uchádzačom v doklade s názvom Špecifikácia predmetu zákazky časť V.)	Názov dokumentu – Produktový list k ponúkanému tovaru uchádzačom v ponuke – PHILIPS LUMIFY	splnil / nesplnil
1.	Prenosný ultrazvukový prístroj				ks			6			
2.	Ovládanie v zobrazovacej jednotke							áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil

Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť V. Ultrazvukové prenosné prístroje pre oddelenia a kliniky

3.	Veľkosť zobrazenia	" (palce)	12			spĺňa/12"	PHILIPS LUMIFY	splnil
4.	Rozlíšenie prístroja	px	1800x1050			spĺňa 1800x1050	PHILIPS LUMIFY	splnil
5.	Tabletový dizajn				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
6.	Automatická optimalizácia jedným tlačidlom poskytuje optimálnu kvalitu obrazu				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
7.	Možnosť ovládať parametre jedným prstom				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
8.	Váha prístroja	kg		5,5		spĺňa/300g tablet cca 400g	PHILIPS LUMIFY (do 1 kg)	splnil
9.	Multidotyková podpora				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
10.	Dynamický rozsah	dB	100			spĺňa 170dB	PHILIPS LUMIFY	splnil
11.	Automatické sledovanie merania PW resp. funkcia PW doppler s manuálnym meraním				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
12.	Zobrazovacia hĺbka	cm	30			spĺňa/30cm	PHILIPS LUMIFY	splnil
13.	Technológia pre spracovanie obrazu				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
14.	Farebný dopplerovský mód				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
15.	Zobrazovacie módy				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
16.	Farebný doppler mód				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
17.	2D/M- mód				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
18.	Rýchly štart	sekunda		30		spĺňa	<p>Komisia v predloženom produktovom liste identifikovala len údaj o "rýchlom štarte". Z produktového listu nevyplýva splnenie požiadavky.</p> <p>Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď. Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 347/2023/OdVO zo dňa 20.07.2023)</p> <p>Uchádzač predložil</p>	

Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť V. Ultrazvukové prenosné prístroje pre oddelenia a kliniky

							vysvetlenie ponuky dňa 22.09.2023 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw JOSEPHINE. Z predloženého vysvetlenia uchádzačom komisia konštatuje, že ponuka uchádzača spĺňa stanovenú požiadavku (PHILIPS LUMIFY)	splnil
19.	Batéria na minimálny čas prevádzky	minúta	60			spĺňa/60	PHILIPS LUMIFY	
20.	HDD alebo SSD	GB	128			spĺňa	Komisia v predloženom produktovom liste neidentifikovala údaj, z ktorého vyplýva splnenie požiadavky Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (vid. Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 347/2023/OdVO zo dňa 20.07.2023) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky dňa 22.09.2023 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw JOSEPHINE.	

Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť V. Ultrazvukové prenosné prístroje pre oddelenia a kliniky

							Z predloženého vysvetlenia uchádzačom komisia konštatuje, že ponuka uchádzača spĺňa stanovenú požiadavku (PHILIPS LUMIFY SSD 128 GB)	splnil
21.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/				áno	spĺňa	PHILIPS LUMIFY	splnil
Sondy								
22.	Lineárna sonda na vyšetrenie periférnych ciev s frekvenčným rozsahom min. 4-10,5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 100 mm, FOV min. 36 mm, počtom elementov min. 128, s punkčným adaptérom	ks			6	spĺňa/4-12MHz, FOV 36	(údaje v prospekte 4-12 MHz, FOV 36, 128 elementov, hĺbka zobrazenia 100mm)	splnil
23.	Konvexná sonda na abdominálne vyšetrenie s frekvenčným rozsahom min. 2-5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 300 mm, FOV min. 58 st., počet elementov min. 128, s punkčným adaptérom	ks			3	spĺňa/2-5 MHz, FV 67,5	(údaje v prospekte- 2-5MHz, 67,5°, FOV, 128 elementov, hĺbka 300 mm)	splnil

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek v časti V. predmetu zákazky:

Komisia konštatuje, že uchádzač BLUEMED s.r.o. Nevádzová 17211/6E, 821 01 Bratislava IČO:51835827 splnil požiadavky v časti V. predmetu zákazky stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Členovia komisie :	Podpis
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FEAN, FESO - člen s právom vyhodnocovať ponuky	-neprítomná
MUDr. Igor Gaľa, PhD., MPH - člen s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Marek Feišóci, PhD. - člen s právom vyhodnocovať ponuky	-neprítomný
MUDr. Ľubomír Demský - člen s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH - člen komisie - člen s právom vyhodnocovať ponuky	
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	

V Košiciach, dňa 26.09.2023