

Príloha 3C k Zápisnici (2) – požiadavky

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Predmet zákazky: **Diagnostické ultrazvukové prístroje**
časť III. Ultrazvukový prístroj pre I. Internú kliniku

Predpokladaná hodnota zákazky: **498 363,73 EUR (bez DPH)**

z toho **časť III.:** **120 764,41 EUR (bez DPH)**

Postup verejného obstarávania: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Vyhlasenie verejného obstarávania: v Úradnom vestníku EÚ č. 2023/S 154-488465 zo dňa 11.08.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 159/2023 zo dňa 14.08.2023 pod označením 27597-MST

Posudzovaná ponuka uchádzača: **UNIQUE Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429**

Obchodný názov ponúkaného tovaru uchádzačom: **ARIETTA 65** (ultrazvukový prístroj), 2Š211 (2D transtorakálna sektorová sonda), C252 (Abdominálna konvexná sonda), L441 (Lineárna sonda pre vyšetrenie CEUS), S3ESEL (2D transezofageálna-echokardiologická sonda)

Obchodný názov výrobcu ponúkaného tovaru uchádzačom: **FUJIFILM Healthcare Corporation**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty časť III. predmetu zákazky (stanovené verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky, bod 4.4.1 súťažných podkladov)					Ponuka uchádzača uvedená v doklade s názvom Špecifikácia predmetu zákazky - časť III.. v ponuke	Doklad predložený uchádzačom v ponuke - produktový list FUJIFILM Arietta 65	Posúdenie komisiou	
Ultrazvukový prístroj pre I.Internú kliniku		parametre						
Technické parametre /pracovný režim/ meranie, softvér a vyhodnocovanie		MJ	min.	max.	presne			
1.	Uhlopriečka obrazovky monitora s full HD rozlíšením	palec (")	23 21,5			spĺňa/21,5"	FUJIFILM Arietta 65	splnil
2.	Dynamický rozsah	dB	320			spĺňa/320dB	FUJIFILM Arietta 65	splnil
3.	Snímková frekvencia na 2D	Hz	1900			spĺňa/ 1-6500fps	FUJIFILM Arietta 65	splnil
4.	Frekvenčný rozsah	MHz	1,0-18			spĺňa/1-22MHz	FUJIFILM Arietta 65	splnil

Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť III. Ultrazvukový prístroj pre I. Internú kliniku

5.	Maximálna zobrazovacia hĺbka	mm	400			spĺňa/400mm	FUJIFILM Arietta 65	splnil
6.	Nastaviteľný pult obsluhy stranovo	°	+/- 30°			spĺňa/30°-180°	FUJIFILM Arietta 65	splnil
7.	Nastaviteľný pult obsluhy výškovo	cm	35 20,3			spĺňa/ 30cm upravený parameter v doklade 35 cm (v rámci odpovede uchádzača na žiadosť o vysvetlenie (2))	<p>Komisia identifikovala nesúlad - v produktovom liste FUJIFILM ARIETTA 65 je uvedený parameter" výškové nastavenie v rozsahu 35cm).</p> <p>Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO)</p> <p>Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023.</p> <p>Komisia opätovne identifikovala nesúlad - v produktovom liste je uvedený parameter" výškové nastavenie v rozsahu 35cm) a v doklade Špecifikácia predmetu zákazky časť III. uchádzač uviedol parameter 30cm.</p> <p>Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (2) (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky (2) č. 373/2023/OdVO)</p> <p>Uchádzač predložil odpoveď na vysvetlenie ponuky (2) dňa 04.10.2023 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE.</p> <p>Uchádzač v rámci odpovede upravil ním predložený parameter v doklade Špecifikácia predmetu zákazky časť III. v ponuke a uviedol, že došlo k administratívnej chybe.</p> <p>Uchádzač uviedol parameter 35 cm.</p>	splnil
8.	Interný HDD s kapacitou	GB	500			spĺňa/500	FUJIFILM Arietta 65	splnil
9.	Ovládanie pomocou trackballu				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky.</p> <p>Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO).</p> <p>Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023.</p>	

Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť III. Ultrazvukový prístroj pre I. Internú kliniku

							Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.	splnil
10.	Ovládanie pomocou dotykového displeja	palec (")	12			spĺňa/13", aktívna plocha 10,1"	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil
11.	USB porty	ks	4			spĺňa /5ks	FUJIFILM Arietta 65	splnil
12.	Ethernetový konektor				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
13.	HDMI alebo VGA alebo DVI výstup				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil
14.	Počet portov pre zapojenie sond	ks	4			spĺňa/4ks	FUJIFILM Arietta 65	splnil

15.	Podpora sond typu "single crystal" a "matrix"				áno	spĺňa	<p>Komisia identifikovala v produktovom liste FUJIFILM ARIETTA 65 parameter -"Multilayer a Single crystal tech. - nová generácia sond umožňuje výrazne lepšie rozlíšenie". Na základe uvedeného nedokáže posúdiť splnenie požiadavky.</p> <p>Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO)</p> <p>Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil
16.	Súčasťou prístroja je výsuvná mechanická alfanumerická klávesnica (resp. virtuálna klávesnica na dotykovom displeji)				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového FUJIFILM ARIETTA 65 listu nedokáže posúdiť splnenie požiadavky.</p> <p>Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO)</p> <p>Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky (výsuvná mechanická alfanumerická klávesnica)</p>	splnil
17.	Štart prístroja z vypnutého stavu	sekunda		90		spĺňa/60sekúnd	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky.</p> <p>Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO)</p> <p>Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky (štart prístroja je 60 sekúnd)</p>	splnil
18.	Súčasťou prístroja je čiernobiela termotlačiareň				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
Technické parametre pre pracovné režimy								

19.	Technológia na potlačenie šumu				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
20.	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
21.	M-mód a farebný M-mód				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
22.	Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zamrazení				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil
23.	Možnosť zobrazenia ultrazvukové výseče na dotykovom paneli				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil
24.	Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
25.	CW doppler				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
26.	PW doppler s automatickou optimalizáciou krivky				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil

Predmet zákazky: Diagnostické ultrazvukové prístroje, časť III. Ultrazvukový prístroj pre I. Internú kliniku

27.	Pulzný tkanivový doppler (TDI)				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu nedokáže jednoznačne posúdiť splnenie požiadavky.</p> <p>Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (2) (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky (2) č. 373/2023/OdVO)</p> <p>Uchádzač predložil odpoveď na vysvetlenie ponuky (2) dňa 04.10.2023 prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE.</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky (Tkanivový doppler (TDI)).</p>	splnil
28.	Harmonické zobrazenie				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
29.	Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom		10x		áno	spĺňa/16x	FUJIFILM Arietta 65	splnil
30.	Dual Live zobrazovací mód				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
31.	Simultánne módy zobrazenia				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
32.	Zosilňovanie slabného signálu v čase (TGC)				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
33.	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárných sondách				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
34.	Možnosť rozšírenia skenovacieho uhla na abdominálnej sonde na 110°stupňov				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky.</p> <p>Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO)</p> <p>Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil
35.	Duplexné a triplexné zobrazenie v reálnom čase				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
Technické parametre pre meranie, softvér a vyhodnocovanie								
36.	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil

37.	Softvér pre automatický výpočet ejekčnej frakcie založený na 2D				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil
38.	Stress echo				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
39.	3D rekonštrukcia tkaniva pomocou 2D sond s možnosťou presného merania vzdialeností, uhlov a objemu v 3d zobrazení. MSI mód.				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
40.	Možnosť fúzie s CT/MR/PET				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
41.	Možnosť 3D rekonštrukcie a následnej fúzie z CEUS vyšetrenia pomocou kontrastnej látky				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
42.	Možnosť vyšetrenia pomocou kontrastnej látky /CEUS/ s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
43.	Možnosť sheare Wave elastografie (SWE) v reálnom čase v min. 2 módoch vrátane kvantifikácie v kPa i v m/s na lineárnych i konvexných sondách				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
44.	Softvér pre výber najvhodnejších miest pre shear wave meraní zo zvolenej oblasti záujmu eliminujúci v reálnom čase artefakty a zle odrazený signál, pre čo možno najpresnejšiu diagnostiku.				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
45.	Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*.jpeg alebo *.bmp a *.avi				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil

46.	Programovateľné kalkulácie				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu FUJIFILM ARIETTA 65 nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil
47.	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
48.	EKG modul				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
49.	Možnosť zobrazenia ultrazvukovej výseče pomocou tabletu. Druhá konzola				áno	spĺňa	<p>Komisia z produktového listu nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil
50.	Rozšírenie o „kardiostrain“ založené na speckletracking pre LK, LP a PK					spĺňa	<p>Komisia identifikovala v produktovom liste FUJIFILM ARIETTA 65 parameter - " Možnosť rozšírenia o kardio strain založené na spekle tracking". Komisia nedokáže posúdiť splnenie požiadavky. Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky (viď Žiadosť o vysvetlenie ponuky č. 354/2023/OdVO) Uchádzač predložil vysvetlenie ponuky – odpoveď prostredníctvom komunikačného rozhrania sw. JOSEPHINE dňa 27.09.2023 a následne uchádzač predložil doplnenie vysvetlenia 28.09.2023</p> <p>Komisia konštatuje, že uchádzač predložil doklad – produktový list FUJIFILM Arietta 65, ktorý obsahuje údaj, ktorý preukazuje splnenie stanovenej požiadavky.</p>	splnil

51.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 (Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist)				áno	spĺňa	FUJIFILM Arietta 65	splnil
Sondy								
52.	2D transtorakálna sektorová sonda s frekvenčným rozsahom s monokryštalicou technológiou min.1-5 MHz, hĺbka zobrazenia min.345 mm, FOV min.90°	ks	1			spĺňa/1-5 MHz, hĺbka zobrazenia 350mm, FOV 90°	FUJIFILM Arietta 65	splnil
53.	Abdominálna konvexná sonda s frekvenčným rozsahom 1-5,5 MHz, hĺbka zobrazenia min. 400mm, FOV min. 100°	ks	1			spĺňa/ 1-6MHz, hĺbka zobrazenia 400mm, FOV 120°	FUJIFILM Arietta 65	splnil
54.	Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz, hĺbka zobrazenia min. 180 mm, min. 192 elementov	ks	1			spĺňa/ 2-12MHz, hĺbka zobrazenia 200mm, počet elementov 256	FUJIFILM Arietta 65	splnil
55.	2D transezofageálna-echokardiografická sonda s frekvenčným rozsahom vrátane funkcie elektronickej rotácie roviny zobrazenia variabilne po jednotkách stupňov od 0 po 180 stupňov, min.3-8 MHz , min. 3-7 MHz , FOV min. 90°	ks	1			spĺňa/2-8MHz, FOV 90°	FUJIFILM Arietta 65	splnil

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek v časti III. predmetu zákazky:

Komisia konštatuje, že uchádzač **UNIQUE Medical s.r.o., Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava IČO:46729429** splnil požiadavky v časti III. predmetu zákazky stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Členovia komisie :	Podpis
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FEAN, FESO - člen s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Igor Gaľa, PhD., MPH - člen s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Marek Feišóci, PhD. - člen s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Ľubomír Demský - člen s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH - člen komisie - člen s právom vyhodnocovať ponuky	
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	

V Košiciach, dňa 06.10.2023