

Titulný list

Predmet zákazky: **Oxygenátory a hadicové sety**

Súpis všetkých predložených dokumentov:

Ostatné:

1. Príloha č. 1
2. Príloha č. 2
3. Príloha č. 3
4. Príloha č. 4
5. Príloha č. 5
6. Príloha č. 6
7. Príloha č. 7
8. Doklady bez osobných údajov
9. Zoznam hospodárskych subjektov
10. Prospekt
11. ŠUKL kód
12. ES vyhlásenie o zhode a CE certifikát
13. Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v zozname ŠZM

Údaje zodpovednej osoby v elektronickej aukcii:

Richard Kylian
kylian@timed.sk
+421 2 4820 9514

Richard Kylian
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 SP

Identifikačné údaje uchádzača

Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača: **TIMED, s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
IČO: 00602175
DIČ: 2020459067

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko: **Richard Kylian**
Telefónne číslo: +421 905 653 600
E-mail: kylian@timed.sk

Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu

Meno a priezvisko: **Richard Kylian**
Telefónne číslo: +421 905 653 600
E-mail: kylian@timed.sk

V: Bratislava

Dňa: 5.9.2023

Richard Kylian - konateľ spoločnosti

Príloha č. 2 SP

Vyhlasenie uchádzača vo verejnom obstarávaní

Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača: **TIMED, s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
IČO: 00602175
DIČ: 2020459067

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predložennom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V: Bratislava

Dňa: 5.9.2023

Richard Kylian - konateľ spoločnosti

Príloha č. 3 SP

Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok

Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY**VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE
S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK**

Obchodný názov uchádzača: **TIMED, s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
IČO: 00602175
DIČ: 2020459067

Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad **SÚHLASÍ**.

Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):

Časť č.	Názov príslušnej časti predmetu zákazky
2.	Oxygenátory a hadicová sety skupiny 2

V: Bratislave

Dňa: 5.9.2023

.....
Richard Kylian - konateľ spoločnosti

Príloha č. 4 k SP

Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov

Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY

Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov

Obchodný názov uchádzača: **TIMED, s.r.o.**

Sídlo uchádzača: Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO: 00602175

DIČ: 2020459067

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- som neposkytol a neposkytnem akejkolvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

V: **Bratislave**

Dňa: **5.9.2023**

Richard Kylian - konateľ spoločnosti

Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 2 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 2

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oxygenátor			
<i>Oxygenátory pre dospelých, potiahnuté hydrofilným biokompatibilným polymérovým coatingom, pre pacientov s poruchou hemokoagulácie s nasledovnými parametrami:</i>			
1.	všetky komponenty potiahnuté hydrofilným biokompatibilným, polymérovým coatingom	SPĽŇA	
2.	oxygenátor vyrobený metódou fázovej separácie,	SPĽŇA	
3.	membrána zložená z dutých vlákien,	SPĽŇA	
4.	hodnoty krvného prietoku od 0.5 do 7 l/min,	SPĽŇA	
5.	oxygenačná plocha oxygenátora 2,5 m ² a viac,	SPĽŇA	
6.	hodnoty prenosu O ₂ nad 400 ml/min,	SPĽŇA	
7.	minimálny transfer CO ₂ 300 ml/min,	SPĽŇA	
8.	základná náplň 280 ml, operačná do 500 ml.,	SPĽŇA	
9.	pressure drop 80 mmHg a menej pri prietoku krvi 4 l/min,	SPĽŇA	
10.	oddeliteľný pevný venózný rezervoár o kapacite 4000 ml s integrovaným kardiotoomickým rezervoárom, s oddelenými vtokmi, vhodný aj pre pooperačné použitie,	SPĽŇA	
11.	index efektivity výmenníka 0.5 a viac,	SPĽŇA	
12.	autotransfúziu, odsávací rezervoár, vhodný aj na použitie VAVD,	SPĽŇA	
13.	horná časť rezervoára otočná s integrovaným kardiotoomickým rezervoárom, pre vstupy hadicového perfúzneho systému,	SPĽŇA	
14.	venózný vstup otočný,	SPĽŇA	
15.	oxygenátor otočný voči rezervoáru,	SPĽŇA	
16.	viacpoložková možnosť využitia oxygenátora,	SPĽŇA	
17.	kardiotoomický filter so stupňom zachytiteľnosti do 30 mikróv,	SPĽŇA	
18.	nízky zádržný objem a zádržný čas rezervoára – pod 100 ml,	SPĽŇA	
19.	minimálny operačný objem kardiotoomického rezervoára 200 ml/min,	SPĽŇA	
20.	maximálny krvný prietok filtrom kardiotoomického rezervoára – minimálne 5 l/min,	SPĽŇA	
21.	oxygenátor prispôsobivý pre rôzne typy hadicových senzorov,	SPĽŇA	
22.	nízky minimálny pracovný objem – do 480 ml, z toho pracovný objem oxygenátora 280 ml a rezervoára 200 ml	SPĽŇA	
Položka č. 2 - Hadicový set			
Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:			
1.	arteriálny filter (ak nie je integrovaný v oxygenátore),	SPĽŇA	
2.	kyslíkový filter,	SPĽŇA	
3.	arteriálna (3/8) a venózna linka (1/2), 1 ks cca 160-180cm,	SPĽŇA	
4.	arteriálna linka (3/8) pre čerpadlo so silikónovou vložkou (1/2) cez čerpadlo 1 ks o celkovej dĺžke cca 180cm,	SPĽŇA	
5.	hadice pre odsávanie (1/4) 3ks v dĺžke cca 350 až 400 cm,	SPĽŇA	
6.	vysávačové nadstavce minimálne 2 ks,	SPĽŇA	
7.	recirkulačné drény s chlopničkou proti spätnému toku 2ks,	SPĽŇA	
8.	odberovú rampičku pre odber krvi na laboratórne vyšetrenie – ak nie je súčasťou oxygenátora	SPĽŇA	
9.	spojky: priame ¼ - ¼, 3/8 - 3/8, 3/8 - 1/2, ½ - 1/2, Y-ové, 3/8 – 3/8 – 3/8, 3/8 - 3/8 - 1/4, (prípadná zmena veľkosti),	SPĽŇA	
10.	spojky podľa potreby pre určitý typ oxygenátora,	SPĽŇA	

11.	dvojcestný kohútik 2x, trojcestný kohútik 3x, adaptér – male – female,	SPĺŇA	
12.	vak pre odber heparinizovanej krvi – možnosť zabudovania do venóznej linky,	SPĺŇA	
13.	rýchloplnič rezervoára - Y-ová hadica (1/4) cca 120cm s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoára, s uzatváracou tlačkou (okluder) – 1 ks.	SPĺŇA	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TIMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

V: Bratislava

Dňa: 5.9.2023

Richard Kylian - konateľ spoločnosti

Príloha č. 6 SP
Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY

KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

Časť č. 2 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 2

Por. č.	Názov položky	Mer. jed. (MJ)	Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)	Jednotková cena za MJ v EUR				Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR		
				bez DPH	sadzba DPH v %	DPH v EUR	s DPH	bez DPH	DPH v EUR	s DPH
1.		3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Oxygenátor	ks	750	505,83	20%	101,17	607,00	379 372,50	75 874,50	455 247,00
2.	Hadicový set	ks	750	187,58	20%	37,52	225,10	140 685,00	28 137,00	168 822,00
SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky:								520 057,50		624 069,00

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača: **TIMED, s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
IČO: 00602175
DIČ: 2020459067

V: Bratislave
Dňa: 5.9.2023

Richard Kylian - konateľ spoločnosti

Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY

Sortiment ponúkaného tovaru

Časť č. 2 - Oxygenátory a hadicové sety skupiny 2

Položka č. 1 - Oxygenátor

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	CPV kód	ŠUKL	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných SZM	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR			Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Oxygenator Affinity NT/with Balance	Medtronic	541B	33186000-7	P70926	X02100	ANO	ks	bez DPH	sadzba DPH v %	s DPH	750

Položka č. 2 - Hadicový set

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	CPV kód	ŠUKL	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných SZM	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR			Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Hadicový set	Medtronic	M422501C	33186000-7	P70926	X00819	ANO	ks	bez DPH	sadzba DPH v %	s DPH	750

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:

TIMED, s.r.o.
Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava
00602175
2020459067

V: Bratislave
Dňa: 5.9.2023

Richard Kylian - konateľ spoločnosti

Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY

ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV

I. Na realizácii predmetu zmluvy

☐ *sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

P.č.	Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Údaje o osobe oprávnenej konat' za subdodávateľa	Predmet subdodávky	Podiel plnenia zmluvy v %	Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.

Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

II. Na realizácii predmetu zmluvy

☒ *sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami*

V: Bratislava
Dňa: 5.9.2023

.....
Richard Kylian - konateľ spoločnosti

Čestné vyhlásenie uchádzača – Zoznam hospodárskych subjektov

Čestne vyhlasujeme, že sme zapísaný v zozname podnikateľov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Platnosť zápisu od: 15.2.2023
Platnosť zápisu do: 15.2.2026

2. Registračné číslo: 2023/02-PO-D2613

Richard Kylian
konateľ spoločnosti