



Všetkým účastníkom zaradeným  
do DNS ID 36478  
(prostredníctvom systému JOSEPHINE)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SE-VO-2023/004697

Vybavuje/linka

Mgr. Jozef Bálint /+421250944564

Miesto/dátum

Bratislava/21.09.2023

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

---

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok\_DNS, v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok zo slín“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE v rámci predmetnej zákazky.

#### Otázka č. 1

Bude verejný obstarávateľ akceptovať pri teste maximálne hodnoty uvedené nižšie:

Amfetamíny (Amphetamines) 50 ng/ml

Kokaín/crack (Cocaine) 20 ng/ml

Metamfetamíny a extáza (Methamphetamine, MDMA) 50 ng/ml

Opiáty/heroin/morfín (Opiates, Morphine) 40 ng/ml

Benzodiazepín (Benzodiazepines) 10 ng/ml

Marihuana/hašiš/THC (Cannabis) 50 ng/ml

#### Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ pre naplnenie účelu použitia testov trvá na hodnotách uvedených v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.

S pozdravom

Mgr. Ľubomír Kubička  
riaditeľ odboru verejného obstarávania