

# R-RTG

- \* NAPAŤOVÁ SÚSTAVA : 400/230V, str.50Hz, TN – C – S
- \* OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA, PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
- \* TYP : SKRÍŇOVÝ ROZVÁDZAČ – 1 POLE
- \* ROZMĚRY POLÍ : 1.POLE – 600 x 1200 x 400 mm (š x v x hl.)



prívody a vývody zhora

- \* INŠTALOVANÝ PRÍKON : CELKOM  $P_i = 80 \text{ kW}$
- \* SÚDOBOŠŤ :  $B = 0,6$
- \* SÚDOBÝ PRÍKON :  $P_s = 50 \text{ kW}$
- \* KRYTIE : IP 40/20
- \* POZN. : ROZVÁDZAČ S PRIESTOROVOU REZERVOU 25 %

Hlavný prívod prúdu pre vnesený skiagrafický komplet, 5 vodičový Cu, vodiče dimenzovať podľa týchto udaných hodnôt: 400V+/-10%+N+PE, 50 Hz+/-1Hz, dimenzovať pre nárazový príkon 105 kVA. Požiadavka na maximálny odpor siete 0,11 Ohm. Istenie v technologickom rozvážači RTG – 50 A.

zapojenie upraviť podľa dodaného RTG !!

Revízie	Vypracoval	Popis obsahu revízie	Dátum

 <b>EI PROJEKT</b> PROJEKTOVANÍ ZDRAVOTNÍCKE VÝSTAVBY		Hlavný inžinier projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedúci projektant zákazky: ING. JAN ZAMRZLA		Investor:  Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica Tel. +421 484 411 111 www.fnsfpdr.sk	
Profesia: <b>EL</b>		Spracovateľ oddielu EI PROJEKT s.r.o., Nemanická 14/440, České Budějovice 370 10 Tel: +420 387 018 155 Fax: +420 387 220 007 E-mail: frantisek.mraz@eiprojekt.cz		Autorizácia:	
Zodpovedný projektant: ING. FRANTIŠEK MRÁZ		Vypracoval: ING. FRANTIŠEK MRÁZ		Kontroloval: ING. FRANTIŠEK MRÁZ	
Akcia: <b>KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA OPERAČNÝCH SÁL, URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA</b>		Zákazkové číslo: DPS 22 - 2011		Paré:	
Objekt: PRÍSTAVBA A REKONŠTRUKCIA BLOKU A – I.ETAPA SO 01.1		Dátum: 10 - 2011		Formát: 3x A4	
Obsah: F.1.6 SILNOPRÚDOVÉ ELEKTROINŠTALÁCIE ROZVÁDZAČ - R-RTG		Stupeň: REALIZÁCIA STAVBY		Mierka: -	
				Číslo výkresu: <b>F1.1.06-128</b>	

R-RTG

1200mm

