

DODÁVKA SIEMENS - RTG YSIO :

SZ - stropný záves RTG lampy
SK - stropné koľajnice závesu RTG lampy (2 ks)
SD - stojan detektora
MD - držiak mobilného detektora
T - pacientsky stôl
PU - generátor R65 kW
AS - akvizičná stanica so stolom 100/80 cm

DODÁVKA A MONTÁŽ STAVBY :

DO - diagnostické okno 100/80 cm. Okno je dodávkou firmy Puroklima
Umývadlo v RTG vyšetrovni
Pb - Ekvivalent ochrany pred ionizačným žiarením na stenách, dverách a okne RTG vyšetrovne podľa projektu radiačnej
ochrany, vyjadrená v ekvivalente olova. Hrúbku ochrannej vrstvy na stenách a dverách označte nápisom výšky 3 cm
15-77 - Antistatická, elektrostaticky vodivá uzemnená podlahová krytina. Zvodový odpor podľa STN 34 1382
musí byť $5x10^4$ Ω - 10^6 Ω. Zvodová sieť antistatickej podlahy musí byť spojená s prípojnicou pospájania.
HRT - hlavný rozvádzač technológie RTG zariadenia - dodáva aj zapája stavba, schéma je súčasťou technologického projektu
VP - vyrovnávač potenciálu
EAT - hlavný vypínač RTG zariadenia ON/OFF vo výške 1800 mm nad podlahou
AT - núdzový vypínač RTG zariadenia „OFF" s aretáciou vo výške 1800 mm nad podlahou
PC - dvojitá zásuvka počítačovej siete - rieši projektant slaboprúdu, parametre siete: 1 GBit. Ostatné zásuvky počítačovej
siete, požadované užívateľom, rieši projekt slaboprúdu. Doporučená výška 30-40 cm nad podlahou
ADSL - samostatná ADSL linka so statickou IP adresou pre diaľkový servis RTG zariadenia, zabezpečuje užívateľ
Z - el. zásuvka 230 V/16 A, podľa STN 33 2000-4 -41, 1200 mm vysoko
Z´ - el. zásuvka 230 V/16 A, podľa STN 33 2000-4 -41, 400 mm vysoko
U - Uzemňovacie svorky pre uzemnenie pojazdných prístrojov
C-] - kovanie na dverách : guľa - kľučka

POZNÁMKA:

Kóty sú udané v mm od čistej (obloženej) steny, alebo podlahy.
V neoznačených priestoroch je prostredie základné.
Typ miestnosti podľa STN 332140, príloha 7, je uvedený pri názve miestnosti.
Tento projekt obsahuje len technické podmienky pre inštaláciu RTG zariadenia a jeho súčastí, jeho predmetom nie je riešenie interiérov a vybavenie pracoviska inými zariadeniami. Nábytkové vybavenie pracoviska si zabezpečuje investor.
Všetky zmeny, ktoré vzniknú pri riešení projektu stavby zo strany GP, alebo ktoré vzniknú pri realizácii, musia byť prejednané s projektantom a dodávateľom zariadenia.
Rozhodujúce kóty, ktoré je nutné bezpodmienečne dodržať, sú kóty umiestnenia orientačného bodu, od ktorého sa odvíjajú všetky ďalšie rozmery. Pri akýchkoľvek zmenách a posunoch sa držte polohy orientačného bodu !

±0,000 = 410,72 m n.m.

HOSPING spol. s r.o
Bajkalská 29
821 05 Bratislava

Hlavný inžinier projektu:
ING. LUDĚK TOMEK
Vedúci projektant zákazky:
ING. JAN ZAMRZLA

Investor:
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica
Tel. +421 484 411 111 www.fnspfdr.sk

Profesia: ZDRAVOTNÍCKA TECHNOLÓGIA
Spracovateľ oddielu: HOSPING spol. s r.o.
Tel: +421 2 43427653 Fax: +421 2 43427652
E-mail: hlavata@hosping.sk
Autorizácia:

Zodpovedný projektant: ING. EVA HLAVATÁ
Vypracoval: ING. EVA HLAVATÁ
Kontroloval:

Akcia:	KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA OPERAČNÝCH SÁL, URGENTNÉHO PRÍJMU A CENTRÁLNEJ STERILIZÁCIE FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA BANSKÁ BYSTRICA	Zákazkové číslo:	49 2011
		Dátum:	10 - 2011
		Formát:	3 A4
Objekt:	PRÍSTAVBA A REKONŠTRUKCIA BLOKU A – I.ETAPA SO 01.1	Stupeň:	REALIZÁCIA STAVBY
Obsah:	1.NP - TECHNOLOGICKÁ DISPOZÍCIA RTG PRACOVISKA SIEMENS YSIO	Mierka:	1:50
		Číslo výkresu:	**49 11 - 1**

Paré:

BB Ysio 1.dwg 10.10.2011 15:11:04