

VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 09/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „**Elektrochirurgický generátor**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky.

Oznámenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.josephine.proebiz.com. Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 4 potencionálnym dodávateľom. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímal 1 ďalší dodávateľ. Svoju ponuku predložili 2 potenciálni dodávatelia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY																
1.1 Názov predmetu zákazky: Elektrochirurgický generátor																
1.2 CPV: 31120000-3 Generátory 33190000-8 Rôzne lekárske zariadenia a výrobky 50421000-2 Opravy a údržba lekársnych zariadení 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)																
1.3 Druh: tovar, služba																
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY																
Diskéčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivé štruktúry Zloženie systému: Elektro-generátor – 1 ks, Bipolárny generátor - 1 ks, Prístrojový vozík – 1 ks Požaduje sa jednorazové dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja vrátane pozáručného servisu bez náhradných dielov v trvaní 60 mesiacov.																
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY																
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky 3.1.a) Rozdelenie na časti: ☐ Áno ☒ Nie 3.1.b) Zoznam položiek: <table> <tr> <th>Poradové číslo</th> <th>Názov položky predmetu zákazky</th> <th>MJ</th> <th>Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie</th> </tr> <tr> <td>Položka č. 1</td> <td>Elektrochirurgický generátor</td> <td>ks</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Položka č. 2</td> <td>Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)</td> <td>mesiac</td> <td>60</td> </tr> </table>					Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie	Položka č. 1	Elektrochirurgický generátor	ks	1	Položka č. 2	Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)	mesiac	60
Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ za zmluvné obdobie													
Položka č. 1	Elektrochirurgický generátor	ks	1													
Položka č. 2	Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)	mesiac	60													
3.2 Dostupnosť na trhu: ☒ Bežná dostupnosť ☐ Nie bežná dostupnosť																
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY																
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky (Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK)		Surgitech s. r. o. Zárubova 1 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	ULTRAMED s.r.o. Š. Moyseša 431/14 Žiar nad Hronom 965 01	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY												
		Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky												
Položka č. 1 - Elektrochirurgický generátor		xxx	xxx	Položka č. 1 - Elektrochirurgický generátor												
1.1	Elektro-generátor	spĺňa	ESG-410	1.1	Elektro-generátor											
1.1.1	Všeobecná špecifikácia:	spĺňa		1.1.1	Všeobecná špecifikácia:											
1.1.1.1	Medicínsky atest	spĺňa	spĺňa	1.1.1.1	Medicínsky atest											
1.1.1.2	Vybavený min. 4 variabilne konfigurovateľnými zásuvkami, z toho min. 2 možno použiť pre monopolár a min. 2 možno použiť pre bipolár	spĺňa	spĺňa / 2 monopolárne zásuvky, 1 štandardná bipolárna zásuvka, 2x pre pokročilé bipolárne inštrumenty	1.1.1.2	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA											
1.1.1.3	Zariadenie musí umožňovať pripojiť min. 2 monopolárne nástroje súčasne a min. 3 bipolárne nástroje súčasne	spĺňa	nesplňa	1.1.1.3	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA											
1.1.1.4	Požadujeme, že všetky vstupy musia byť ovládateľné nožným spínačom (pripojenie min. 2 nožných spínačov súčasne) a ručným spínačom	spĺňa	spĺňa	1.1.1.4	Požadujeme, že všetky vstupy musia byť ovládateľné nožným spínačom (pripojenie min. 2 nožných spínačov súčasne) a ručným spínačom											
1.1.1.5	Bipolárne vstupy musia umožňovať automatický štart pre bipolárne nástroje	spĺňa	spĺňa	1.1.1.5	Bipolárne vstupy musia umožňovať automatický štart pre bipolárne nástroje											
1.1.1.6	Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 bipolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku	spĺňa	nesplňa	1.1.1.6	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA											
1.1.1.7	Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 monopolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku	spĺňa	nesplňa	1.1.1.7	Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 monopolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku											
1.1.1.8	Aktivovaná zásuvka musí byť svetelne zvýraznená	spĺňa	spĺňa / na displeji sa svetelne zvýrazní používaná zásuvka	1.1.1.8	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA											
1.1.1.9	Do zásuviek je možné zapojiť min. nasledovné druhy koncoviek káblu: Monopolar: 3 pin, „Bovie“, 4 mm koncovka, 5 mm koncovka. Bipolár: 2 pin, bipolár „Erbe“.	spĺňa	spĺňa	1.1.1.9	Do zásuviek je možné zapojiť min. nasledovné druhy koncoviek káblu: Monopolar: 3 pin, „Bovie“, 4 mm koncovka, 5 mm koncovka. Bipolár: 2 pin, bipolár „Erbe“.											
1.1.1.10	Jednotlivé zásuvky musia byť vybavené funkciou automatického rozpoznania zapojeného káblu, resp. nástroja	spĺňa	spĺňa	1.1.1.10	Jednotlivé zásuvky musia byť vybavené funkciou automatického rozpoznania zapojeného káblu, resp. nástroja											
1.1.1.11	Požadujeme ovládanie generátora prostredníctvom plne farebného dotykového displeja	spĺňa	spĺňa	1.1.1.11	Požadujeme ovládanie generátora prostredníctvom plne farebného dotykového displeja											
1.1.1.12	Displej z tvrdného skla, resp. iného odolného materiálu	spĺňa	spĺňa	1.1.1.12	Displej z tvrdného skla, resp. iného odolného materiálu											
1.1.1.13	Displej možno hygienicky čistiť, odolný voči poškrabaniu, dezinfekcii	spĺňa	spĺňa	1.1.1.13	Displej možno hygienicky čistiť, odolný voči poškrabaniu, dezinfekcii											
1.1.1.14	Možnosť upgradu	spĺňa	spĺňa	1.1.1.14	Možnosť upgradu											
1.1.1.15	Možnosť spojenia a komunikácie generátoru s argónovou jednotkou	spĺňa	nesplňa	1.1.1.15	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA											
1.1.2	Programovanie špecifických nastavení elektro-generátoru:	spĺňa		1.1.2	Programovanie špecifických nastavení elektro-generátoru:											
1.1.2.1	Jednoduchý výber funkcií a parametrov cez dotykový displej generátoru	spĺňa	spĺňa	1.1.2.1	Jednoduchý výber funkcií a parametrov cez dotykový displej generátoru											
1.1.2.2	Minimálne 1 permanentne predprogramované nastavenie pre všetky režimy	spĺňa	spĺňa	1.1.2.2	Minimálne 1 permanentne predprogramované nastavenie pre všetky režimy											
1.1.2.3	Množstvo voľne konfigurovateľných nastavení, najmenej 99	spĺňa	nesplňa / možnosť uložiť max. 39 konfigurovateľných nastavení	1.1.2.3	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA											
1.1.2.4	Možnosť vytvárania konfigurácií podľa disciplín, indikácií alebo priamo na užívateľa/operátéra, s možnosťou uloženia na prenosné pamäťové médium	spĺňa	spĺňa / bez možnosti uloženia na pamäťové médium	1.1.2.4	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA											
1.1.2.5	Možnosť prenosu nahranej konfigurácie (podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operátéra) prostredníctvom pamäťového média na iný generátor toho istého typu	spĺňa	nesplňa	1.1.2.5	VYPÚŠŤA SA											
1.1.2.6	Sprievodné menu programov nastavenia	spĺňa	spĺňa	1.1.2.6	Sprievodné menu programov nastavenia											
1.1.2.7	Prepojenie na PC	spĺňa	spĺňa / len pre servisné úkony	1.1.2.7	VYPÚŠŤA SA											
1.1.2.8	Uchovanie chýb v jednoduchom texte a s číslom kódu	spĺňa	spĺňa	1.1.2.8	Uchovanie chýb v jednoduchom texte a s číslom kódu											
1.1.3	Ochranné funkcie elektro-generátoru:	spĺňa		1.1.3	Ochranné funkcie elektro-generátoru:											
1.1.3.1	Automatické sledovanie pripojenia neutrálnej elektródy k jednotke (kábel)	spĺňa	spĺňa	1.1.3.1	Automatické sledovanie pripojenia neutrálnej elektródy k jednotke (kábel)											
1.1.3.2	Automatické sledovanie správneho umiestnenia neutrálnej elektródy	spĺňa	spĺňa	1.1.3.2	Automatické sledovanie správneho umiestnenia neutrálnej elektródy											
1.1.3.3	Automatické sledovanie symetrie číastkových vŕ-prúdov cez neutrálnu elektródu v závislosti od vŕ prúdu	spĺňa	spĺňa	1.1.3.3	Automatické sledovanie symetrie číastkových vŕ-prúdov cez neutrálnu elektródu v závislosti od vŕ prúdu											
1.1.3.4	Automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vŕ prúdu	spĺňa	spĺňa	1.1.3.4	Automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vŕ prúdu											
1.1.3.5	Automatické sledovanie aktivačného času	spĺňa	spĺňa	1.1.3.5	Automatické sledovanie aktivačného času											
1.1.3.6	Automatické sledovanie nesprávnej dávky	spĺňa	nesplňa	1.1.3.6	VYPÚŠŤA SA											
1.1.3.7	Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky	spĺňa	spĺňa	1.1.3.7	Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky											

1.1.3.8	Automatické rozoznávání chýb, správy chýb, dokumentácia chýb	spĺňa	spĺňa	1.1.3.8	Automatické rozoznávání chýb, správy chýb, dokumentácia chýb
1.1.4	Monopolárne a bipolárne rezanie:	spĺňa		1.1.4	Monopolárne a bipolárne rezanie:
1.1.4.1	Požaduje sa minimálne deväť rozličných rezacích režimov, vrátane argónového rezu	spĺňa	nesplňa / počet monopolárných rezacích režimov 8, bipolárných rezacích režimov 2, bez režimu argonový rez	1.1.4.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.4.2	Všetky režimy musia byť reprodukovateľne nastaviteľné so zachovaním rovnakej kvality rezu	spĺňa	spĺňa	1.1.4.2	Všetky režimy musia být reprodukovateľne nastaviteľné so zachovaním rovnakej kvality rezu
1.1.4.3	Nastavitelnost režimov musí umožňovat procedury od mikrooperativy až po najsilnější vaporizáciu	spĺňa	spĺňa	1.1.4.3	Nastavitelnost režimov musí umožňovat procedury od mikrooperativy až po najsilnější vaporizáciu
1.1.5	Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:	spĺňa		1.1.5	Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:
1.5.1.1	Musí byť k dispozícii minimálne deväť rozličných koagulačných režimov, vrátane argon-plazma koagulácie a rezu	spĺňa	nesplňa / počet monopolárných koagulačných režimov 6, bipolárných 4, bez režimu argon-plazma	1.5.1.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.5.1.2	Automatická regulácia napätia pre reprodukovateľnú bipolárnu a monopolárnu koaguláciu s automatickým udržiavaním výstupného výkonu	spĺňa	spĺňa	1.5.1.2	Automatická regulácia napätia pre reprodukovateľnú bipolárnu a monopolárnu koaguláciu s automatickým udržiavaním výstupného výkonu
1.5.1.3	Automatická regulácia sily pre rapidnu nelepivú koaguláciu s minimom karbonizácie	spĺňa	spĺňa	1.5.1.3	Automatická regulácia sily pre rapidnu nelepivú koaguláciu s minimom karbonizácie
1.5.1.4	Dvojitá koagulácia: Súbežná aktivácia s „bezkontaktným koagulačným režimom“ s dvoma nástrojmi	spĺňa	nesplňa / z bezpečnostných dôvodov nieje možné aktivovať 2 nástroje súčasne	1.5.1.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.5.1.5	Jemné nastavovanie výkonov	spĺňa	spĺňa	1.5.1.5	Jemné nastavovanie výkonov
1.5.1.6	Separátne nastavovanie sily a výkonu	spĺňa	spĺňa	1.5.1.6	Separátne nastavovanie sily a výkonu
1.1.6	Špecifikácie – povinné:	spĺňa		1.1.6	Špecifikácie – povinné:
1.1.6.1	Štandardný rez	spĺňa		1.1.6.1	Štandardný rez
1.1.6.1.1	Monopolárne rezanie v režime Štandardný rez	spĺňa	spĺňa / Režim s názvom PureCut	1.1.6.1.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.1.2	Nominálny vf výkon najmenej 350 W	spĺňa	nesplňa / výkon max. 300W	1.1.6.1.2	NOVÁ HODNOTA: Nominálny vf výkon max. 300 W
1.1.6.1.3	Automatická regulácia účinku	spĺňa	spĺňa	1.1.6.1.3	Automatická regulácia účinku
1.1.6.1.4	Automatická podpora incisie	spĺňa	nesplňa	1.1.6.1.4	VYPÚŠŤA SA
1.1.6.1.5	Nastaviteľný výkon vo wattoch	spĺňa	spĺňa	1.1.6.1.5	Nastaviteľný výkon vo wattoch
1.1.6.1.6	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp	spĺňa	nesplňa / maximálna špička napätia 700Vp	1.1.6.1.6	NOVÁ HODNOTA: Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 700 Vp
1.1.6.1.7	Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov	spĺňa	nesplňa	1.1.6.1.7	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.2	Laparoskopický rez	spĺňa		1.1.6.2	Laparoskopický rez
1.1.6.2.1	Monopolárne rezanie v režime Laparoskopický rez	spĺňa	spĺňa / Režim s názvom PureCut	1.1.6.2.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.2.2	Nominálny vf výkon najmenej 200 W	spĺňa	spĺňa / výkon max. 300W	1.1.6.2.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.2.3	Automatická regulácia účinku	spĺňa	spĺňa	1.1.6.2.3	Automatická regulácia účinku
1.1.6.2.4	Automatická podpora incisie	spĺňa	nesplňa	1.1.6.2.4	VYPÚŠŤA SA
1.1.6.2.5	Nastaviteľný výkon vo wattoch	spĺňa	spĺňa	1.1.6.2.5	Nastaviteľný výkon vo wattoch
1.1.6.2.6	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp	spĺňa	nesplňa / maximálna špička napätia 700Vp	1.1.6.2.6	NOVÁ HODNOTA: Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 700 Vp
1.1.6.2.7	Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov	spĺňa	nesplňa	1.1.6.2.7	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.3	Suchý rez	spĺňa		1.1.6.3	Suchý rez
1.1.6.3.1	Monopolárne rezanie v režime Suchý rez	spĺňa	spĺňa / Režim s názvom BlendCut	1.1.6.3.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.3.2	Nominálny vf výkon najmenej 200 W	spĺňa	spĺňa	1.1.6.3.2	Nominálny vf výkon najmenej 200 W
1.1.6.3.3	Nastaviteľná výkon vo wattoch	spĺňa	spĺňa	1.1.6.3.3	Nastaviteľná výkon vo wattoch
1.1.6.3.4	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 1600 Vp	spĺňa	spĺňa / max. 1400Vp	1.1.6.3.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.3.5	Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov	spĺňa	nesplňa	1.1.6.3.5	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.3.6	Automatická regulácia sily	spĺňa	spĺňa	1.1.6.3.6	Automatická regulácia sily
1.1.6.4	Precizny rez	spĺňa		1.1.6.4	Precizny rez
1.1.6.4.1	Monopolárne rezanie v režime Precizny rez - zvlášť jemne regulovaný rez	spĺňa	spĺňa / Režim s názvom FineCut	1.1.6.4.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.4.2	Nominálny vf výkon najmenej 50 W	spĺňa	spĺňa / Max. 120W	1.1.6.4.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.4.3	Nastaviteľná výkon vo wattoch	spĺňa	spĺňa	1.1.6.4.3	Nastaviteľná výkon vo wattoch
1.1.6.4.4	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 450 Vp	spĺňa	nesplňa / max. 560 Vp	1.1.6.4.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.4.5	Vyhovujúci pre jemnú operatívu	spĺňa	spĺňa	1.1.6.4.5	Vyhovujúci pre jemnú operatívu
1.1.6.4.6	Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov	spĺňa	nesplňa	1.1.6.4.6	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.4.7	Automatická regulácia sily	spĺňa	spĺňa	1.1.6.4.7	Automatická regulácia sily
1.1.6.5	Štandardný bipolárny rez	spĺňa		1.1.6.5	Štandardný bipolárny rez
1.1.6.5.1	Bipolárne rezanie v režime Štandardný bipolárny rez	spĺňa	spĺňa / S názvom BipolarCut	1.1.6.5.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.5.2	Nominálny vf výkon najmenej 200 W	spĺňa	nesplňa / Max výkon je 100W	1.1.6.5.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.5.3	Nastaviteľný výkon vo wattoch	spĺňa	spĺňa	1.1.6.5.3	Nastaviteľný výkon vo wattoch
1.1.6.5.4	vf napätie neprekročí (ani špičkove) hodnotu 400 Vp	spĺňa	nesplňa / max. 645 Vp	1.1.6.5.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.5.5	Automatická regulácia napätia	spĺňa	spĺňa	1.1.6.5.5	Automatická regulácia napätia
1.1.6.5.6	Automatická regulácia sily	spĺňa	spĺňa	1.1.6.5.6	Automatická regulácia sily
1.1.6.6	Argónový rez	spĺňa	nesplňa	1.1.6.6	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.6.1	Monopolárne rezanie v režime Argónový rez	spĺňa	nesplňa	1.1.6.6.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.6.2	Nominálny vf výkon najmenej 300 W	spĺňa	nesplňa	1.1.6.6.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.6.3	Nastaviteľný výkon vo wattoch	spĺňa	nesplňa	1.1.6.6.3	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.6.4	Automatická regulácia účinku	spĺňa	nesplňa	1.1.6.6.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.6.5	Automatická podpora incisie	spĺňa	nesplňa	1.1.6.6.5	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.6.6	Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp	spĺňa	nesplňa	1.1.6.6.6	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.6.7	Najmenej osem rozličných hemostatických výkonov	spĺňa	nesplňa	1.1.6.6.7	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
Všetky režimy rezania opísané v 1.1.6.1 až 1.1.6.6 môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek.		spĺňa		Všetky režimy rezania opísané v 1.1.6.1 až 1.1.6.6 môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek.	
1.1.6.7	Lahká koagulácia	spĺňa		1.1.6.7	Lahká koagulácia

1.1.6.7.1	Monopolárna koagulácia v režime Lahká koagulácia	spĺňa	spĺňa / s názvom SoftCoag	1.1.6.7.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.7.2	Nominálny vf výkon najmenej 120 W	spĺňa	nesplňa	1.1.6.7.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.7.3	Nastaviteľný výkon	spĺňa	spĺňa	1.1.6.7.3	Nastaviteľný výkon
1.1.6.7.4	vf napätie nižšie ako 250 Vp	spĺňa	spĺňa / max. 220Vp	1.1.6.7.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.7.5	Najmenej tri rozličné hemostatické výkony	spĺňa	nesplňa	1.1.6.7.5	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.8	Forsirovaná koagulácia	spĺňa		1.1.6.8	Forsirovaná koagulácia
1.1.6.8.1	Monopolárna koagulácia v režime Forsirovaná koagulácia	spĺňa	spĺňa / s názvom ForcedCoag	1.1.6.8.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.8.2	Nominálny vf výkon najmenej 120 W	spĺňa	spĺňa / 120 W	1.1.6.8.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.8.3	Nastaviteľný výkon	spĺňa	spĺňa	1.1.6.8.3	Nastaviteľný výkon
1.1.6.8.4	Najmenej tri rozličné hemostatické výkony	spĺňa	spĺňa	1.1.6.8.4	Najmenej tri rozličné hemostatické výkony
1.1.6.8.5	vf napätie vyššie ako 1500 Vp, maximum 2500 Vp	spĺňa	spĺňa / max. 2000Vp	1.1.6.8.5	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.9	Iskrivá koagulácia	spĺňa		1.1.6.9	Iskrivá koagulácia
1.1.6.9.1	Monopolárna koagulácia v režime Iskrivá koagulácia	spĺňa	spĺňa / s názvom PowerCoag	1.1.6.9.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.9.2	Nominálny vf výkon najmenej 80 W	spĺňa	spĺňa	1.1.6.9.2	Nominálny vf výkon najmenej 80 W
1.1.6.9.3	vf napätie 3500 Vp maximum	spĺňa	spĺňa / Vp 2500max	1.1.6.9.3	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.10	Bezkontaktná - sprejová koagulácia	spĺňa		1.1.6.10	Bezkontaktná - sprejová koagulácia
1.1.6.10.1	Monopolárna koagulácia v režime Bezkontaktná - sprejová koagulácia	spĺňa	spĺňa	1.1.6.10.1	Monopolárna koagulácia v režime Bezkontaktná - sprejová koagulácia
1.1.6.10.2	Nominálny vf výkon najmenej 120 W	spĺňa	spĺňa	1.1.6.10.2	Nominálny vf výkon najmenej 120 W
1.1.6.10.3	Nastaviteľný výkon	spĺňa	spĺňa	1.1.6.10.3	Nastaviteľný výkon
1.1.6.10.4	Najmenej štyri rozličné hemostatické výkony	spĺňa	nesplňa	1.1.6.10.4	VYPÚŠŤA SA
1.1.6.10.5	vf napätie vyššie ako 3000 Vp, maximum 5000 Vp	spĺňa	nesplňa / maximum 4300 Vp	1.1.6.10.5	VYPÚŠŤA SA
1.1.6.11	Laparoskopická koagulácia	spĺňa		1.1.6.11	Laparoskopická koagulácia
1.1.6.11.1	Monopolárna koagulácia v režime Laparoskopická koagulácie	spĺňa	spĺňa / Režim s názvom ForcedCoag	1.1.6.11.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.11.2	Nominálny vf výkon najmenej 120 W	spĺňa	spĺňa	1.1.6.11.2	Nominálny vf výkon najmenej 120 W
1.1.6.11.3	Nastaviteľný výkon	spĺňa	spĺňa	1.1.6.11.3	Nastaviteľný výkon
1.1.6.11.4	vf napätie 1800 Vp maximum	spĺňa	spĺňa / maximum 2000Vp	1.1.6.11.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.12	Dvojkoagulácia	spĺňa		1.1.6.12	Dvojkoagulácia
1.1.6.12.1	Monopolárna koagulácia v režime Dvojkoagulácia	spĺňa	nesplňa	1.1.6.12.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.12.2	Nominálny vf výkon najmenej 120 W	spĺňa	nesplňa	1.1.6.12.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.12.3	Nastaviteľný výkon	spĺňa	nesplňa	1.1.6.12.3	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.12.4	Súčasná aktivácia dvoch nástrojov	spĺňa	nesplňa	1.1.6.12.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.12.5	Najmenej tri rozličné hemostatické výkony	spĺňa	nesplňa	1.1.6.12.5	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.12.6	vf napätie vyššie ako 2000 Vp, maximum 4600 Vp	spĺňa	nesplňa	1.1.6.12.6	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.13	Vysokovýkonná koagulácia	spĺňa		1.1.6.13	Vysokovýkonná koagulácia
1.1.6.13.1	Bipolárna koagulácia vaskulárnych tkanivových štruktúr vysokovýkonnou koaguláciou	spĺňa	nesplňa	1.1.6.13.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.13.2	Vysokoprúdová koagulácia	spĺňa	nesplňa	1.1.6.13.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.13.3	Nominálny vf výkon najmenej 200 W	spĺňa	nesplňa	1.1.6.13.3	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.13.4	Nástroje na opätovné použitie	spĺňa	nesplňa	1.1.6.13.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.13.5	Automatické rozlíšenie nástroja (Plug & Play)	spĺňa	nesplňa	1.1.6.13.5	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.13.6	vf napätie nižšie ako 195 Vp	spĺňa	nesplňa	1.1.6.13.6	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.13.7	Deaktivácia automatickým zastavením	spĺňa	nesplňa	1.1.6.13.7	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.14	Bipolárna štandardná koagulácia	spĺňa		1.1.6.14	Bipolárna štandardná koagulácia
1.1.6.14.1	Bipolárna koagulácia v režime Štandardná koagulácia	spĺňa	spĺňa / s názvom BiSoftCoag	1.1.6.14.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.14.2	Nominálny vf výkon najmenej 120 W	spĺňa	spĺňa	1.1.6.14.2	Nominálny vf výkon najmenej 120 W
1.1.6.14.3	Nastaviteľný výkon	spĺňa	spĺňa	1.1.6.14.3	Nastaviteľný výkon
1.1.6.14.4	vf napätie nižšie ako 155 Vp	spĺňa	nesplňa / max 220Vp	1.1.6.14.4	VYPÚŠŤA SA
1.1.6.14.5	Aktivácia automatickým štartom	spĺňa	spĺňa	1.1.6.14.5	Aktivácia automatickým štartom
1.1.6.14.6	Automatický štart s nastaviteľným časovým oneskorením	spĺňa	spĺňa	1.1.6.14.6	Automatický štart s nastaviteľným časovým oneskorením
1.1.6.14.7	Deaktivácia možná aj automatickým zastavením	spĺňa	nesplňa	1.1.6.14.7	VYPÚŠŤA SA
1.1.6.15	Bipolárna forsirovaná koagulácia	spĺňa		1.1.6.15	Bipolárna forsirovaná koagulácia
1.1.6.15.1	Bipolárna forsirovaná koagulácia - režime Forsirovaná koagulácia	spĺňa	nesplňa	1.1.6.15.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.15.2	Nominálny vf výkon najmenej 90 W	spĺňa	nesplňa	1.1.6.15.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.15.3	Nastaviteľný výkon	spĺňa	nesplňa	1.1.6.15.3	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.15.4	vf napätie nižšie ako 560 Vp	spĺňa	nesplňa	1.1.6.15.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.16	Bipolárna simultánna koagulácia	spĺňa		1.1.6.16	Bipolárna simultánna koagulácia
1.1.6.16.1	Bipolárna simultánna koagulácia	spĺňa	nesplňa	1.1.6.16.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.1.6.16.2	Nominálny vf výkon najmenej 60 W	spĺňa	nesplňa	1.1.6.16.2	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA

1.1.6.16.3	Vf napätie nižšie ako 560 Vp	spĺňa	nesplňa	1.1.6.16.3	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
Všetky koagulačné režimy popísané v 1.1.6.7 až 1.1.6.16 môžu byť nastavené a aktivované nezávisle v závislosti od konfigurácie zásuviek		spĺňa		Všetky koagulačné režimy popísané v 1.1.6.7 až 1.1.6.16 môžu byť nastavené a aktivované nezávisle v závislosti od konfigurácie zásuviek	
1.1.7	Možnosť integrácie generátoru do systému spoločného riadenia operačného sálu	spĺňa	spĺňa	1.1.7	Možnosť integrácie generátoru do systému spoločného riadenia operačného sálu
1.1.8	Príslušenstvo ku generátoru	spĺňa	spĺňa	1.1.8	Príslušenstvo ku generátoru
1.1.8.1	1x dátové médium na prenos nahratých individuálnych konfigurácií v rámci systému	spĺňa	spĺňa	1.1.8.1	1x dátové médium na prenos nahratých individuálnych konfigurácií v rámci systému
1.1.8.2	1x nožný ovládač – dvojtlačidlový	spĺňa	spĺňa	1.1.8.2	1x nožný ovládač – dvojtlačidlový
1.1.8.3	1x uzemňovací kábel	spĺňa	spĺňa	1.1.8.3	1x uzemňovací kábel
1.2	Bipolárny generátor	spĺňa		1.2	Bipolárny generátor
1.2.1	Generátor:	spĺňa		1.2.1	Generátor:
1.2.1.1	pokročilá bipolárna technológia „seal + cut“	spĺňa	nesplňa / pokročilá bipolárna technológia seal + studený rez	1.2.1.1	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.2.1.2	prístroj určený na uzáver ciev a oddelenie tkaninových štruktúr v laparoskopickej aj otvorenej operatíve v oblasti všeobecnej chirurgie, gynekológie, urológie a hrudníkovej chirurgie	spĺňa	spĺňa	1.2.1.2	prístroj určený na uzáver ciev a oddelenie tkaninových štruktúr v laparoskopickej aj otvorenej operatíve v oblasti všeobecnej chirurgie, gynekológie, urológie a hrudníkovej chirurgie
1.2.1.3	možnosť napojenia 5mm a 12mm inštrumentov	spĺňa	nesplňa / možnosť napojenia 5mm inštrumentov	1.2.1.3	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.2.1.4	umožňuje uzáver ciev do priemeru 7mm	spĺňa	spĺňa	1.2.1.4	umožňuje uzáver ciev do priemeru 7mm
1.2.2	Inštrumenty:	spĺňa		1.2.2	Inštrumenty:
1.2.2.1	aktivácia a deaktivácia nástrojov stlačením aktivačného tlačidla bez nutnosti stáleho držania	spĺňa	spĺňa	1.2.2.1	aktivácia a deaktivácia nástrojov stlačením aktivačného tlačidla bez nutnosti stáleho držania
1.2.2.2	uniformná kompresia tkaniva medzi celou aktívnou plochou čelistí nástroja	spĺňa	spĺňa	1.2.2.2	uniformná kompresia tkaniva medzi celou aktívnou plochou čelistí nástroja
1.2.2.3	uzáver čelistí nástroja od distálneho konca	spĺňa	nesplňa	1.2.2.3	uzáver čelistí nástroja od distálneho konca
1.2.2.4	účinko na okolité tkanivo max. do 1 mm	spĺňa	nesplňa / nie do 2mm	1.2.2.4	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
1.2.2.5	teplota v okolí nástroja max. 80 °C - ochrana okolitého tkaniva	spĺňa	spĺňa	1.2.2.5	teplota v okolí nástroja max. 80 °C - ochrana okolitého tkaniva
1.2.2.6	5 mm inštrumenty, pracovná dĺžka min. 24 cm, dĺžka úchopovej časti nástroja min. 26 mm	spĺňa	nesplňa / 5mm, dĺžka min 23 cm, dĺžka uchopovej časti 22.5mm	1.2.2.6	NOVÁ HODNOTA: 5 mm inštrumenty, pracovná dĺžka min. 23 cm, dĺžka úchopovej časti nástroja min. 22,5 mm
1.2.3	Dodávka:	spĺňa		1.2.3	Dodávka:
1.2.3.1	1x generátor, sieťový kábel, inštrumenty 1bal. 6ks	spĺňa	nesplňa / 1x generátor, sieťový kábel, inštrumenty 1 bal. 5ks	1.2.3.1	NOVÁ HODNOTA: 1x generátor, sieťový kábel, inštrumenty 1bal. 5ks
1.3	Prístrojový vozík	spĺňa		1.3	Prístrojový vozík
1.3.1	Vozík pre medicínske využitie	spĺňa	spĺňa	1.3.1	Vozík pre medicínske využitie
1.3.2	4 kolieska, z toho min. 2 brzdené	spĺňa	spĺňa	1.3.2	4 kolieska, z toho min. 2 brzdené
1.3.3	Min. 3 police pre jednotlivé zariadenia systému	spĺňa	spĺňa	1.3.3	Min. 3 police pre jednotlivé zariadenia systému
1.3.4	Ochrana proti prepätiu	spĺňa	spĺňa	1.3.4	Ochrana proti prepätiu
1.3.5	Antistatická úprava	spĺňa	spĺňa	1.3.5	Antistatická úprava
1.4	Príslušenstvo ku generátoru	spĺňa		1.4	Príslušenstvo ku generátoru
1.4.1	1x nožný ovládač – dvojtlačidlový	spĺňa	spĺňa	1.4.1	1x nožný ovládač – dvojtlačidlový
1.4.2	1x uzemňovací kábel	spĺňa	spĺňa	1.4.2	1x uzemňovací kábel
1.4.3	1x kábel k neutrálnej elektróde, 4,5 m	spĺňa	spĺňa	1.4.3	1x kábel k neutrálnej elektróde, 4,5 m
1.4.4	Neutrálne elektródy 110cm2, (100ks)	spĺňa	spĺňa	1.4.4	Neutrálne elektródy 110cm2, (100ks)
Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)		xxx	xxx	Položka č. 2 - Pozáručný servis pre položku č. 1 (bez náhradných dielov)	
1.	Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa	spĺňa	spĺňa	1.	Servisná starostlivosť o zariadenie vo vlastníctve objednávateľa
2.	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcom	spĺňa	spĺňa	2.	Preventívna údržba vrátane povinných revízií podľa plánu v termínoch určených výrobcom
3.	Plán údržby a revízií	spĺňa	spĺňa	3.	Plán údržby a revízií
4.	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa	spĺňa	spĺňa	4.	O každom zásahu vedenie servisnej správy podpísanej zodpovednou osobou objednávateľa
5.	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy	spĺňa	spĺňa	5.	Oprava zariadení v prípade nefunkčnosti v dôsledku poruchy
6.	Služba umožňujúca objednávateľovi zaslať požiadavky online	spĺňa	spĺňa	6.	Služba umožňujúca objednávateľovi zaslať požiadavky online
7.	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu	spĺňa	spĺňa	7.	Cestovné a všetky ostatné náklady zahrnuté v rámci paušálu
8.	Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy	spĺňa	nesplňa / Nevrhujem 72 hodín	8.	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
9.	Odstránenie poruchy do 72 hodín, v prípade nedostupnosti náhradného dielu, po dohode s objednávateľom.	spĺňa	nesplňa / Nevrhujem 72 hodín až 96 hodín	9.	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
10.	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00	spĺňa	spĺňa	10.	Vykonávanie opráv v čase od 7:00 do 15:00
11.	Používanie len originálnych náhradných dielov	spĺňa	spĺňa	11.	Používanie len originálnych náhradných dielov

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požaduje sa: (Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK)		Surgitech s. r. o. Zárubova 1 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	ULTRAMED s.r.o. Š. Moyseya 431/14 Žiar nad Hronom 965 01	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky	Požaduje sa:	
		V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty		
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.	akceptujem	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy s pozáručným servisom.
2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:	akceptujem	akceptujem	2.	Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
2.1	do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,	akceptujem	neakceptujem / od 28 do 60 dní	2.1	NOVÁ HODNOTA: do 60 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
2.2.	v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	2.2.	v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
2.3.	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	2.3.	v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.4.	po predchádzajúcom preukázaní/nom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	2.4.	po predchádzajúcom preukázaní/nom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,

2.5.	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajina kde bol vyrobený).	akceptujem	akceptujem	2.5.	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajina kde bol vyrobený).
3.	Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja. Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	3.	Požaduje sa dodanie nového, nepoužívaného a nerepasovaného prístroja. Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zástupcom Objednávateľa.
4.	Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.	akceptujem	akceptujem	4.	Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inšalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.	akceptujem	akceptujem	5.	Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inšalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
6.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	6.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržiania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržiania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1.	oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	8.1.	oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
8.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	8.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
8.3.	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	8.3.	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
8.4.	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	8.4.	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
8.5.	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	8.5.	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
8.6.	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,	akceptujem	akceptujem	8.6.	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
8.7.	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	8.7.	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8.	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	8.8.	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9.	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	8.9.	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10.	technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa v pracovných dňoch, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	8.10.	technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa v pracovných dňoch, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.
9.	Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	neakceptujem / navrhujem nástup na výkon opravy do 72 hodín	9.	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
9.1.	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	akceptujem	9.1.	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1.	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,	akceptujem	neakceptujem / navrhujem čas na výkon opravy od 72 do 96 hodín	10.1.	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
10.2.	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.	akceptujem	akceptujem	10.2.	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.
11.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	akceptujem	11.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
11.1.	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,	akceptujem	akceptujem	11.1.	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
11.2.	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	11.2.	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
12.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	12.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientskeho pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
13.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	13.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
14.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.	akceptujem	akceptujem	14.	Požaduje sa poskytovanie pozáručného servisu pre položku č. 1 po dobu 5 rokov (60 kalendárnych mesiacov), pričom za začiatok tohto poskytovania sa považuje deň nasledujúci po poslednom dni záručnej doby.
15.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené Objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	15.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku Objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku Dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady Dodávateľa na mieste určenom Dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené Objednávateľovi.
16.	Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak. Požaduje sa možnosť zasielať požiadavky na služby pozáručného servisu online prostredníctvom kontaktu poskytnutého Dodávateľom na Klientske pracovisko Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	16.	Požaduje sa vykonávať pozáručnú servisnú starostlivosť v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod, ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak. Požaduje sa možnosť zasielať požiadavky na služby pozáručného servisu online prostredníctvom kontaktu poskytnutého Dodávateľom na Klientske pracovisko Dodávateľa.
17.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:	akceptujem		17.	Požaduje sa, aby v prípade vykonania opravy, na ktorú Objednávateľ Dodávateľa vopred upozorní, bola oprava vykonaná nasledovne:
17.1.	nástup na výkon opravy do 24 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.,	akceptujem	neakceptujem / navrhujem nástup na výkon opravy od 48 do 72 hodín	17.1.	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
17.2.	výkon samotnej opravy do 72 hodín od nahlásenia vady/poruchy v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod., okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak, alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie, alebo vykonanie trvá viac ako 72 hodín.	akceptujem	neakceptujem / navrhujem čas na výkon opravy od 72 do 96 hodín	17.2.	PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA
18.	Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	18.	Požaduje sa, aby po ukončení konkrétnej činnosti pozáručnej servisnej starostlivosti si servisný pracovník nechal potvrdiť rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu poskytnutej služby u zodpovednej osoby Objednávateľa. Jedna kópia takto potvrdenej služby ostáva k dispozícii Objednávateľovi.

19.	Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja. Požaduje sa vykonávať preventívnu údržbu prístroja vrátane povinných revízií podľa plánu údržby a revízií v termínoch určených (odporúčaných) výrobcom.	akceptujem	akceptujem	19.	Požaduje sa služby pozáručnej starostlivosti vykonávať v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja. Požaduje sa vykonávať preventívnu údržbu prístroja vrátane povinných revízií podľa plánu údržby a revízií v termínoch určených (odporúčaných) výrobcom.
20.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával autorizovaný servis.	akceptujem	akceptujem	20.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával autorizovaný servis.
21.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb/servisných technikov s odborným výškolením výrobcom prístroja.	akceptujem	akceptujem	21.	Požaduje sa, aby počas trvania zmluvy Dodávateľ vykonával činnosti uvedené v zmluve prostredníctvom osôb/servisných technikov s odborným výškolením výrobcom prístroja.
22.	Požaduje sa, aby Dodávateľ mal počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.	akceptujem	neakceptujem	22.	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA
23.	Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámi alebo ak oznámi, že o opravu už	akceptujem	akceptujem	23.	Požaduje sa vyhotovenie návrhu kalkulácie servisu v súlade s uzatvorenou zmluvou ku každej objednávke. Objednávateľ musí odsúhlasiť cenu a rozsah opravy, najneskôr v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu. V prípade, ak súhlas v uvedenej lehote Dodávateľovi neoznámi alebo ak oznámi, že o opravu už
24.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.	akceptujem	akceptujem	24.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
25.	Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.	akceptujem	akceptujem	25.	Požaduje sa poskytnutie minimálne 3-mesačnej záručnej doby na servisné práce od vykonania opravy a 6-mesačnej záručnej doby na dodané náhradné diely od vykonania opravy.
26.	Požaduje sa v prípade opravy s náhradnými dielmi používať výhradne originálne náhradné diely. V každom osobitnom prípade opravy s originálnym náhradným dielom sa vyžaduje súhlas Objednávateľa s kúpou a montážou originálneho náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.	akceptujem	akceptujem	26.	Požaduje sa v prípade opravy s náhradnými dielmi používať výhradne originálne náhradné diely. V každom osobitnom prípade opravy s originálnym náhradným dielom sa vyžaduje súhlas Objednávateľa s kúpou a montážou originálneho náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.
27.	V prípade, ak Objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:	akceptujem		27.	V prípade, ak Objednávateľ na základe prieskumu trhu zistí, že:
27.1.	aktuálna cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako aktuálna ponuka Dodávateľa, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na rokovanie o znížení ceny originálneho náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny originálneho náhradného dielu nedohodnú, Objednávateľ je oprávnený originálny náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu originálneho náhradného dielu,	akceptujem	akceptujem	27.1.	aktuálna cenová ponuka iného dodávateľa je nižšia ako aktuálna ponuka Dodávateľa, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na rokovanie o znížení ceny originálneho náhradného dielu. Ak sa zmluvné strany na znížení ceny originálneho náhradného dielu nedohodnú, Objednávateľ je oprávnený originálny náhradný diel zakúpiť od dodávateľa, ktorý v prieskume trhu ponúkol nižšiu cenu originálneho náhradného dielu,
27.2.	nedisponuje inou ponukou ako je ponuka Dodávateľa a zároveň cena originálneho náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, Objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.	akceptujem	akceptujem	27.2.	nedisponuje inou ponukou ako je ponuka Dodávateľa a zároveň cena originálneho náhradného dielu nie je vyššia ako 10% oproti cene uvedenej v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, Objednávateľ je oprávnený pristúpiť k vystaveniu objednávky.
28.	Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá Dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou tržovou cenou predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	28.	Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá Dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou tržovou cenou predmetu zákazky.
29.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky v prípade nedodržania vyššie uvedenej požiadavky.	akceptujem	akceptujem	29.	Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutého finančného rozdielu výslednej ceny predmetu zákazky a obvyklej trhovej ceny predmetu zákazky v prípade nedodržania vyššie uvedenej požiadavky.
30.	Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za prístroj a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	30.	Požaduje sa dohodnutie kúpnej ceny za prístroj a zmluvnej ceny za pozáručný servis v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, pričom budú maximálnymi a záväznými počas platnosti uzatvorenej zmluvy.
31.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie pre položku č. 2 ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.	akceptujem	akceptujem	31.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie pre položku č. 2 ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.
32.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem	akceptujem	32.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
33.	Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie prístroja priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.	akceptujem	akceptujem	33.	Dodávateľ je povinný k faktúre za dodanie prístroja priložiť kópiu preberacieho protokolu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s preberacím protokolom. Povinnou súčasťou faktúry za služby, ktoré sú predmetom položky č. 2 je zmluvnými stranami potvrdený rozsah poskytnutej služby s uvedením dátumu jej poskytnutia v príslušnom kalendárnom mesiaci.
34.	Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom položky č. 2) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.	akceptujem	akceptujem	34.	Pozáručný servis (služby, ktoré sú predmetom položky č. 2) bude hradený formou mesačných paušálnych odmien uvedených v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
35.	Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom prístroja, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a dovoz opraveného prístroja a podobne.	akceptujem	akceptujem	35.	Zmluvná cena za pozáručný servis zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom prístroja, dopravné a balné náklady, vrátane cestovných nákladov servisného technika do miesta dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a dovoz opraveného prístroja a podobne.
36.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie prístroja elektronicou na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dižnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	36.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie prístroja elektronicou na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dižnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
37.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. V prípade úhrady faktúry Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške zľavy, ktorú uvedie v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.	akceptujem	akceptujem	37.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. V prípade úhrady faktúry Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške zľavy, ktorú uvedie v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
38.	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	38.	Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa.
39.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	39.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
40.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	40.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
41.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	41.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
42.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.	akceptujem	akceptujem	42.	Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/ . Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcim po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
43.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná tržová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/	akceptujem	akceptujem	43.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná tržová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY			
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK)	Surgitech s. r. o. Zárubova 1 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	ULTRAMED s.r.o. Š. Moyseša 431/14 Žiar nad Hronom 965 01	DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

		Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uviedol informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Požaduje sa:
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu , resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.	akceptujem	akceptujem	1. Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu , resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
2.	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	2. Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
3.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	3. Prospektový materiál
4.	Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie. <i>(uchádzač v ponuke nepredkladá, predloží úspešný uchádzač po podpise zmluvy)</i>	akceptujem	akceptujem	4. Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie. <i>(uchádzač v ponuke nepredkladá, predloží úspešný uchádzač po podpise zmluvy)</i>
5.	Osvedčenie, certifikát alebo iný doklad, ktorým uchádzač preukáže, že servisný technik má oprávnenie vykonávať servis na prístrojoch predmetu zákazky vydané výrobcom prístroja. <i>(uchádzač v ponuke nepredkladá, predloží úspešný uchádzač po podpise zmluvy)</i>	akceptujem	akceptujem	5. Osvedčenie, certifikát alebo iný doklad, ktorým uchádzač preukáže, že servisný technik má oprávnenie vykonávať servis na prístrojoch predmetu zákazky vydané výrobcom prístroja. <i>(uchádzač v ponuke nepredkladá, predloží úspešný uchádzač po podpise zmluvy)</i>
6.	Poistenie prevádzkovej zodpovednosti vo výške ročnej ceny za služby <i>(uchádzač v ponuke nepredkladá, predloží úspešný uchádzač po podpise zmluvy)</i>	akceptujem	neuvedené	6. PLATÍ PŮVODNÁ HODNOTA