



## Všetkým záujemcom/uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo  
403/2023-OdVO

Vybavuje/kontakt  
Ing. Katarína Kupcová  
e-mail: katarina.kupcova@unlp.sk

Košice  
13.10.2023

### Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1

Dňa 13.10.2023 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) uverejnenej v Úradnom vestníku EU č. 2023/191 - 599288 dňa 04.10.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 194/2023 zo dňa 05.10.2023 pod značkou 32804-MST.

Záujemca žiada o vysvetlenie nasledujúcich skutočností (citácia):

#### Otázka č. 1:

„V časti monitory vitálnych funkcií požaduje verejný obstarávateľ pripojenie do jestvujúcej monitorovacej centrálnej siete ZD 100. Zo zverejnenej zápisnice s PTK vyplýva, že v rámci tohto procesu bola prijatá len jedna ponuka. Neplánuje preto verejný obstarávateľ upraviť špecifikáciu aby z nej vypadla funkcia pripojenia do monitorovacej centrálnej siete ZD 100 a vyhlásiť verejné obstarávanie aj s dodaním centrálnej monitorovacej stanice. Takto je možné si myslieť, že verejný obstarávateľ už má vybraného konkrétneho dodávateľa čo vzhľadom len na jednu ponuku v PTK tomu aj odpovedá. Rovnako tak určenie PHZ pravdepodobne len na základe jednej ponuky vyvoláva mnoho otázok o transparentnosti samotnej časti verejného obstarávania“.

#### Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie na predmet zákazky s uvedením minimálnych technických parametrov, hodnôt a vlastností. V rámci verejného obstarávania majú uchádzači možnosť predložiť ekvivalent za podmienky zachovania plnej funkčnosti s existujúcou monitorovacou centrálnou stanicou – uvedené v časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Predmetné verejné obstarávanie je vyhlásené za účelom obstarania tej zdravotníckej techniky, ktorá bola zničená požiarom na konkrétnom pracovisku. Verejný obstarávateľ zabezpečuje dovybavenie pracoviska k existujúcim a funkčným prístrojom/zariadeniam, ktoré sú na tomto pracovisku aj po požiari funkčné, nepoškodené.

V zmysle vyššie uvedeného verejný obstarávateľ **trvá na pôvodnej technickej špecifikácii.**