



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO2-2023/004439

Vybvavuje/linka
Mgr. Hláčik

Bratislava
03.10.2023

Vec

Nákup laboratórných prístrojov a zariadení č. 2 – Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky č. 1

I.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 1/ Oznámenie o zmene SP č. 1 v zákazke s názvom „**Nákup laboratórných prístrojov a zariadení č. 2**“, v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému s názvom „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

Otázka č. 1

„*Touto cestou Vás chceme požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov pre zákazku „Nákup laboratórných prístrojov a zariadení č.2“, konkrétne pre časť A. V opise predmetu zákazky pri položke č.1 – Analytická laboratórna váha požadujete maximálnu váživosť 250 g a funkciu komunikácie prostredníctvom USB a zároveň RS 232.*

Otázka č. 1.1:

Ako myslí verejný obstarávateľ požiadavku na maximálnu váživosť? Požaduje verejný obstarávateľ dodanie analytickej laboratórnej váhy s presnou váživosťou 250 g alebo ide o maximálnu hranicu, a tým pádom bude akceptovať aj váhu s váživosťou menšou ako 250 g, napr. 220 g?

Otázka č. 1.2:

Vyplyva čiastočne z otázky č.1. V prípade ak verejný obstarávateľ požaduje aby dodaná analytická laboratórna váha mala maximálnu váživosť 250 g, tak tento model nespĺňa zároveň aj požiadavku na funkciu komunikácie prostredníctvom USB. Takýto variant komunikácie aký verejný obstarávateľ požaduje, t.j. funkcia komunikácie prostredníctvom USB a zároveň RS 232, spĺňa iba model s maximálnou váživosťou 220 g. Môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať svoje požiadavky?“

Odpoveď č. 1.1

Pri požiadavke na maximálnu váživosť obstarávanej váhy predstavuje určená hodnota na úrovni 250 g maximálnu hodnotu, ktorú môže váživosť ponúkanej váhy dosahovať. Verejný obstarávateľ tak bude akceptovať aj váhu s váživosťou napr. 220 g, nie však prevyšujúcu hodnotu 250 g.

Odpoveď č. 1.2

S ohľadom na vyššie uvedenú odpoveď považuje verejný obstarávateľ uvedenú otázku za bezpredmetnú.

Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa