



záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SE-VO2-2023/004439

Vybavuje/linka
Mgr. Hláčik

Bratislava
05.10.2023

Vec

Nákup laboratórných prístrojov a zariadení č. 2 – Vysvetlenie informácií potrebných na predloženie ponuky č. 2

I.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám poskytujeme Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 2 v zákazke s názvom „**Nákup laboratórných prístrojov a zariadení č. 2**“, v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému s názvom „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“, ktoré verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE na Karte obstarávania v rámci predmetnej zákazky v časti Dokumenty.

Otázka č. 1

„V opise predmetu zákazky požadujete maximálnu váživosť 12 kg. Otázka: Ako myslí verejný obstarávateľ požiadavku na maximálnu váživosť? Požaduje verejný obstarávateľ dodanie laboratórnej plošinovej váhy s presnou váživosťou 12 kg alebo ide o maximálnu hranicu, a tým pádom bude akceptovať aj váhu s váživosťou menšou ako 12 kg, napr. 10 kg?“

Odpoveď č. 1

Pri požiadavke na váživosť laboratórnej plošinovej váhy predstavuje určená hodnota na úrovni 12 kg maximálnu hodnotu, ktorú môže váživosť ponúkanej váhy dosahovať. Verejný obstarávateľ tak bude akceptovať aj váhu s váživosťou napr. 10 kg, nie však prevyšujúcu hodnotu 12 kg.

Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa