

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

## Všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa	Naše číslo Z096326-2023-OZZ	Vybavuje/ linka Mgr. Novák/ kl. 270	Bratislava 01.12.2023
------------------------	--------------------------------	--	--------------------------

Vec: **Vybavenie žiadostí o nápravu**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému**“, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 06.11.2023 pod. č. 00672946-2023, a vo Vestníku VO č. 217/2023 dňa 07.11.2023, pod č. 36000-MST.

Dňa 27.11.2023 boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Po oboznámení sa so žiadosťami verejný obstarávateľ v zmysle § 165 ods. 3 pristúpil k nasledujúcemu vybaveniu žiadostí o nápravu.

V rámci uvedených žiadostí navrhovateľa požadovali nasledujúce zmeny:

### **Požiadavka**

Príloha č.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky (obe časti zákazky)

Aktuálne znenie:

*Parameter č. 16 - Hĺbka C ramena - min. 90 cm*

Navrhované znenie:

*Parameter č. 16 - Hĺbka C ramena - min. 89 cm*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

## Stanovisko Verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ uvedenú žiadosť **akceptuje**, a upravuje znenie príslušného parametra, uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov pre obe časti zákazky. Nové znenie príslušného parametra je „Hĺbka C ramena“ min. 89 cm“.

**Spôsob a lehota na vykonanie nápravy:** bezodkladne, prostredníctvom úpravy predmetného parametra v prílohy č. 1 súťažných podkladov – opis predmetu zákazky.

Poučenie:

Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa odseku 3 alebo odseku 4 oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci; to neplatí vo veciach, v ktorých podľa § 170 ods. 7 nemožno podať námietku.

S pozdravom

**Ing. Michal Belák**

generálny tajomník služobného úradu MZ SR

