

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
Z099708-2023-OZZ

Vybavuje/ linka
Mgr. Novák/ kl. 270

Bratislava
15.12.2023

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému**“, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 06.11.2023 pod. č. 00672946-2023, a vo Vestníku VO č. 217/2023 dňa 07.11.2023, pod č. 36000-MST.

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, prijatej prostredníctvom systému JOSEPHINE, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

Otázka

V súťažných podkladoch žiadate referencie dodania rovnakého systému na 5 etablovaných pracovísk za posledné 3 roky. Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť, čo sa myslí „etablovaným pracoviskom“, kto a ako to bude hodnotiť, či referenčné pracovisko je „etablované pracovisko“.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

V zmysle vybavenia žiadosti o nápravu zo dňa 15.12.2023 sa pojem etablované pracovisko z predmetnej podmienky účasti vypustil.

Uvádzame tiež, že verejný obstarávateľ v zmysle vybavenej žiadosti o nápravu upravil znenie predmetnej podmienky účasti nasledovne:

Uchádzač v rámci uvedenej podmienky účasti preukáže:



dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks na kardiologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. referenčné prístroje musia byť v zhode s požadovaným angiografickým zariadením v nasledujúcich častiach:

- Detektor (bez ohľadu na jeho rozmery)
- Zdroj RTG žiarenia
- Hlavný systém SW riešenia dedikovaný pre kardiologické pracovisko
- Označením modelovej rady

Otázka

Nakoľko žiadate 5 referencií na ponúknutý prístroj a angiografický prístroj je pri svojej konfigurácii sám o sebe takmer vždy jedinečné zariadenie, žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť podľa čoho bude hodnotené, že ide o rovnaký systém, taktiež kto a ako to bude hodnotiť. Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť, akým spôsobom majú zaručiť takto stanovené referencie kvalitne dodaný tovar a službu.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Hodnotenie predložených ponúk, vrátane posúdenia splnenia podmienok účasti, bude vykonávať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní komisia na vyhodnotenie ponúk, zložená z osôb schopných posúdiť podmienky účasti a vyhodnotiť ponuky, ktorá bude pri hodnotení postupovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, súťažnými podkladmi a ustanoveniami § 40 a 53 zákona o verejnom obstarávaní.

Otázka

Nakoľko na slovenskom trhu neexistuje firma, ktorá by mohla splniť takto stanovené referencie iba dodávkami na slovenskom trhu, žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť, či budú akceptovať aj referencie zo zahraničia.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Verejný obstarávateľ žiadnym spôsobom neobmedzil preukázanie danej podmienky účasti iba na územie Slovenskej republiky.

Otázka

A nakoniec pre transparentnú, nediskriminujúcu a otvorenú súťaž žiadame vysvetliť, či bude verejný obstarávateľ akceptovať štandardný postup a teda referencie na základe CVP kódu, resp. objemu dodaných technológií za posledné obdobie.



Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Referencie budú hodnotené v súlade so stanovenými podmienkami účasti, uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladov, ako aj v súlade s § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Pre úplnosť uvádzame, že klasifikácia podľa CPV slúži predovšetkým na štatistické účely..

Otázka

Verejný obstarávateľ v rámci Minimálnej požadovanej úrovne štandardov na Technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona pre Časť 1: Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, aj pre Časť 2: Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, predmetu zákazky uvádza:

Dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks na etablovaných klinických arytmiologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania.

A túto definíciu následne v rámci vysvetľovania: Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď zo dňa 01.12.2023, upresňuje nasledovne:

Verejný obstarávateľ zásadne trvá na uvedených kritériách, neakceptujeme žiadnu zmenu definície. Požadujeme inštaláciu na etablovaných klinických arytmiologických pracoviskách, čo zaručuje objektivitu kvality ponúkaného prístroja aj z iných pracovísk. Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že referenčné prístroje musia byť v zhode s požadovaným angiografickým zariadením v nasledujúcich častiach:

- Detektor
- Zdroj RTG žiarenia
- Hlavný systém SW riešenia dedikovaný pre arytmiologické/elektrofyzikálne pracovisko
- Označením modelovej rady

Spoločnosť XXXX, IČO:XXXX je registrovaná v Zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie. Spoločnosť XXXX, IČO: XXXX, má distribučnú zmluvu na predaj a servis okrem iných zariadení, aj na angiografické zariadenia značky XXXX, ktoré chce spoločnosť XXXX ponúknuť v rámci tohto verejného obstarávania. Spoločnosť XXXX, IČO: XXXX predloží Verejnému obstarávateľovi vyhlásenie o inštalácii na 5 etablovaných klinických arytmiologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci Európskej únie so všetkými požadovanými náležitosťami v zmysle dokladovania referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia.

Pýtame sa Verejného obstarávateľa, či bude akceptovať vyhlásenie spoločnosti XXXX, IČO:XXXX, o inštalácii na 5 etablovaných klinických arytmiologických pracoviskách v rámci Európskej únie ako splnenie požiadavky na dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia.



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

V zmysle § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač alebo záujemca na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby.

S pozdravom

Ing. Michal Belák

generálny tajomník služobného úradu MZ SR

