

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo  
Z099724-2023-OZZ

Vybavuje/ linka  
Mgr. Novák/ kl. 270

Bratislava  
15.12.2023

Vec: **Vybavenie žiadostí o nápravu**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému**“, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 06.11.2023 pod. č. 00672946-2023, a vo Vestníku VO č. 217/2023 dňa 07.11.2023, pod č. 36000-MST.

Dňa 11.12.2023 boli verejnému obstarávateľovi doručené žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Po oboznámení sa so žiadosťami verejný obstarávateľ v zmysle § 165 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pristúpil k nasledujúcemu vybaveniu žiadostí o nápravu.

V rámci uvedených žiadostí navrhovatelia požadovali nasledujúce zmeny:

**Požiadavka 1**

*Verejný obstarávateľ v rámci Minimálnej požadovanej úrovne štandardov na Technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona pre Časť 1: Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, aj pre Časť 2: Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, predmetu zákazky uvádza: Dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks na etablovaných klinických arytmiologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania.*

*A túto definíciu následne v rámci vysvetľovania: Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď zo dňa 01.12.2023, upresňuje nasledovne:*

*Verejný obstarávateľ zásadne trvá na uvedených kritériách, neakceptujeme žiadnu zmenu definície. Požadujeme inštaláciu na etablovaných klinických arytmiologických pracoviskách, čo zaručuje objektivnosť*



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

kvality ponúkaného prístroja aj z iných pracovísk. Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že referenčné prístroje musia byť v zhode s požadovaným angiografickým zariadením v nasledujúcich častiach:

- Detektor
- Zdroj RTG žiarenia
- Hlavný systém SW riešenia dedikovaný pre arytmologické/elektrofyzologické pracovisko
- Označením modelovej rady

Požiadavka Verejného obstarávateľa na referenčné prístroje v zmysle horeuvedeného upresnenia zo dňa 01.12.2023 je podstatnou zmenou skutočnosti, ktorá zásadne ovplyvní dokladovanie referenčných inštalácií. Taktiež konštatujeme, že toto znenie definície nebolo vôbec prezentované v rámci trhových konzultácií. Ďalej si je potrebné uvedomiť, že prístroje na arytmologických pracoviskách majú typicky veľkosť detektoru s uhlopriečkou 12 palcov, čomu zodpovedá rozmer detektora približne 21 cm x 21 cm. V technickej špecifikácii tohto obstarávania je požiadavka na rozmer aktívnej plochy detektora minimálne 29 cm x 29 cm, čo bolo zvolené z prezentovaného dôvodu v rámci trhových konzultácií, že sa na zariadeniach nebudú výhradne vykonávať len arytmologické/elektrofyzologické zákroky, ale aj iné vaskulárne procedúry, a preto sa požaduje detektor s väčším rozmerom ako je pre arytmologické/elektrofyzologické zákroky typické. Kombinácia SW pre arytmologické/elektrofyzologické pracovisko a detektoru s rozmerom aktívnej plochy minimálne 29 cm x 29 cm je veľmi neštandardná, z čoho vyplýva obtiažnosť pri výbere referenčných dodaní, nakoľko inštalácie s touto kombináciou sú veľmi zriedkavé. Touto zmenou definície referencie sa zvýši časová náročnosť na obstaranie potrebných referencií ako aj obmedzí potenciálnych uchádzačov, čím sa nenaplní princíp obstarávania v zmysle umožnenia maximálneho počtu uchádzačov, a tým aj širšej a transparentnejšej verejnej súťaže. Spoločnosť XXXX má pre zariadenie XXXX, ktoré ide ponúknuť v rámci predmetného obstarávania, dve konfigurácie: jedna s detektorom s uhlopriečkou XX palcov a druhá s uhlopriečkou XX palcov. Technické parametre oboch detektorov v zmysle veľkosti pixelu, DQE, bitovej hĺbky, Nyquistovej frekvencie aj MTF sú zhodné. Na základe vyššie uvedených konštatovaní požadujeme od Verejného obstarávateľa, aby akceptoval ako referencie inštalácie zariadení modelovej rady XXXX s obidvomi horeuvedenými typmi detektoru. Respektíve žiadame, aby Verejný obstarávateľ ponechal pôvodné znenie požiadavky a to:

Dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks na etablovaných klinických arytmologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania.

## Stanovisko Verejného obstarávateľa k požiadavke 1:

Verejný obstarávateľ uvedenú žiadosť **čiastočne akceptuje**, a upravuje znenie príslušnej podmienky účasti nasledovne:

Uchádzač v rámci uvedenej podmienky účasti preukáže:

dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks na kardiologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného



obstarávania. referenčné prístroje musia byť v zhode s požadovaným angiografickým zariadením v nasledujúcich častiach:

- Detektor (bez ohľadu na jeho rozmery)
- Zdroj RTG žiarenia
- Hlavný systém SW riešenia dedikovaný pre kardiologické pracovisko
- Označením modelovej rady

**Spôsob a lehota na vykonanie nápravy:** bezodkladne, prostredníctvom úpravy predmetnej podmienky účasti v prílohe č. 4 súťažných podkladov – podmienky účasti.

## Požiadavka 2

V rámci prílohy č. 4 Súťažných podkladov - Podmienky účasti v minimálnej požadovanej úrovne štandardov na Technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona pre časti 1 a 2 predmetu zákazky sa uvádza:

„Dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks na etablovaných klinických arytmiologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania "

Máme za to, že táto požiadavka môže diskriminovať niektorých uchádzačov, okrem iného aj našu spoločnosť. Angiografické zariadenia spoločnosti XXXX, ale aj ostatných dostupných výrobcov angiografických zariadení na trhu sú modulárne zariadenia, ktoré je možné vždy nakonfigurovať podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka, a teda pracoviska, na ktorom budú využívané. Aj vďaka tejto modulárnosti je väčšina kardiografických pracovísk využívaná na viacero typov úkonov, nielen na elektrofyziológiu. Základné technické vlastnosti zariadenia ostávajú pri akejkoľvek konfigurácii rovnaké pre daný model zariadenia, či už je to neuro, kardio alebo angio pracovisko. Podľa požiadaviek klienta je zmena len pri softvérovom vybavení a pri výbere veľkosti detektora. Stanovená požiadavka na dodanie minimálne 5 ks referencií ponúkaného konkrétneho modelu kardioangiografického zariadenia na etablovaných klinických arytmiologických pracoviskách sa preto javí ako neopodstatnená a eliminujúca hospodársku súťaž.

Navyše v zmysle odpovede na Žiadosť o vysvetlenie doručenej dňa 04.12.203 došlo k podstatnému sprísneniu tejto podmienky, keďže v zmysle odpovede verejného obstarávateľa:

„Požadujeme inštaláciu na etablovaných klinických arytmiologických pracoviskách, čo zaručuje objektivnosť kvality ponúkaného prístroja aj z iných pracovísk. Pre zamedzenie pochybností uvádzame, že referenčné prístroje musia byť v zhode s požadovaným angiografickým zariadením v nasledujúcich častiach:

- Detektor
- Zdroj RTG žiarenia
- Hlavný systém S M/ riešenia dedikovaný pre arytmiologické/elektrofyziológické pracovisko - Označením modelovej rady"

Uchádzači tak môžu predložiť len referenčné dodania v zhode s požiadavkami na angiografické zariadenie v konkrétnych technických parametroch. Každé angiografické zariadenie ponúkaného modelového konkrétneho typu je vždy možné nakonfigurovať na mieru a pre potreby konkrétneho zákazníka (a teda i pre potreby

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

pracoviska arytmológie), pričom báza zariadenia zostáva pre daný model rovnaká. Výrobca zariadenia, spoločnosť XXXX, nevyrába len angiografické prístroje určené pre pracoviská arytmológie, ale zariadenia, ktoré je možné v rámci konfigurácie pri zadaní do výroby špecifikovať pre akékoľvek pracovisko podľa požadovaných stanovených technických požiadaviek a funkcionalít. Preto sú zariadenia vyrábané vždy na mieru a nie ako skladové zásoby konkrétneho modelu. Nie je preto pri konkrétnom type produktu možné predložiť referenčné dodania na inštalácie so zhodným typom pracoviska. Nakoľko, ako sme uviedli vyššie, tento konkrétny typ zariadenia nebol dodávaný len pre pracoviská arytmológie, ale aj pre iné typy pracovísk celosvetovo a vo väčšine prípadov je táto trieda zariadenia využívaná ako kombinované pracovisko. Naši klienti si pre pracoviská, na ktorých sú vykonávané len elektrofyziologické úkony vo väčšine prípadov vyberajú iný typ zariadenia, ktorému verejný obstarávateľ neumožnil vstup do súťaže, konkrétne zariadenie XXXX, alebo XXXX. Každý výrobca vo väčšine svojich modelov ponúka minimálne 2 rôzne veľkosti detektorov, práve kvôli preferencii klienta a zámeru pracoviska. Vo všeobecnosti je známe, že dedikované kardiologické ústavy využívajú svoje angiografické zariadenia na maximum, a preto sú vo všeobecnosti obľúbené kombinované nakonfigurované zariadenia, na ktorých sa vykonávajú aj elektrofyziologické zákroky, ale súčasne napr. aj neurorádiologické zákroky. Preto sa vyskytujú na našich zariadeniach používaných aj na elektrofyziológiu aj zariadenia s malým detektorom.

V zmysle §38 ods. 5 ZVO „Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky alebo koncesie. Účelom takéhoto vymedzenia podmienok by malo byť umožnenie realizácie zákazky tým uchádzačom, ktorí svoju schopnosť preukážu s ohľadom na svoju predchádzajúcu činnosť, ľudské zdroje, technické vybavenie a odborné zázemie. Ponechanie takejto požiadavky však je neopodstatnené, diskriminačné a smeruje k obmedzeniu súťažného prostredia medzi záujemcami alebo uchádzačmi nakoľko je spôsobilá odradiť od účasti vo verejnom obstarávaní potenciálnych záujemcov, ktorí by pri inej formulácii tejto požiadavky ponuku predložiť mohli, čo môže mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a v záujme zachovania princípu nediskriminácie vo verejnom obstarávaní by sme chceli verejného obstarávateľa požiadať o preformulovanie danej požiadavky nasledovne:

„Dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného rovnakého alebo obdobného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania“

Všetky vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú závery, že pri zadefinovaní požiadaviek na predmet zákazky, verejný obstarávateľ porušil viaceré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní. Úzke vymedzenie technických parametrov predmetu zákazky, ktoré vedie k zúženiu počtu potenciálnych uchádzačov výrazne eliminuje hospodársku súťaž. Zachovanie takto stanovených podmienok tak vedie k porušeniu zásady efektívnosti, nediskriminácie vo verejnom obstarávaní, transparentnosti ako aj zásady rovnakého zaobchádzania vo verejnom obstarávaní. Žiadame preto verejného obstarávateľa, aby žiadosti o nápravu vyhovel.

## Stanovisko Verejného obstarávateľa k požiadavke 2:

Vid' Stanovisko Verejného obstarávateľa k požiadavke 1



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

**Spôsob a lehota na vykonanie nápravy:** bezodkladne, prostredníctvom úpravy predmetnej podmienky účasti v prílohe č. 4 súťažných podkladov – podmienky účasti.

Poučenie:

Doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu alebo nesplnenie povinnosti podľa ods. 3 alebo ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní oprávňuje žiadateľa podať námietky v tejto veci; to neplatí vo veciach, v ktorých podľa § 170 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní nemožno podať námietku.

S pozdravom

**Ing. Michal Belák**

generálny tajomník služobného úradu MZ SR

