

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
Z002639-2024-OZZ

Vybavuje/ linka
Mgr. Novák/ kl. 270

Bratislava
15.01.2024

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému**“, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 06.11.2023 pod. č. 00672946-2023, a vo Vestníku VO č. 217/2023 dňa 07.11.2023, pod č. 36000-MST.

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, prijatej prostredníctvom systému JOSEPHINE, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

Otázka

V rámci Minimálnej požadovanej úrovne štandardov na Technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona pre časti 1 a 2 predmetu zákazky sa uvádza:

„Dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks na kardiologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. referenčné prístroje musia byť v zhode s požadovaným angiografickým zariadením v nasledujúcich častiach:

- Detektor (bez ohľadu na jeho rozmery)
- Zdroj RTG žiarenia
- Hlavný systém SW riešenia dedikovaný pre kardiologické pracovisko
- Označením modelovej rady “

Nakoľko verejný obstarávateľ v zmysle vybavenia Žiadosti o nápravu zo dňa 15.12.2023 prehodnotil Minimálnu požadovanú úroveň štandardov na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti (podmienku účasti) a textácia bola zmenená pri detektora bez ohľadu na jeho veľkosť, chceli by sme poukázať na



MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

skutočnosť, že veľkosť detektora súvisí aj s použitím zdrojom RTG žiarenia. Zariadenie ponúkané spoločnosťou XXXX je totiž pre oba typy veľkosti detektorov dodávané s rovnakým typom lampy s identickým označením XXXX. Rozdiel však spočíva v konštrukcii lúčnic, nakoľko pre menšie detektory sa bežne dodáva zdroj žiarenia s 2 ohniskami.

Chceli by sme preto verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bude akceptovať preukázanie uvedenej podmienky účasti prostredníctvom referenčných dodaní s rovnakým typovým označením zdroja RTG žiarenia?

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Verejný obstarávateľ bude akceptovať dokladovanie inštalácie identického typového označenia RTG prístroja určených pre elektrofyziológiu a katérovú abláciu arytmií.

Otázka

V bode č.87 Opisu predmetu zákazky sa uvádza:

„Medicínsky statív s kĺbovým stropným zavesením s nosnosťou min. 300 kg, variabilne nastaviteľnou polohou a výškou, vybavený štruktúrovanou kabelážou a prispôsobený na elektrofyziologické prístroje a príslušenstvo 2 ks

Chceli by sme verejného obstarávateľa upozorniť na skutočnosť, že v rámci svojich predchádzajúcich odpovediach znížil svoju požiadavku na 220 kg. Táto oprava však nebola vykonaná v rámci prílohy č.1 Súťažných podkladov- Opis predmetu zákazky v podkladoch požiadaviek.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Verejný obstarávateľ sa ospravedľňuje za vzniknutú situáciu a vykoná opravu v bode č. 87 v rámci prílohy č. 1 Súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky.

Otázka

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o bližšie vyšpecifikovanie konfigurácie medicínskych statívov podľa presných požiadaviek oboch pracovísk, aby v záujme dodržania princípu transparentnosti a hospodárnosti bola dodávka jednotná od všetkých uchádzačov?

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Časť č.1:

- min. nosnosť 220 kg
- konektory pre zemnenie, počet min. 10 ks
- konektor DVI-D so vstupom na LargeScreen, počet min. 2 ks
- optická prípojka: Optika SC Duplex OM3, počet min. 12 ks



- polohovateľné výsuvné rameno pre monitor, počet min. 1 ks
- držiak pre min. 3 infúzne súpravy, počet min. 1 ks

Časť č. 2:

- min. nosnosť 220 kg
- bez ďalších bližších špecifikácií.

Otázka

Kolko a aké elektrické zásuvky verejný obstarávateľ požaduje(DO, VDO, ZIS)?

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Časť č. 1:

- zásuvka 230V ZIS-VDO, kombinovaný príkon 2000 W, počet min. 10 ks

Časť č. 2:

- zásuvka 230V ZIS, počet min. 10 ks

Otázka

Na aké plyny požaduje verejný obstarávateľ na statíve rýchlospojky (O2, T, VAC atď.)?

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Časť č. 1:

- rýchlospojky medicínskych plynov: O2, AIR, VAC, AGSS

Časť č. 2:

- rýchlospojky medicínskych plynov nie sú potrebné, nakoľko sa nachádzajú v pôvodnom statíve, ktorý ostáva

Otázka

Kolko dátových konektorov RJ45 potrebujete?

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Časť č. 1:

- konektory RJ 45, počet min. 4 ks

Časť č. 2:

- konektory RJ 45, počet min. 5 ks



Otázka

Koľko políc bude verejný obstarávateľ požadovať na medicínskom statíve? Nakoľko je každé elektrofyziologické pracovisko vybavené rôznymi aditívnymi prístrojmi (niekoľkými druhmi ablátorov, hemodynamickým systémom, ...) navrhujeme presné zadefinovanie požiadaviek na medicínske statívy.

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Časť č. 1:

- počet políc min. 5 ks

Časť č. 2:

- počet políc min. 5 ks

Otázka

Zadefinuje verejný obstarávateľ presné požiadavky na medicínske statívy?

Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Vid' odpovede vyššie.

S pozdravom

Ing. Michal Belák

generálny tajomník služobného úradu MZ SR

