

# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

všetkým záujemcom

Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo  
Z005941-2024-OZZ

Vybavuje/ linka  
Mgr. Novák/ kl. 270

Bratislava  
26.01.2024

Vec: **Žiadosť o vysvetlenie - odpoveď**

Verejný obstarávateľ Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému**“, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 06.11.2023 pod. č. 00672946-2023, a vo Vestníku VO č. 217/2023 dňa 07.11.2023, pod č. 36000-MST.

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, prijatej prostredníctvom systému JOSEPHINE, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ významovo, ani obsahovo neupravoval otázky záujemcu.

## **Otázka**

*V rámci Minimálnej požadovanej úrovne štandardov na Technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona pre časti 1 a 2 predmetu zákazky sa po zmene v zmysle vybavenia Žiadosti o nápravu zo dňa 15.12.2023 uvádza:*

*„Dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks na kardiologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. referenčné prístroje musia byť v zhode s požadovaným angiografickým zariadením v nasledujúcich častiach:*

- Detektor (bez ohľadu na jeho rozmery)
- Zdroj RTG žiarenia
- Hlavný systém SW riešenia dedikovaný pre kardiologické pracovisko
- Označením modelovej rady “



*Verejný obstarávateľ v rámci odpovede na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 16.01.2024 uviedol:*

*„Verejný obstarávateľ bude akceptovať dokladovanie inštalácie identického typového označenia RTG prístroja určených pre elektrofyziológiu a katérovú abláciu arytmií.“*

*Domnievame sa, že zverejnenou odpoveďou verejný obstarávateľ vniesol nejasnosti k definícii požadovanej minimálnej úrovne štandardov na technickú alebo odbornú spôsobilosť, keďže opätovne uvádza požiadavku na dokladovanie inštalácie identických zariadení určených pre elektrofyziológiu a katérovú abláciu arytmií, pričom v zmysle skôr zverejneného Vybavenia žiadosti o nápravu od tejto požiadavky upustil a pristúpil k požiadavke na dokladovanie inštalácie identických zariadení určených na kardiologické pracoviská.*

*Chceli by sme preto verejného obstarávateľa vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti požiadať o vysvetlenie, či požiadavka na dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií identických zariadení určených na kardiologické pracoviská je stále platná?*

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke**

Áno, je stále platná v zmysle vysvetlenia z 15.12.2023 v nasledujúcom znení:

„Dokladovanie referenčných dodaní a inštalácií ponúkaného modelu kardioangiografického zariadenia v počte minimálne 5 ks na kardiologických pracoviskách za posledné 3 roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. referenčné prístroje musia byť v zhode s požadovaným angiografickým zariadením v nasledujúcich častiach:

- Detektor (bez ohľadu na jeho rozmery)
- Typové označenie zdroja RTG žiarenia
- Hlavný systém SW riešenia dedikovaný pre kardiologické pracovisko
- Označením modelovej rady “

## **Otázka**

*Veľkosť detektora súvisí aj s použitím zdrojom RTG žiarenia. Zariadenie ponúkané spoločnosťou XXXX je pre oba typy veľkosti detektorov dodávané s rovnakým typom lampy s identickým označením XXXX. Rozdiel však spočíva v konštrukcii lampa, nakoľko pre menšie detektory sa bežne dodáva zdroj žiarenia s 2 ohniskami.*

*Chceli by sme preto verejného obstarávateľa opätovne požiadať o vysvetlenie, nakoľko z odpovede na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 15.1.2024 nám nie je jasné, či verejný obstarávateľ bude akceptovať preukázanie uvedenej podmienky účasti prostredníctvom referenčných dodaní s rovnakým typovým označením zdroja RTG žiarenia (teda s rovnakým označením žiariča XXXX aj keď s rozdielnou konštrukciou lampy)?*

## Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Verejný obstarávateľ bude akceptovať preukázanie uvedenej podmienky účasti prostredníctvom referenčných dodaní s rovnakým typovým označením zdroja RTG žiarenia

## Otázka

Verejný obstarávateľ uvádza v Opise predmetu zákazky, Časť 1: Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, aj Časť 2: Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb nasledovný parameter:

Časť 1: 87 - Medicínsky statív s kĺbovým stropným zavesením s nosnosťou min. 220 kg, variabilne nastaviteľnou polohou a výškou, vybavený štrukturovanou kabelážou a prispôsobený na elektrofyziologické prístroje a príslušenstvo – 2 ks

Časť 2: 87 - Medicínsky statív s kĺbovým stropným zavesením s nosnosťou min. 220 kg, variabilne nastaviteľnou polohou a výškou, vybavený štrukturovanou kabelážou a prispôsobený na elektrofyziologické prístroje a príslušenstvo – 2 ks

Pre zamedzenie pochybností sa pýtame Verejného obstarávateľa, či bude požadovať dva kusy medicínskych statívov celkovo pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, alebo dva kusy medicínskych statívov pre každý prístroj, čiže štyri kusy medicínskych statívov celkovo pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Taktiež sa pýtame Verejného obstarávateľa či bude požadovať dva kusy medicínskych statívov celkovo pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

## Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke

Časť 1: 87 - Medicínsky statív s kĺbovým stropným zavesením s nosnosťou min. 220 kg, variabilne nastaviteľnou polohou a výškou, vybavený štrukturovanou kabelážou a prispôsobený na elektrofyziologické prístroje a príslušenstvo – 2 ks

Časť 2: 87 - Medicínsky statív s kĺbovým stropným zavesením s nosnosťou min. 220 kg, variabilne nastaviteľnou polohou a výškou, vybavený štrukturovanou kabelážou a prispôsobený na elektrofyziologické prístroje a príslušenstvo – **1 ks**

## Otázka

Verejný obstarávateľ uvádza v Opise predmetu zákazky, Časť 1: Stacionárny angiografický röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, aj Časť 2: Stacionárny angiografický



# MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia verejného obstarávania

Odbor zadávania zákaziek

Limbová 2, 837 52 Bratislava

---

röntgenový systém a USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb nasledovný parameter:

Časť 1: USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre zobrazenia jeho dát na veľkom monitore vo vyšetrovacej miestnosti

Časť 2: USG prístroj pre TTE/TEE a ICE s príslušenstvom a SW pre EP procedúry s integráciou do angiografického systému pre zobrazenia jeho dát na veľkom monitore vo vyšetrovacej miestnosti

Pre zamedzenie pochybností sa pýtame Verejného obstarávateľa, či bude požadovať jeden kus USG prístroja s príslušenstvom celkovo pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, alebo jeden kus USG prístroja s príslušenstvom pre každý prístroj, čiže dva kusy USG prístroja s príslušenstvom celkovo pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb. Taktiež sa pýtame Verejného obstarávateľa či bude požadovať jeden kus USG prístroja s príslušenstvom celkovo pre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

## **Stanovisko verejného obstarávateľa k otázke**

Časť 1: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, požaduje jeden kus USG prístroja s príslušenstvom pre každý prístroj, čiže dva kusy USG prístroja s príslušenstvom.

Časť 2: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb požaduje jeden kus USG prístroja s príslušenstvom.

S pozdravom

**Ing. Michal Belák**

generálny tajomník služobného úradu MZ SR

