



Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.

P. O. Box 35, Ondavská 8, 040 11 Košice



Všetkým zájemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / ☎

Košice

18.12.2023

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom Európskeho vestníka pod č. 2023/S 224-707054 zo dňa 21.11.2023 a Vestníka pre verejné obstarávanie č. 230/2023 zo dňa 22.11.2023 pod ozn. 37263 - MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom je

„Chirurgický (excimerový) laser a aterektomické katétre“.

Verejnému obstarávateľovi bola doručená od jedného zo záujemcov žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka:

Zadávateľ požaduje v návrhu rámcovej dohody v čl. 2, bod 7 „dodávať predmet RD s minimálnou dobou použiteľnosti 24 mesiacov odo dňa ich dodania Kupujúcemu.“ Celková doba použiteľnosti ponúkaného tovaru od dátumu výroby je 24 mesiacov, preto s ohľadom na logistický reťazec nedokážeme zaručiť minimálnu dobu použiteľnosti tovaru 24 mesiacov ku dňu jeho dodania kupujúcemu. Prosíme o zváženie úpravy ustanovenia návrhu RD o minimálnej dobe použiteľnosti na 12 mesiacov, maximálne však na 18 mesiacov.

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ akceptuje úpravu návrhu Rámcovej dohody v Článku 2, odsek 7., ktorý po úprave znie nasledovne: „Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet RD - Položka 2. Prílohy č. 1 tejto RD s minimálnou dobou použiteľnosti 18 mesiacov odo dňa ich dodania Kupujúcemu.“

Verejný obstarávateľ zverejní upravený dokument „Súťažné podklady - Rámcová dohoda_úprava 18.12.2023“ v systéme Josephine v časti „Dokumenty“.