



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA
BRATISLAVA
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Verejná súťaž (2019/S 187-453998, 25035-MST): MAMOGRAFICKÝ PRÍSTROJ 4 SKUPINY 5

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 24.10.2019 predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 1:

Vo všetkých technických parametroch obstarávaných prístrojov vyžaduje Platnosť IEC 62220. Nakoľko ide o 15rokov starú normu hovoriacu prevažne o spôsobe merania DQE týmto dokumentom nemusí disponovať každý a mohli by ste vyžadovať "tucet" podobných noriem. Na preukázanie kvality prístroja požadujete množstvo iných dokumentov (DoC, EC, ...) a preto sa chceme opýtať či platnosť tohto bodu bude stačiť preukázanie platného vyhlásenia o zhode a EC certifikátu alebo prípadne čestného vyhlásenia, že splňame požiadavky tejto normy IEC 62220 ?

Odpoveď 1:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať preukázanie zhody a EC certifikátu v kombinácii s čestným prehlásením.