



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA  
BRATISLAVA  
Pažitková 4, 821 01 Bratislava

**Verejná súťaž (2019/S 187-453998, 25035-MST): MAMOGRAFICKÝ PRÍSTROJ 4  
SKUPINY 5**

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 28.10.2019 predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**Otázka č. 1:**

V technickej špecifikácii (mmg\_specifikacia\_4\_2) obstaravaného mamografického prístroja je v riadku 73 "Maximálny jas obrazovky minimálne" chybné uvedenie jednotky 700 cd/cm<sup>2</sup>. Správna jednotka má byť cd/m<sup>2</sup>.

**Odpoveď 1:**

Verejný obstarávateľ upravuje technickú špecifikáciu nasledovne:

(mmg\_specifikacia\_4\_2) riadok 73 "Maximálny jas obrazovky minimálne" - jednotka cd/m<sup>2</sup>.