

VYHODNOTENIE prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v mesiaci 12/2023 prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „**Injekčné dávkovače, infúzne dávkovače, dokovacie stanice**“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať definované požiadavky na predmet zákazky.

Oznamenie o PTK bolo zverejnené na webovej stránke www.josephine.proebiz.com. Verejný obstarávateľ zaslal výzvu na účasť v PTK 3 potencionálnym dodávateľom. Prostredníctvom sw. Josephine sa o PTK zaujímali 5 ďalší dodávatelia. Svoju ponuku predložili 4 potenciálni dodávatelia.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY																						
1.1 Názov predmetu zákazky: Injekčné dávkovače, infúzne dávkovače, dokovacie stanice																						
1.2 CPV: 33194100-7 Prístroje a nástroje na infúziu 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)																						
1.3 Druh: tovar, služba																						
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY																						
Požaduje sa dodanie nových, nepoužívaných a nerepasovaných prístrojov na kontinuálne podávanie liekov, roztokov a infúznej terapie.																						
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY																						
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky 3.1.a) Rozdelenie na časti: ☐ Áno ☒ Nie																						
3.1.b) Zoznam položiek: <table> <tr> <th>Poradové číslo</th> <th>Názov položky predmetu zákazky</th> <th>MJ</th> <th>Požadované množstvo MJ za zmluvné obdobie</th> </tr> <tr> <td>Položka č. 1</td> <td>Injektomat</td> <td>ks</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Položka č. 2</td> <td>Infúzna pumpa</td> <td>ks</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Položka č. 3</td> <td>Dokovacia stanica</td> <td>ks</td> <td>5</td> </tr> </table>							Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadované množstvo MJ za zmluvné obdobie	Položka č. 1	Injektomat	ks	15	Položka č. 2	Infúzna pumpa	ks	10	Položka č. 3	Dokovacia stanica	ks	5
Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadované množstvo MJ za zmluvné obdobie																			
Položka č. 1	Injektomat	ks	15																			
Položka č. 2	Infúzna pumpa	ks	10																			
Položka č. 3	Dokovacia stanica	ks	5																			
3.2 Dostupnosť na trhu: ☒ Bežná dostupnosť ☐ Nie bežná dostupnosť																						
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY																						
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky (Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK)	B. Braun Medical s.r.o. Hľušínska 3 Bratislava 831 03	PHARMA GROUP, a.s. Štúpčá 150 Veľké Leváre 908 73	TradeMedical, a.s. Fraňa Mojtu 1 Nitra 949 01	Surgitech s. r. o. Zárubova 1 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY																	
	Uchádzač uviedol informácie, či nim ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či nim ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či nim ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Uchádzač uviedol informácie, či nim ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nesplňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivalentnej hodnoty	Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky																	
Položka č. 1 - Injektomat	xxx	xxx	xxx	xxx	Položka č. 1 - Injektomat																	
1. Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici																
2. Možnosť použitia striekačiek bežných objemov, minim.: 5,10,20,50 a 60ml.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	2.	Možnosť použitia striekačiek bežných objemov, minim.: 5,10,20,50 a 60ml.																
3. Možnosť použitia pre parenterálne podávanie, enterálne podávanie, podávanie svetlolicitlivých liekov, a podávanie transfúzie (dodávateľ musí mať v sortimente aj príslušné súpravy, event. možnosť presnej kalibrácie príslušnej súpravy)	spĺňa	nesplňa / Možnosť podávať pre parenterálne podávanie liekov a výživy	spĺňa	spĺňa	3.	Platí pôvodná hodnota.																
4. Presnosť pri dávkovaní: ± 2 %	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.	Presnosť pri dávkovaní: ± 2 %																
5. Automatické uchytenie piesta striekačky čerpaťami pumpy.	spĺňa	nesplňa / Manuálne uchytenie piesta striekačky	spĺňa	spĺňa	5.	Platí pôvodná hodnota.																
6. Mechanická brzda piestu striekačky – bezpečnostný prvok. Bráni podaniu nežiadúceho bolusu pri manipulácii.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.	Mechanická brzda piestu striekačky – bezpečnostný prvok. Bráni podaniu nežiadúceho bolusu pri manipulácii.																
7. Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 9 stupňoch.																
8. Režim KVO: rozsah nastavenia 0,1 – 3 ml/h	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.	Režim KVO: rozsah nastavenia 0,1 – 3 ml/h																
9. História udalostí: pamäť na min. 100 záznamov udalostí. História udalostí musí ostať zachovaná aj po výbratí batérie.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.	História udalostí: pamäť na min. 100 záznamov udalostí. História udalostí musí ostať zachovaná aj po výbratí batérie.																
10. Možnosť zobraziť na displeji údaje o posledných minim 30 alarmoch a 30 posledných bolusoch	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	10.	Možnosť zobraziť na displeji údaje o posledných minim 30 alarmoch a 30 posledných bolusoch																
11. Režimy bolusu: manuálny, naprogramovaný s prednastavením objemu/času bolusu a opakovaný posledný naprogramovaný bolus	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	11.	Režimy bolusu: manuálny, naprogramovaný s prednastavením objemu/času bolusu a opakovaný posledný naprogramovaný bolus																
12. Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.	Alarmy – vizuálne a zvukové, regulácia hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:																
12.1 - detekcia vloženia a správnosti injekčnej striekačky	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.1	- detekcia vloženia a správnosti injekčnej striekačky																
12.2 - meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.2	- meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku																
12.3 - predalarm pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.3	- predalarm pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)																
12.4 - signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.4	- signalizácia ukončenia podávania infúzie (prázdna striekačka)																
12.5 - signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.5	- signalizácia ukončenia podávania prednastaveného objemu																
12.6 - predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.6	- predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora																
12.7 - dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.7	- dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja																
12.8 - ukončenie Stand-by	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.8	- ukončenie Stand-by																
12.9 - vnútorná porucha prístroja	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.9	- vnútorná porucha prístroja																
13. Pumpa musí disponovať základným generátorom zvukových alarmov v prípade výpadku štandardného generátora alarmov	spĺňa	spĺňa	nesplňa	spĺňa	13.	Platí pôvodná hodnota.																
14. Pri zobrazení alarmového hlásenia na displeji musí ostať zobrazený názov lieku a nastavená rýchlosť dávkovania	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	14.	Pri zobrazení alarmového hlásenia na displeji musí ostať zobrazený názov lieku a nastavená rýchlosť dávkovania																
15. Možnosť zadať zoznam minim. 50 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky, nastavenie event. bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 10 kategórií	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	15.	Možnosť zadať zoznam minim. 50 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky, nastavenie event. bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 10 kategórií																
16. Farebné kódovanie liekov podľa normy ISO	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	16.	Farebné kódovanie liekov podľa normy ISO																
17. Komunikácia pumpy cez rozhranie WIFI.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	17.	Komunikácia pumpy cez rozhranie WIFI.																
18. Farebný dotykový displej, minimálne 4 palcový, rezistívny, umožňujúci obsluhu aj v mokrych rukaviciach	spĺňa	nesplňa / 3,5" dotykový displej	nesplňa / 3,5 palcový	spĺňa	18.	Platí pôvodná hodnota.																
19. Mechanické tlačidlá minimálne pre Zapnutie/vypnutie prístroja a zastavenie dávkovania STOP	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	19.	Mechanické tlačidlá minimálne pre Zapnutie/vypnutie prístroja a zastavenie dávkovania STOP																
20. Možnosť nastavenia úrovne osvetlenia displeja manuálne aj automaticky pomocou snímača jasú okolia	spĺňa	nesplňa / možnosť nastavenia jasú manuálne a možnosť naprogramovania časového intervalu zmeny intenzity podsvietenia	nesplňa / nie automaticky, iba manuálne	spĺňa	20.	Platí pôvodná hodnota.																
21. Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená striekačka	spĺňa	nesplňa / Nemožnosť úplne vypnúť prístroj v prípade, že je vložená striekačka a dávkovač je spustený.	spĺňa	spĺňa	21.	Platí pôvodná hodnota.																
22. Akumulátor s kapacitou na min. 11 hodín prevádzky pri rýchlosti 25 ml/h s vypnutým WIFI a min. 8 hodín pri rýchlosti 100 ml/h pri zapnutom WIFI	spĺňa	nesplňa / Akumulátor s kapacitou min. 6 h pri rýchlosti dávkovania 5ml/h.	nesplňa / 11 hodín pri rýchlosti 5ml/h	spĺňa	22.	Platí pôvodná hodnota.																
23. Doba dobíjania batérie max. 6 hod.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	23.	Doba dobíjania batérie max. 6 hod.																
24. Možnosť vzájomného fyzického uchytenia minim. troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	24.	Možnosť vzájomného fyzického uchytenia minim. troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva																
25. Integrovaná rúčka na prenášanie	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	25.	Integrovaná rúčka na prenášanie																
26. Hmotnosť max. 2,1 kg vrátane akumulátora	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	26.	Hmotnosť max. 2,1 kg vrátane akumulátora																

10.	Centrálny zvukový a svetelný alarm v hornom kryte, možnosť nastavenia hlasitosti zvuku alarmu.	spĺňa	spĺňa	ne spĺňa / Centrálny alarm ostáva. Zvukový alarm nie je potrebný, keďže zvukový alarm vyúsťava samostatnú pumpu.	spĺňa	10.	Nová hodnota: Centrálny svetelný alarm v hornom kryte.
11.	Možnosť vzájomného fyzického spojenia viacerých dokovacích staníc do jedného celku, integrovaný zámok proti odpojeniu	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	11.	Možnosť vzájomného fyzického spojenia viacerých dokovacích staníc do jedného celku, integrovaný zámok proti odpojeniu
12.	Možnosť rozšírenia o dátový modul s rozhraniami pre napájanie na počítačové sieť.	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.	Možnosť rozšírenia o dátový modul s rozhraniami pre napájanie na počítačové sieť.

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY							
Požaduje sa: (Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK)		B. Braun Medical s.r.o. Hlučínská 3 Bratislava 831 03	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150 Veľké Leváre 908 73	TradeMedical, a.s. Fraňa Mojtu 1 Nitra 949 01	Surgitech s. r. o. Zárubova 1 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY	
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky V prípade, ak požiadavku neakceptuje dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty	Požaduje sa:	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie nových, nepoužívaných a nereparovaných prístrojov/zariadení :	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Požaduje sa dodanie nových, nepoužívaných a nereparovaných prístrojov/zariadení :
2.1.	do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie").	akceptujem	neakceptujem / dodania do 60 dní	neakceptujem / 60 dní	akceptujem	2.1.	PLATÍ PÔVODNÁ HODNOTA
2.2.	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.2.	v pracovných dňoch,
2.3.	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.3.	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.4.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu.
2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.6.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnuté v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnuté v zmluve.
5.	Súčastosť záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Súčastosť záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6.	Súčastosť dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Súčastosť dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky (ak bola vyhotovená) objednávateľa ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@glyvush.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@glyvush.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t. t. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t. t. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
11.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k ním, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	11.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k ním, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo 2. uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: 1. uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže alebo 2. uchádzač, ktorý verejnému obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:
12.1.	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zasle verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny;	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.1.	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zasle verejný obstarávateľ uchádzačovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknuť ceny;
12.2.	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejnú obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade ak je to relevantné odstúpiť od zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.2.	verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejnú obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade ak je to relevantné odstúpiť od zmluvy.
13.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") kompletnú záruku v trvaní dvadsiatichtyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	13.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") kompletnú záruku v trvaní dvadsiatichtyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
14.	Kompletná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.	Kompletná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
14.1.	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.1.	oprava vád a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
14.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.2.	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
14.3.	vykonanie štandardných výplešení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.3.	vykonanie štandardných výplešení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcou zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia zariadenia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
14.4.	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.4.	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
14.5.	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s peridicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,	neakceptujem / Výrobca jasne stanovuje interval pravidelných prehládok na 2 roky, pretože na oskúšanie. Je to v súlade s požiadavkami prístroja dostatočné. Kratší interval znamená nutnosť blokovania prístrojov počas prehliadky a násled, ktorí musíme prerozdúť do ceny.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem / Výrobcom je stanovený interval pravidelných prehládok, každé dva roky	14.5.	NOVÁ HODNOTA: vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s peridicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát za 2 roky,

14.6.	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 19. tejto časti,	neakceptujem / Výrobca jasne stanovuje interval pravidelných prehliadok na 2 roky, pretože má odskúšané, že je to vzhľadom na používané prístroje dostatočné. Keďže interval zosmennej autorky blikovania prístrojov počas prehliadky a náklady, ktoré musíme premeniť do ceny.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem / Výrobcom je stanovený interval pravidelných prehliadok, každá dva roky	14.6.	NOVÁ HODNOTA: vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát za 2 roky, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 19. tejto časti,
14.7.	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.7.	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
14.8.	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.8.	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
14.9.	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.9.	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
15.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsiatich (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	neakceptujem / Vzhľadom na to, že sa jedná o prístroje, ktoré sa používajú v desiatkach a sú ľahko nahraditeľné, nemám obmedzenie zdravotnej starostlivosti. Navrhujeme min. 72 hodín.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	15.	NOVÁ HODNOTA: Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do sedemdesiatich (72) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
16.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
16.1.	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatich (72) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.1.	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatich (72) hodín,
16.2.	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stoštyridsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávatelom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.2.	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stoštyridsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávatelom.
17.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedostržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávatel právo požadovať od dodávateľa za každé ďalšie porušenie zmluvy pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	NOVÁ HODNOTA: Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených.
17.1.	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,-€ (slovom: desať Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa,	neakceptujem / Uvedená pokuta by bola pochopiteľná u jedinečných prístrojov ako napr. CT, MRI, kde jeho výška obmedzuje zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o prístroje, ktoré sa používajú v desiatkach a sú ľahko nahraditeľné, nehrozí obmedzenie zdravotnej starostlivosti. Pokuta je neprimeraná.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem / Predmetom zákazky nie je jediný prístroj, takže nahraditeľný, ktorého výpadok by mal za následok obmedzenie zdravotnej starostlivosti.	17.1.	VYNECHAŤ
17.2.	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,-€ (slovom: desať Eur) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.	neakceptujem / Uvedená pokuta by bola pochopiteľná u jedinečných prístrojov ako napr. CT, MRI, kde jeho výška obmedzuje zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na to, že sa v tomto prípade jedná o prístroje, ktoré sa používajú v desiatkach a sú ľahko nahraditeľné, nehrozí obmedzenie zdravotnej starostlivosti. Pokuta je neprimeraná.	akceptujem	akceptujem	neakceptujem / Predmetom zákazky nie je jediný prístroj, takže nahraditeľný, ktorého výpadok by mal za následok obmedzenie zdravotnej starostlivosti.	17.2.	VYNECHAŤ
18.	Objednávatel je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Objednávatel je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
19.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávatel neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávatel neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
20.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zväzené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ustanovení zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli zaviazované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnotený dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorej boli zaviazované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zväzené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ustanovení zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli zaviazované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnotený dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorej boli zaviazované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Blíže informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Blíže informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne použiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platiť aj po ukončení trvania rámcovej dohody. V opaknom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	24.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne použiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platiť aj po ukončení trvania rámcovej dohody. V opaknom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
25.	Zúčastnenca/Uchádzača/Člena skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe zúčastnenca/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	25.	Zúčastnenca/Uchádzača/Člen skupiny dodávateľov sa zaväzuje dodržiavať etické zásady uvedené v Etickom kódexe zúčastnenca/uchádzača/člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní spoločnosti Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. (ďalej len "Etický kódex") zverejnený na webovom sídle objednávateľa/kupujúceho www.vusch.sk.
26.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k príprave trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	26.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k príprave trhovej konzultácie verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.

6. MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY					
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potenčionálnym dodávateľom v rámci PTK) <i>(uchádzač bude predkladať v ponuke v súľaži, pokiaľ nie je uvedené inak)</i>		B. Braun Medical s.r.o. Hlíčinská 3 Bratislava 831 03	PHARMA GROUP, a.s. SNP 150 Veľké Leváre 908 73	TradeMedical, a.s. Fraňa Majtu 1 Nitra 949 01	Surgitech s. r. o. Zárubova 1 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
		Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušné požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušné požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)	Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušné požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem
2.	Potvrdenie ŠÜKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem
3.	Prospektový materiál	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem
4.	V prípade, ak je to relevantné právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM	neakceptujem / Nespadá do zoznamu	akceptujem	akceptujem	neakceptujem / Nespadá do zoznamu ŠZM
5.	Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem
6.	Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum ...“pre potreby plnenia zmluvy	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem
7.	Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem

DEFINITÍVNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY					
Požaduje sa:					
1.	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.				
2.	Potvrdenie ŠÜKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie				
3.	Prospektový materiál				
4.	V prípade, ak je to relevantné právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM				
5.	Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy				
6.	Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum ...“pre potreby plnenia zmluvy				
7.	Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov, ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu servisnej organizácie.				