

Príloha č. 3B k Zápisnici (2) z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti - časť II. – požiadavky

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43, 041 91 Košice

Predmet zákazky: Chirurgické inštrumenty-LigaSure, caiman a koagulačné nožnice

časť II. Nástroj CAIMAN pre otvorenú operatívu

Postup VO: nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO

Vyhlasenie VO: v Úradnom vestníku EÚ č. 241/2023 zo dňa 14.12.2023 pod označením 756942-2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 249/2023 zo dňa 15.12.2023 pod označením 39059-MST

Oprava vyhlásenia VO tzv. korigendum: v Úradnom vestníku EÚ č. 7/2024 zo dňa 10.01.2024, pod označením č. 16553-2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 8/2024 zo dňa 11.01.2024 pod označením 655-IOX

Posudzovaná ponuka uchádzača: Surgitech s.r.o., Zárubova 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica, IČO:50197975 (ďalej len „SURGITECH“)

Tovar ponúkaný uchádzačom: Nástroj CAIMAN pre otvorenú operatívu 240mm/5mm – Caiman, kat.číslo: PL738SU, ŠUKL: P91931, kód MZ SR-X02406

Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom v časti C. Opis predmetu zákazky, bod 4.2 súťažných podkladov		Ponuka uchádzača SURGITECH	Posúdenie splnenia požiadavky komisiou splnil/nesplnil
1.1.	bipolárna technológia	spĺňa-bipolárna technológia	splnil
1.2.	možnosť uzatvárania ciev až do priemeru 7 mm	spĺňa-možnosť uzatvárania ciev až do priemeru 7 mm	splnil
1.3.	nástroj na jednorazové použitie s integrovaným spojovacím káblom	spĺňa-nástroj na jednorazové použitie s integrovaným spojovacím káblom	splnil
1.4.	aktivácia a deaktivácia nástroja stlačením aktivačného tlačidla bez nutnosti stáleho držania	spĺňa-aktivácia a deaktivácia nástroja stlačením aktivačného tlačidla bez nutnosti stáleho držania	splnil
1.5.	schopnosť uzatvárania ciev až do 5mm (vrátane) a lymfatické ciev	spĺňa-schopnosť uzatvárania ciev až do 5mm (vrátane) a lymfatické ciev	splnil
1.6.	uniformná kompresia tkaniva medzi celou aktívnou plochou čelustí nástroja	spĺňa-uniformná kompresia tkaniva medzi celou aktívnou plochou čelustí nástroja	splnil
1.7.	uzáver čelusti nástroja od distálneho konca	spĺňa-uzáver čelusti nástroja od distálneho konca	splnil
1.8.	účinko na okolité tkanivo max do 1 mm	spĺňa-účinko na okolité tkanivo do 1 mm	splnil

Predmet zákazky: Chirurgické inštrumenty LigaSure, caiman a koagulačné nožnice, časť II. Nástroj CAIMAN pre otvorenú operatívu

1.9.	teplota v okolí nástroja max. 80 °C, ochrana okolitého tkaniva	spĺňa-teplota v okolí nástroja max. 80 °C, ochrana okolitého tkaniva	splnil
1.10.	rotovanie nástroja v pracovnej časti	spĺňa-rotovanie nástroja v pracovnej časti	splnil
1.11.	5 mm inštrumenty	spĺňa-5mm inštrumenty	splnil
1.12.	pracovná dĺžka 24 cm, dĺžka úchopovej časti nástroja min. 26 mm	spĺňa-pracovná dĺžka 24 cm, dĺžka úchopovej časti nástroja 26,5 mm	splnil
1.13.	kompatibilita s generátorom Lektrafuse RF AESCULAP	spĺňa-kompatibilita s generátorom Lektrafuse RF AESCULAP	splnil
1.14.	v jednom balení min.4 ks - max. 6 kusov (MJ)	spĺňa-v jednom balení 6 kusov	splnil

Vyhodnotenie splnenia požiadaviek - časť II. predmetu zákazky:

Komisia s právom vyhodnocovať ponuky po preskúmaní a posúdení ponuky uchádzača, jednoznačne konštatuje, že uchádzač **Surgitech s.r.o., Zárubova 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská Bystrica, IČO:50197975 splnil požiadavky na predmet zákazky v časti II. predmetu zákazky**, ktoré stanovil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch (časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov) a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pre časť II. Nástroj CAIMAN pre otvorenú operatívu.

Členovia komisie :	Podpis
Mgr. Martin Brunclík, MBA -člen komisie -člen s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Igor Jenčo, MPH. -člen komisie -člen s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Peter Feciskanin, MPH -člen komisie -člen s právom vyhodnocovať ponuky	
MUDr. Gabriel Tóth - člen komisie -člen s právom vyhodnocovať ponuky	
Ing. Františka Šováriová, MBA, MPH – člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky	

V Košiciach, dňa 29.01.2024