

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_RZ2_01Vybavuje / linka
Mikušček/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 16.10.2019

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 1**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S190 zo dňa 02.10.2019 pod značkou 2019/S 190-461501 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **199/2019 z 03.10.2019 pod zn. 25398 - MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**Rádiologické zariadenia 2**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre časť 1 a 2 predmetu zákazky.

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza v prílohe č. 1 SP - Špecifikácia predmetu zákazky v uvedenej časti zákazky nasledovné:

Časť zákazky	P.č. v špeci- fikácii PZ	Verejným obstarávateľom požadovaný technický parameter	Uchádzačom predložený technický parameter
ČASŤ 1: Digitálny skiagrafický RTG prístroj	p. č. 10.1.	Rozmer aktívnej plochy detektora min.(34x40) cm	33,9 cm x 42,4 cm
ČASŤ 2: Mobilný digitálny RTG prístroj	p. č. 17.2.2.	Aktívna plocha detektora šírka x dĺžka min. 340 x min.400 mm	339 mm x 424 mm

Uvedený malý rozdiel v technickom parametri nemá pre koncového užívateľa žiadny vplyv na funkčnosť zariadenia a kvalitu medicínskeho vyšetrenia. Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie dodania RTG zariadenia s dodaním detektora s aktívnou plochou rozdielnou o 1 mm pri zachovaní všetkých požadovaných úžitkových, funkčných a prevádzkových vlastností?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám, účelu nakupovaného zariadenia a rozhodol akceptovať navrhované riešenie. Verejný obstarávateľ upraví opis predmetu zákazky pre danú časť nasledovne:

10.1. Rozmer aktívnej plochy detektora min.(33x40) cm (viď príloha zmenená špecifikácia).

V druhej časti záujemca nesprávne uviedol požiadavky verejného obstarávateľa nakoľko v požiadavke č. 17.2.2 je uvedené *Aktívna plocha detektora šírka x dĺžka min. 330 x min.400 mm*. Technická špecifikácia v uvedenej časti ostáva nezmenená.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikušček

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie