

DODATOK Č. 1
KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. EU21TOMDRTG120

uzavretej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

na dodanie „Rádiologické zariadenia 2 – časť č. 2 Mobilný digitálny RTG prístroj“

Predávajúci

Obchodné meno: **FUJIFILM Europe GmbH**
So sídlom: Heesenstrasse 31, Düsseldorf 405 49, Nemecko
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Düsseldorfe, číslo zápisu: HRB10639

podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky:

FUJIFILM Europe GmbH – organizačná zložka

So sídlom: Rybníčná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Peter Stolárik, na základe plnej moci zo dňa 09.06.2014
IČO: 45 497 095
IČ DPH: SK4020281419
Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK51 7300 0000 0090 0003 6442
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Odd.: Po, vložka č.: 1838/B

(ďalej ako „predávajúci“)

Kupujúci

Obchodné meno: **Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.**
So sídlom: Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany
Zastúpený: MUDr. Vladimír Dvorový, MPH, predseda predstavenstva
Ing. Tomáš Valaška, FCCA, podpredseda predstavenstva
IČO: 46 458 581
DIČ: 2820020709
IČ DPH: SK7020000669
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK93 1100 0000 0029 4006 5241
Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra,
Odd.: Sa, vložka č. 10511/N

(ďalej ako „kupujúci“)

Predávajúci a kupujúci ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1, ktorým sa zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

Článok II
Predmet Dodatku č. 1

1. Z dôvodu chyby v písaní pri uvedení obchodného mena výrobcu tovaru v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky, ako aj v Prílohe č. 3 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy, zmluvné strany v plnom rozsahu rušia:
 - a) pôvodnú Prílohu č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky
 - b) pôvodnú Prílohu č. 3 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúka nahradzujú ich:
 - a) novou Prílohou č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky
 - b) novou Prílohou č. 3 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk

Nová Príloha č. 1 a nová Príloha č. 3 tvoria nedeliteľnú súčasť zmluvy a sú pripojené k tomuto Dodatku č. 1.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 je nedeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, štyri (4) originálne vyhotovenia pre kupujúceho a dve (2) originálne vyhotovenia pre predávajúceho.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 3 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

V Bratislave, dňa 03-11-2020

Za kupujúceho :
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

V Bratislave, dňa 30.10.2020

Za predávajúceho :
FUJIFILM Europe GmbH
podnikajúca na území SR prostredníctvom
organizačnej zložky:
FUJIFILM Europe GmbH – organizačná zložka

Ing. Tomáš Valáška, FCCA
podpredseda predstavenstva

Názov predmetu zákazky:
Rádiologické zariadenia 2

Časť č. 2: Mobilný digitálny RTG prístroj


Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	POZNÁMKA
SHIMADZU Corporation // FDR Go /FDR GO Plus			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)	
Položka predmetu zákazky - Mobilný digitálny RTG prístroj požadovaný počet: 1 ks			Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks mobilný digitálny RTG prístroj)	Doplňujúce informácie				
1.	Mobilný digitálny RTG prístroj - na 4 kolieskach s motorickým pohonom (pohybom)		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
2.	Vysoko frekvenčný generátor s výkonom min. 30 kW		uvedte hodnotu	32kW	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
3.	Rozsah kV so zmenou po 1kV krokoch min (50 - 125) kV	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (50-125) kV musí byť zachovaný	uvedte hodnotu	40 – 133kV	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
4.	Rozsah mAs min (0,35 - 110) mAs	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (0,35-110) mAs musí byť zachovaný	uvedte hodnotu	0,32-320 mAs	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
5.	Tepelná kapacita anódy min. 100 KHU		uvedte hodnotu	300KHU	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
6.	Rozmedzie ohniskového žiariča (prípustná sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min.(0,6 -1,4) mm	Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1,4 mm.	uvedte hodnotu	0,7 a 1,3mm	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
7.	Voľba kV, mAs, APR		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
8.	Kolimačné svetlo		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
9.	Nastavenie ohniskovej vzdialenosti		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
10.	Výkynosť rotačného ramena min. ± 270° stupňov		uvedte hodnotu	± 270°	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
11.	Vzdialenosť ohnisko – podlaha min. (73-180) cm	väčší rozsah vzdialenosti je prípustný, ale rozsah min. (73-180) cm musí byť zachovaný	uvedte hodnotu	68 – 202 cm	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
12.	Batériou napájaný generátor RTG prístroja		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
13.	Elektrické napájanie 220-240V v AC/ max. 16 A		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
14.	Šírka prístroja max. 80 cm		uvedte hodnotu	80 cm	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
15.	Hmotnosť prístroja max. 655 kg		uvedte hodnotu	440kg	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
16.	DAP meter so zápisom k aktívnemu obrazu		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.	Digitálny RTG panel pre skiagrafický prístroj		Digitálny RTG panel pre skiagrafický prístroj			
17.1	Všeobecná charakteristika:		Všeobecná charakteristika:			
17.1.1	Univerzálny bezdrôtový digitálny RTG panel s vyberateľnou batériou		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.1.2	Panel musí byť kompatibilný s "tzv.Bucky clonou"		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.2	Detektor:		Detektor:			
17.2.1	Rozmery celého detektora šírka x dĺžka min.350 x min.410 mm		uvedte hodnotu	460x384mm	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.2.2	Aktívna plocha detektora šírka x dĺžka min. 330 x min.400 mm		uvedte hodnotu	421,6x421,6mm	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.2.3	Bezdrôtový detektor (WIFI alebo UWB)		áno/nie	áno WIFI	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.2.4	Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste minimálne 3,5 Lp/mm		uvedte hodnotu	3,5Lp/mm	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.2.5	Rozlíšenie – hĺbka šedi min. 14 bit		uvedte hodnotu	16bit	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.2.6	Typ detektora Csi		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.2.7	Užívateľom vyberateľná nabíjateľná batéria 2 ks		uvedte hodnotu	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
17.2.8	Externá nabíjačka batérií s funkciou súbežného nabíjania viacerých batérií		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
18.	Akvizičná stanica:		Akvizičná stanica / notebook:			
18.1	Ovláda, riadi chod a získava snímky z detektora		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
18.2	DICOM kompatibilita (komunikácia PACS, NIS)		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
18.3	Možnosť úpravy údajov pacienta		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
18.4	Ovládanie dotykovou obrazovkou		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
18.5	Spracovanie obrazu		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
18.6	Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte min. 4000 ks		uvedte hodnotu	4000ks	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
18.7	RAM pre akvizičnú pracovnú stanicu min. 2 GB		uvedte hodnotu	4GB	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
18.8	Možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič alebo USB		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	

18.9	Kompletné vytvorenie organoprogramov - expozičných parametrov, orgánových filtrov primárneho nastavenia obrazu -RAT		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO	
------	---	--	---------	-----	----------------------------	--



19. Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
19.1	Záruka min. 24 mesiacov		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO
19.2	Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.		áno/nie	áno	20.2.4 Špecifikácia FDR GO

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: Bratislava

Dňa:

30 -10- 2020

Príloha č. 3.2 - Súhrnná cenová ponuka

Názov zákazky:

Rádiologické zariadenia 2 - Mobilný digitálny RTG prístroj

Súhrnná cenová ponuka

Pol. č.	Názov položky predmetu zákazky	Merná jednotka (MJ)	Požad. počet MJ	Obchodný názov ponúkaného produktu	Názov výrobcu ponúkaného produktu	Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH	Sadzba DPH v %	DPH v EUR	Jednotková cena za MJ v EUR s DPH	Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH	Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1.	Mobilný digitálny RTG prístroj	ks	1	FDR GO PLUS	SHIMADZU Corporation	73 333,33 €	20%	14 666,67 €	88 000,00 €	73 333,33 €	88 000,00 €
Za ponúknuté produkty spolu:										73 333,33 €	88 000,00 €

Identifikácia uchádzača

Obchodný názov: FUJIFILM Europe GmbH- organizačná zložka
Adresa sídla: Rybníčná 40, 83106 Bratislava
IČO: 45497095
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stolarík
Mobil kontaktnej osoby: 0905350976
E-mail kontaktnej osoby: peter.stolarik@fujifilm.com

V: Bratislava

Dňa: 30 -10- 2020

UPOZORNENIE

☐ - povinné údaje, ktoré vyplní uchádzač

pečiatka a podpis oprávnenej osoby
uchádzača