

Kupujúci: **Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica**
Typ zákazky: Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Predmet zákazky: **Špeciálny zdravotnícky materiál pre katérovú abláciu fibrilácie predsiení pomocou elektroporácie, ablácie pulzným poľom**
Dokument: Príloha č.2 Rámovej dohody

Predávajúci: **InterMedical Plus, s.r.o., Levická 7E, 949 01 Nitra, IČO: 50 085 999**

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na katérovú abláciu pomocou ireverzibilnej elektroporácie, ablácie pulzným poľom. Elektrofyziologický a ablačný set pre abláciu pulzným poľom pozostáva z multipolárneho katétra na abláciu pulzným poľom, ovládateľného zavadzača a spojovacích káblov. Set slúži na použitie cez konzolu Farastar, na katérovú abláciu fibrilácie predsiení.

Multipolárny katéter na abláciu pulzným poľom

p.č.	technické vlastnosti - požadované	navrhovaná hodnota / áno-nie
1	hrúbka katétra na aplikáciu pulzného elektrického poľa - 12,8 Fr	áno
2	použiteľná dĺžka katétra na aplikáciu pulzného elektrického poľa - 115cm	áno
3	počet elektród na distálnom konci katétra - 20	áno
4	dve rôzne veľkosti distálnej časti ablačného katétra - 31mm/35mm	áno
5	možnosť zmeny tvaru aplikačného katétra	áno
6	možnosť sensingu z distálnej časti katétra	áno
7	kompatibilný s konzolou Farastar	áno

Ovládateľný zavadzač

p.č.	technické vlastnosti - požadované	navrhovaná hodnota / áno-nie
1	vnútorný rozmer zavadzača - 13 Fr	áno
2	použiteľná dĺžka priesvitného unidirekčného zavadzača - 74cm	áno
3	celková dĺžka priesvitného unidirekčného zavadzača - 91cm	áno
4	unidirekčné ovládanie	áno
5	kompatibilný s katétrom určeným pre použitie cez konzolu Farastar	áno

Spojovacie káble

p.č.	technické vlastnosti - požadované	navrhovaná hodnota / áno-nie
1	súčasťou setu sú spojovacie káble na prepojenie katétra s konzolou	áno

VNitre, dňa.....

.....
Ing. Bibiána Šikulajová,
konateľ spoločnosti