

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 17.12.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia“ – I. kolo

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Základné medicínske zariadenia“, zverejnenej v Ú. vestníku EÚ dňa 28.11. 2019 pod č. 2019/S 230 - 563754 a vo vestníku UVO č. 244/2019 zo dňa 29.11.2019 pod č. MST- 34517.

PRE ČASŤ 6 VIDEOBRONCHOSKOPY

Otázka č. 1

..... v súťažných podkladoch časť 6. - Videobronchoskopy (špecifikácia) - Intubačný videobronchoskop pre OAIM a Intubačný videobronchoskop pre COS uvádzate požiadavku : "LCD obrazovka s nastaviteľným sklonom min. 5 palcov". Bude obstarávateľ v oboch prípadoch akceptovať aj LCD obrazovku s nastaviteľným sklonom min. 2,5 palca ?

Odpoveď č. 1:

Veľkosť monitora s uhlopriečkou minimálne 2,5 palca je akceptovateľná za predpokladu, že monitor je konštrukčne súčasťou ovládacej časti fibroskopu, t. j. pri použití sa nachádza dostatočne blízko očí lekára obsluhujúceho fibroskop. Ak je monitor samostatnou časťou súpravy a vyžaduje umiestnenie alebo upevnenie mimo samotného fibroskopu (napr. na pomocný stojan, držiak a pod.), čím sa dostáva do väčšej vzdialenosti v zornom poli obsluhy, obstarávateľ trvá na minimálnej veľkosti monitora 5 palcov.

Verejný obstarávateľ zohľadnil odpoveď v priloženej špecifikácii č. 6 Videobronchoskopy.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania