

Verejný obstarávateľ: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s.
Verejná súťaž s názvom: **Základné medicínske zariadenia**
Zverejnená: Ú. vestníku EU dňa 28.11.2019 pod č. 2019/ S 230 –563754 a vo Vestníku UVO dňa 29.11.2019 pod č. MST- 34517

Posúdenie nestrannosti technickej špecifikácie podľa zákona o verejnom obstarávaní v plnom rozsahu

Po zverejnení informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorí členovia komisie zistili nové informácie, ktoré mohli spochybniť prijatý záver komisie o nediskriminačnom spracovaní opisu predmetu zákazky danej časti, a preto sa členovia komisie rozhodli opätovne vyhodnotiť objektivitu opisu predmetu zákazky pre danú časť. Člen komisie Ing. Viktor Földes po preskúmaní technickej špecifikácie pri potencionálne konkurenčnom medicínskom zariadení (HS Hi-R NEO 900), ktoré by z pohľadu splnenia parametrov vylúčilo diskriminačné spracovanie opisu predmetu zákazky.: **Hi-R_NEO_900.pdf** navrhol opätovne preskúmať splnenie parametra **elektromagnetické brzdy ramien mikroskopu**. Po preskúmaní verejne dostupných dát u konkurenčného výrobcu bolo dodatočne preverené, že predmetné zariadenie spĺňa predmetný parameter, ktorý je exaktne definovaný v technickej špecifikácii výrobcu: **CU_351-51_55_brochure_low_res.pdf**, a teda nič nebráni prijať záver o nediskriminačnom spracovaní opisu predmetu zákazky danej časti.

Vyhodnotil:	Mgr. Marcela Turčanová	Ing. Viktor Földes, MBA
Dňa:	9.10.2020	9.10.2020
V	Bratislave	Bratislave
Podpis	v.r.	v.r.