

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ realizoval prípravnú trhovú konzultáciu na predmet zákazky v období 02-03/2024 za účelom stanovenia transparentného opisu predmetu zákazky a predpokladanej hodnoty.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály

1.2 CPV:

33111000-1 - Röntgenové prístroje

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Mobilný, digitálny RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály

3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti.

Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ
Položka č. 1	RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály	1 ks

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Položka č. 1 RTG prístroj s C-ramenom	parametre				prístroj: FDX Visionary C, výrobca: ATS	prístroj: OEC ONE CFD VAS 25, výrobca: GE Healthcare	prístroj: Ziehm Solo FD, výrobca: Ziehm Imaging GmbH	prístroj: OSCAR Prime GENORAY	prístroj: Cios Select FD, Siemens Shanghai Medical equipment ltd	Položka č. 1 RTG prístroj s C-ramenom	parametre			
	MJ	min.	max.	presne							MJ	min.	max.	presne
	Mechanické a dizajnové vlastnosti C-ramena:										Mechanické a dizajnové vlastnosti C-ramena:			
1.	C-rameno:				spĺňa	spĺňa/OEC ONE CFD VAS 25	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	C-rameno:			
1.1	Motorizované nastavenie výšky	cm	40		spĺňa/40	spĺňa/motorizované nastavenie, 45 cm	spĺňa	spĺňa/50cm	spĺňa/43cm	1.1	Motorizované nastavenie výšky	cm	40	
1.2	Manuálny horizontálny pohyb	cm	20		spĺňa/20	spĺňa/manuálny pohyb, 20 cm	spĺňa	spĺňa/20cm	spĺňa/20cm	1.2	Manuálny horizontálny pohyb	cm	20	
1.3	Manuálny orbitálny pohyb	°	130°		spĺňa /160°	spĺňa/manuálny pohyb, 150° (95°/55°)	spĺňa	spĺňa/180°	spĺňa/130°	1.3	Manuálny orbitálny pohyb	°	130°	
1.4	Manuálna rotácia	°	± 180°		spĺňa/± 180°	spĺňa/manuálna rotácia, 410° (205°/205°)	spĺňa	spĺňa/± 230°	spĺňa/ ± 180°	1.4	Manuálna rotácia	°	± 180°	
1.5	Manuálny výkyv	°	±10°		spĺňa/ ± 12°	spĺňa/manuálny výkyv, 25° (+12.5°/-12.5°)	spĺňa	spĺňa/±12,5°	spĺňa/±10°	1.5	Manuálny výkyv	°	±10°	
1.6	Vertikálny voľný priestor oblúku	cm	78		spĺňa/82	spĺňa/78 cm	spĺňa	spĺňa/80 cm	spĺňa/81cm	1.6	Vertikálny voľný priestor oblúku	cm	78	
1.7	Hĺbka ramena	cm	66		spĺňa/70	spĺňa/66 cm	spĺňa	spĺňa/72,5 cm	spĺňa/73cm	1.7	Hĺbka ramena	cm	66	
1.8	Farebné označenie aretácie pohybov	áno			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.8	Farebné označenie aretácie pohybov	áno		
2.	Generátor:									2.	Generátor:			
2.1.	HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči	kV	40		spĺňa/110	spĺňa/40 - 110 kV	spĺňa	spĺňa/40 - 1 20kV	spĺňa/40-110kV	2.1.	HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči	kV	40	
2.2.	Rozsah skiaskopie min. 3 – 24 mA	mA			spĺňa/3-40mA	spĺňa/0,2 - 25 mA	nespĺňa/1,7 - 11 mA pre kontinuálnu skiaskopiu a 0,2 20 mA pre pulznú skiaskopiu, snapshot až 24 mA	spĺňa/0,2 - 40 mA	spĺňa/3-24mA	2.2.	Rozsah skiaskopie min. 3-11 (vyššie rozsahy v prípustné)			
2.3.	Rozsah digitálnej rádiografie min. 20 mA	mA	20		spĺňa/100mA	spĺňa/20 mA	spĺňa	spĺňa/40 mA	spĺňa/3-24mA	2.3.	Rozsah digitálnej rádiografie min. 20 mA	mA	20	

2.4.	Počet pulzov 1-25 p/s (vyšší rozsah prípustný)					spĺňa/1-25	nesplňa/pulzná skiaskopia vo formáte 1,5 K - 1,2,4,8,12 p/s a kontinuálny, 25 obr./s kino slučka	spĺňa	nesplňa/1, 2, 4, 8, 15, pulzov za sekundu Požadovaný počet pulzov 25 p/s je neopodstatnený pri prístroji bez DSA a pri požiadavke "Cine loop slučka 1-15 obr./s" je nami ponúkaný roysah absolútne v intenciách využitia prístroja	spĺňa/0,5-30p/s	2.4.	Počet pulzov min. 1-12 p/s (vyššie rozsahy prípustné)				
2.5.	výkon min. 2,2 kW	kW	2,2			spĺňa/5	spĺňa/2,5kW	spĺňa	spĺňa/4,5kW	spĺňa/2,3kW	2.5.	výkon min. 2,2 kW	kW	2,2		
3.	<u>Rentgenika:</u>															
3.1.	Stacionárna / rotačná anóda	áno				spĺňa	spĺňa/stacionárna anóda	spĺňa	spĺňa/stacionárna	spĺňa/stacionárna	3.1.	Stacionárna / rotačná anóda	áno			
3.2.	veľkosť malého ohniska (vyšší rozsah prípustný)	mm	0,1	0,6		spĺňa/0,3	spĺňa/0,6 mm	spĺňa	spĺňa/malé ohnisko 0,5 mm	spĺňa/0,6	3.2.	veľkosť malého ohniska (vyšší rozsah prípustný)	mm	0,1	0,6	
3.3.	Indikácia teploty bloku rentgenky	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.3.	Indikácia teploty bloku rentgenky	áno			
3.4.	Monitorovanie záťaže rentgenky	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.4.	Monitorovanie záťaže rentgenky	áno			
3.5.	Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia)	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.5.	Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia)	áno			
3.6.	Tepelná kapacita anódy	kHU	60			spĺňa/300	spĺňa/76 kHU	spĺňa	spĺňa	spĺňa/101kHU	3.6.	Tepelná kapacita anódy	kHU	60		
4.	<u>Flat-Panel:</u>															
4.1.	Typ detektora: CMOS alebo aSi	áno				spĺňa/aSi	spĺňa/CMOS	nesplňa/IGZO - najnovšia technológia	spĺňa/aSi	spĺňa/aSi	4.1.	Typ detektora: CMOS alebo aSi alebo IGZO				
4.2.	Typ scintilátora: Csl	áno				spĺňa	spĺňa/Csl	spĺňa	spĺňa/Csl	spĺňa/Csl	4.2.	Typ scintilátora: Csl	áno			
4.3.	Veľkosť pola		20x20cm	23x23		spĺňa/20x20	spĺňa/aktívna plocha detektora 20,8 cm x 20,2 cm	spĺňa	spĺňa/23x23cm	spĺňa/21x21cm	4.3.	Veľkosť pola		20x20cm	23x23	
4.4.	Rozlíšenie matrice: min. 1 k ²	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa/1280x1280	spĺňa	4.4.	Rozlíšenie matrice: min. 1 k ²	áno			
4.5.	Rozlíšenie -veľkosť pixelov	µm		205		spĺňa/154	spĺňa	spĺňa/IGZO 135	spĺňa/179 µm	spĺňa/205µm	4.5.	Rozlíšenie -veľkosť pixelov	µm		205	
4.6.	Magnifikácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne	spĺňa	áno			spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa/2 úrovne	spĺňa/Mag 1 a Mag2	4.6.	Magnifikácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne	áno			
4.7.	Hĺbka zobrazenia min.16 bitov	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa/16bit	4.7.	Hĺbka zobrazenia min.16 bitov	áno			
4.8.	Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	4.8.	Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore	áno			
5.	<u>Zobrazenie:</u>															
5.1.	Monitorový vozík s dvoma monitormi veľkosti min. 19" s vysokým rozlíšením alebo s jedným monitorom veľkosti min. 22"	áno				spĺňa	nesplňa/27" monitor namontovaný na ohybnom ramene na tele C ramena (nie na samostatnom vozíku)	spĺňa	spĺňa/jeden 34"	spĺňa/2x19 palcov	5.1.	Monitorový vozík s dvoma monitormi veľkosti min. 19" s vysokým rozlíšením alebo s jedným monitorom veľkosti min. 22" alebo monitor namontovaný na ohybnom ramene na tele C-ramena				
5.2.	Možnosť synchronného ovládania na monitorovom vozíku a monitore C ramena	áno				spĺňa	nesplňa/synchronné ovládanie monitora a LCD displeja, obe na tele C ramena	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.2.	Možnosť synchronného ovládania na monitorovom vozíku a monitore C ramena alebo synchronné ovládanie monitora a LCD displeja, obe na tele C-ramena				
5.3.	Kvalitný obraz s dokonalým rozlíšením a vysokou ostrosťou	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.3.	Kvalitný obraz s dokonalým rozlíšením a vysokou ostrosťou	áno			
5.4.	Min. rozlíšenie zobrazovacieho systému	lp/mm	2,5			spĺňa/3.1	spĺňa/3,4 lp/mm bez zväčšenia (3,7 lp/mm pri maximálnom zväčšení)	spĺňa	spĺňa/2,7 lp/mm	nesplňa/2,43lp/mm	5.4.	Min. rozlíšenie zobrazovacieho systému	lp/mm	2,43		
5.5.	min.150 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH-pamäť posledného obrazu (vyšší rozsah prípustný)					spĺňa/ 150 000	spĺňa/150 000 obrazov, LIH	nesplňa/100 000	spĺňa/250 000	spĺňa/300 000	5.5.	min.100 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH-pamäť posledného obrazu (vyšší rozsah prípustný)				
5.6.	Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.6.	Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia	áno			
5.7.	Ručný spínač pre ovládanie expozícií	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.7.	Ručný spínač pre ovládanie expozícií	áno			
5.8.	Dvojitý nožný spínač	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.8.	Dvojitý nožný spínač	áno			
5.9.	Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz)	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.9.	Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz)	áno			
5.10.	Výstupný obraz štvorcového formátu alebo v tvare squicle (zrezaný štvorec - tvar medzi št	áno				spĺňa	spĺňa/squircle	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.10.	Výstupný obraz štvorcového formátu alebo v tvare squicle (zrezaný štv	áno			
5.11.	Asymetrický kolimátor alebo Irisový kolimátorPreView, rotačný wolframcový, kolimátor s 2 l	áno				spĺňa	spĺňa/áno, Irisový kolimátor Pre View, rotačný kolimátor s dvoma listami Pre View	spĺňa/Asymetrický i IRIS kolimátor	spĺňa	spĺňa/irisový	5.11.	Asymetrický kolimátor alebo Irisový kolimátorPreView, rotačný wolframcový, kolimátor s 2 listami PreView	áno			
5.12.	Režimy skiaskopies s možnosťou voľby anatomického režimu	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.12.	Režimy skiaskopies s možnosťou voľby anatomického režimu	áno			
5.13.	Kostné: končatiny, chrbtica	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.13.	Kostné: končatiny, chrbtica	áno			

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie: RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály

5.14.	Metal – eliminácia vkladných kovových predmetov	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.14.	Metal – eliminácia vkladných kovových predmetov	áno			
5.15.	URO – soft, pre zobrazenie mäkkých tkanív	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.15.	URO – soft, pre zobrazenie mäkkých tkanív	áno			
5.16.	Cine loop slučka 1-15 obr./s (vyšší rozsah prístupný v oboch hraniciach)	áno				spĺňa	nesplňa /4,8,12,25 obr./s.	spĺňa	spĺňa/áno Cine loop slučka 1-15 obr./s	spĺňa/last screen hold	5.16.	Cine loop slučka min.4-15 obr./s (vyšší rozsah prístupný)				
5.17.	Automatický záznam obrazu a sekvencie	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.17.	Automatický záznam obrazu a sekvencie	áno			
	DAP meter a uloženie nameranej hodnoty k aktívnemu obrazu					spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa			DAP meter a uloženie nameranej hodnoty k aktívnemu obrazu				
6.	<u>Výstupné rozhranie:</u>					spĺňa					6.	<u>Výstupné rozhranie:</u>				
6.1.	Výstup LAN pre káblové pripojenie do PACS	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa/navrhuje žiadať i WLAN pripojenie	spĺňa	spĺňa	6.1.	Výstup LAN pre káblové pripojenie do PACS	áno			
6.2.	DICOM 3.0	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.2.	DICOM 3.0	áno			
6.3.	Dicom Storage, Send	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.3.	Dicom Storage, Send	áno			
6.4.	Worklist s MPPS	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.4.	Worklist s MPPS	áno			
6.6.	Query	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.6.	Query	áno			
6.7.	Retrieve	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.7.	Retrieve	áno			
6.8.	Zápis patientských dát k aktívnemu obrazu , archivácia	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.8.	Zápis patientských dát k aktívnemu obrazu , archivácia	áno			
6.9.	Samostatný AV a digitálny výstup obrazu					spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.9.	Samostatný AV a digitálny výstup obrazu				
6.10.	Výstup obrazu na USB (formát DICOM, JPG)	áno				spĺňa	spĺňa/USB (DICOM, JPG, BMP, MP4)	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.10.	Výstup obrazu na USB (formát DICOM, JPG)	áno			
6.11.	Protokol o dávkach	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.11.	Protokol o dávkach	áno			
6.12.	Videó výstup min. 2x DVI-D, alebo HDMI alebo DP	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa/1xDVI-D	spĺňa/2xDVI-D	6.12.	Videó výstup min. 2x DVI-D, alebo HDMI alebo DP	áno			
7.	<u>Zariadenie spĺňajúce nasledujúce požiadavky na pripojenie do dátovej siete:</u>										7.	<u>Zariadenie spĺňajúce nasledujúce požiadavky na pripojenie do dátovej siete:</u>				
7.1.	Pripojenie k sieti typu Fast Ethernet alebo Gigabit Ethernet	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.1.	Pripojenie k sieti typu Fast Ethernet alebo Gigabit Ethernet	áno			
7.2.	Rozhranie – konektor RJ-45, prepojovací kábel UTP cat. 5e medzi zariadením a pripojkou dátovej siete v potrebnej dĺžke	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.2.	Rozhranie – konektor RJ-45, prepojovací kábel UTP cat. 5e medzi zariadením a pripojkou dátovej siete v potrebnej dĺžke	áno			
7.3.	Protokol – sieťový chod výhradne prostredníctvom TCP/IP	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.3.	Protokol – sieťový chod výhradne prostredníctvom TCP/IP	áno			
7.4.	Povinné nastavenie sieťovej adresy – na DHCP (adresa IP musí byť fixovaná na adresu MAC prostriedky IT)	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.4.	Povinné nastavenie sieťovej adresy – na DHCP (adresa IP musí byť fixovaná na adresu MAC prostriedky IT)	áno			
7.5.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/	áno				spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.5.	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/	áno			

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Požaduje sa:	FUJIFILM Slovakia s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava IČO:53987331	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava IČO:17312001	TYREX-Xray, s.r.o. J.Zemana 99, 911 01 Trenčín, IČO:36342181	NRSYS Akademická 12, 949 01 Nitra IČO:30977763	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava IČO:48146676	Definitívne požadované:		
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie tovaru (ďalej aj "prístroja" resp. "zariadenia"):	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Požaduje sa dodanie tovaru (ďalej aj "prístroja" resp. "zariadenia"):
2.1	do 45 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.	akceptujem	neakceptujem/90 dní	neakceptujem/56 dní	neakceptujem/60 dní	neakceptujem/90 dní	2.1	do 90 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2	v pracovných dňoch,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.2	v pracovných dňoch,
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udat). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udat). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu zariadenia a zaškolenie personálu.
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len:
5.1	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku)	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.1	návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku)
5.2	záručný list,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.2	záručný list,
5.3	preberací (akceptačný) protokol,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.3	preberací (akceptačný) protokol,
5.4	inštaláčny protokol,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.4	inštaláčny protokol,
5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie: RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály

16.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
17.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
18.	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu zariadenia.
19.	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný servis na zariadení.
20.	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným výškolením výrobcom zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným výškolením výrobcom zariadenia.
21.	Dodávateľ je povinný mať počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poisťňm krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	Dodávateľ je povinný mať počas trvania zmluvy uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb pozáručnej servisnej starostlivosti podľa uzatvorenej zmluvy s poisťňm krytím minimálne vo výške zmluvnej ceny za služby pozáručnej servisnej starostlivosti.
22.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	22.	Požaduje sa poskytnutie zodpovednosti za vady servisných služieb podľa Obchodného zákonníka a tiež záruky za akosť na servisné služby.
23.	Dodávateľ je povinný oznámiť príchod pracovníkov na výkon pred začatím každého servisného výkonu, a to kontaktnej osobe objednávateľa. Informácia o kontaktnej osobe objednávateľa bude zaslaná dodávateľovi bezprostredne po uzatvorení zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	23.	Dodávateľ je povinný oznámiť príchod pracovníkov na výkon pred začatím každého servisného výkonu, a to kontaktnej osobe objednávateľa. Informácia o kontaktnej osobe objednávateľa bude zaslaná dodávateľovi bezprostredne po uzatvorení zmluvy.
24.	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	24.	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre zariadenie počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia zariadenia do prevádzky.
25.	Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	25.	Požaduje sa, aby výsledná cena predmetu zákazky ponúknutá dodávateľom bola v súlade s aktuálne (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk) obvyklou trhovou cenou predmetu zákazky.
26.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	26.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodané zariadenie, ktoré je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
27.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej objednávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	27.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej objednávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
28.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhu, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	28.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhu, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
29.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	29.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v uzatvorenej zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy bude viac ako 5 % v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa zmluvy a nižšou cenou.
29.1.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v bode 29. týchto zmluvných požiadaviek, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 28. týchto zmluvných požiadaviek. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	29.1.	Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v bode 29. týchto zmluvných požiadaviek, doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom, ktorého bude upravená cena zistená podľa bodu 28. týchto zmluvných požiadaviek. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou jeden (1) mesiac. Výpovedná doba začína plynúť od prvého (1.) dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
30.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	30.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
31.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zverených zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	31.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zverených zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
32.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	32.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.

33.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania kúpnej zmluvy. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	33.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania kúpnej zmluvy. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
-----	---	------------	------------	------------	------------	------------	-----	---

6. MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		FUJIFILM Slovakia s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava IČO:53987331	MEDITRADE spol. s r.o. Levočská 2101/1, 851 01 Bratislava IČO:17312001	TYREX-Xray, s.r.o. J.Zemana 99, 911 01 Trenčín, IČO:36342181	NRSYS Akademická 12, 949 01 Nitra IČO:30977763	Siemens Healthcare s.r.o. Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava IČO:48146676	Definitívne požadované:
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	
1.	Doklad - Vyhlásenie o zhode. Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označené značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného zariadenia spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1. Doklad - Vyhlásenie o zhode. Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označené značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného zariadenia spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom
2.	Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu. V prípade, ak zariadenie nie je registrované v ŠÚKL - Čestné vyhlásenie, že v prípade ak sa v predmetnom verejnom obstarávaní stane úspešným uchádzačom predloží v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 a 9 zákona o verejnom obstarávaní Doklad o registrácii prístroja a pridelenie ŠÚKL kódu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2. Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu. V prípade, ak zariadenie nie je registrované v ŠÚKL - Čestné vyhlásenie, že v prípade ak sa v predmetnom verejnom obstarávaní stane úspešným uchádzačom predloží v rámci poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 a 9 zákona o verejnom obstarávaní Doklad o registrácii prístroja a pridelenie ŠÚKL kódu.
3.	Prospektový materiál, produktový list resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia (doklad musí obsahovať všetky hodnoty, parametre a vlastnosti prístroja tak, aby objednávateľ vedel overiť splnenie požiadaviek)	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3. Prospektový materiál, produktový list resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného zariadenia (doklad musí obsahovať všetky hodnoty, parametre a vlastnosti prístroja tak, aby objednávateľ vedel overiť splnenie požiadaviek)
4.	Osvedčenie-certifikát (alebo iný rovnocenný doklad) o odbornom vyškolení servisného technika na ponúkaný tovar, ktorý bude vykonávať inštaláciu a záručný servis, vydaný výrobcom ponúkaného tovaru (prístroja) alebo autorizovaným zástupcom výrobcu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4. Osvedčenie-certifikát (alebo iný rovnocenný doklad) o odbornom vyškolení servisného technika na ponúkaný tovar, ktorý bude vykonávať inštaláciu a záručný servis, vydaný výrobcom ponúkaného tovaru (prístroja) alebo autorizovaným zástupcom výrobcu.
5.	Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5. Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z.

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa

spĺňa